

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Εξοχή
570 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παιανία, 08.08.2017

Κύριοι,

ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»
ΤΗΣ 18.08.2017

Σε απάντηση της ανάρτησής σας της 20-07-2017 με αρ. πρωτ. 11947/21-07-2017 που αφορά την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας:

Για τον ΚΩΔΙΚΟ 11050020045 ΣΕΤ ON-LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΙΚΚΙΣΟ DBB-03 ΚΑΙ DBB-05: Σας προτείνουμε να αφαιρεθεί ο προσδιορισμός της μεμβράνης. Η εταιρεία μας προμηθεύει πολλά νοσοκομεία με παρόμοιο υλικό, διαφορετική μεμβράνη, και καλύτερους συντελεστές κάθαρσης. Και για το είδος ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΦΑΛΛΑΤΩΣΗΣ να αφαιρεθεί ο φωτογραφικός προσδιορισμός του παραγωγού.

Τα σχόλιά μας εστάλησαν και με email.

Για την DOCTUM Α.Ε.

Αγγελική - Άννα Ζάβρα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ