

## **A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **1. ΒΕΛΟΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΚΑΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ**

(κωδ. 11250710052)

Ηλεκτρόδιο εκπομπής παλμικής ραδιοσυχνότητας σύμφωνα με την τεχνική STP (Sluijter Teixeira Pulsed Poisson) διαμέτρου 23G και μήκους 90mm και 130mm ενεργού άκρου 1-20mm και 1-60mm. Το ηλεκτρόδιο να συνεργάζεται με γεννήτρια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου διαθέτοντας 4 διαφορετικά mode: STP, PULSED, CONTINUOUS, TRANSCUTANEOUS PULSED RF με δυνατότητα χρησιμοποίησης τεσσάρων ηλεκτροδίων ταυτόχρονα.

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 3.4.4

### **2. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΥ (κωδ. 11080040194)**

Ηλεκτρόδιο παλμικής νευροτροποποίησης και πλήρως ελεγχόμενης θερμικής ριζοτομίας-ριζολυσης σε συγκεκριμένο πεδίο με μεταβαλλόμενο ενεργό άκρο-καθετήρα.

Το μεταβαλλόμενο άκρο να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει διαστάσεις από 1 mm έως 25 mm καθώς και να μετατρέπεται από τυφλό σε μυτερό και κατά την διάρκεια της ιατρικής πράξης σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Η μεταβολή αυτή να γίνεται με ρυθμιστή που να βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του ηλεκτροδίου και να είναι διαβαθμισμένος ως προς το μήκος του ενεργού άκρου που χρησιμοποιείται.

Το μήκος του ηλεκτροδίου να είναι από 50 mm έως 200 mm ανάλογα με τις απαιτήσεις της ιατρικής πράξης. Το πάχος του ηλεκτροδίου να είναι από 16-24 Gauge.

Το τυφλό ατραυματικό άκρο να έχει την δυνατότητα και παράλληλης έγχυσης φάρμακων κατά την διάρκεια η στο πέρας της θεραπείας από πλάγιο στόμιο για καλύτερη διασπορά αυτού στον περινεύριο χώρο

Το ηλεκτρόδιο μεταβλητού άκρου να είναι συμβατό με τη γεννήτρια κλειστού βρόγχου τετραπολικής κατασκευής.

Τα προϊόντα να φέρουν CE MARK.

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 3.4.4

### **3. ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ (κωδ. )**

Κιτ μεταβαλλόμενου ενεργού άκρου ελεγχόμενης ριζοτομίας σε συγκεκριμένο πεδίο με μεταβαλλόμενο ενεργό άκρο-καθετήρα.

Το μεταβαλλόμενο ενεργό άκρο να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει διαστάσεις από 2mm έως 20mm και να μετατρέπεται από τυφλό σε μυτερό και κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Το ηλεκτρόδιο να είναι συμβατό με γεννήτρια κλειστού βρόγχου τετραπολικής κατασκευής.

Τα προϊόντα να φέρουν CE MARK.

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 29.1.67

### **B. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

**B.1.** Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αντίστοιχων ειδών.

**B.2.** Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 ή/και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE.

**B.3.** Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να συμμορφώνεται στην Υπουργική Απόφαση ΔΥ/88/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32B/16.01.04).

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ 24%</b>	<b>ΦΠΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%</b>
1	11250710052	ΒΕΛΟΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΚΑΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ	100	1.460,00 €	146.000,00 €	35.040,00 €	181.040,00 €
2	11080040194	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΥ	80	1.400,00 €	112.000,00 €	26.880,00 €	138.880,00 €
3	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ	20	3.364,00 €	67.280,00 €	16.147,20 €	83.427,20 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					325.280,00 €	78.067,20 €	403.347,20 €