



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διακήρυξη Διαγωνισμού

«Εγχειρητική Τεχνική»

απαιτείται Συνοδός Εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ »

Αριθμ. πρωτ.: 5217/11-03-2024

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Αρ. Διακήρυξης: ΧΩΜ71/2024

Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 283380

Προϋπολογισμός: 549.865,63 € (άνευ ΦΠΑ)

Συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης: 1.099.731,26 € (άνευ Φ.Π.Α.)

Διάρκεια: (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός έτους

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός
άνω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25/04/2024

Περιεχόμενα

| | |
|---|-----------|
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..... | 2 |
| 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 4 |
| 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ | 4 |
| 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 4 |
| 1.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 5 |
| 1.4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ | 5 |
| 1.5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 8 |
| 1.6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ | 8 |
| 1.7. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ | 9 |
| 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 10 |
| 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 10 |
| 2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης | 10 |
| 2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης | 10 |
| 2.1.3. Παροχή διευκρινίσεων | 10 |
| 2.1.4. Γλώσσα | 11 |
| 2.1.5. Εγγυήσεις | 11 |
| 2.1.6. Προστασία προσωπικών δεδομένων | 12 |
| 2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 12 |
| 2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής | 12 |
| 2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής | 13 |
| 2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού | 14 |
| 2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας | 19 |
| 2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια | 19 |
| 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα | 19 |
| 2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης | 20 |
| 2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία | 20 |
| 2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής | 21 |
| 2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | 30 |
| 2.4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 30 |
| 2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών | 30 |
| 2.4.2. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών | 30 |
| 2.4.3. Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» | 33 |
| 2.4.4. Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών | 34 |
| 2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών | 35 |
| 2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών | 36 |
| 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 38 |
| 3.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 38 |
| 3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών | 38 |
| 3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών | 38 |
| 3.2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | 40 |
| 3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 41 |
| 3.4. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 42 |
| 3.5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 45 |
| 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 46 |
| 4.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 46 |
| 4.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 46 |
| 4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης | 46 |
| 4.4. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ | 47 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4.5. | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ..... | 48 |
| 4.6. | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 48 |
| 5. | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 50 |
| 5.1. | ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 50 |
| 5.2. | ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ | 50 |
| 5.3. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 52 |
| 5.4. | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ | 52 |
| 6. | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..... | 53 |
| 6.1. | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ..... | 53 |
| 6.2. | ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ..... | 53 |
| 6.3. | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 54 |
| 6.4 | ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 55 |
| 6.5. | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ..... | 55 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "I" | 57 |
| | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ..... | 57 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "II" | 165 |
| | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | 165 |
| | – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | 165 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "III" | 166 |
| | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) | 166 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "IV" | 167 |
| | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ..... | 167 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "V" | 169 |
| | ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 169 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "VI"..... | 170 |
| | ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 170 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "VII" | 179 |
| | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 179 |

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| | |
|--|------------------------------------|
| Επωνυμία | Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | 999294028 |
| Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση | 1015.Ε00221.0001 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Λεωφόρος Παπανικολάου |
| Πόλη | Δ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 57010 |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Κωδικός NUTS | EL522 |
| Τηλέφωνο | 2313307195 |
| Φαξ | 2313307023 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | prom@gprapanikolaou.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Χωματά Αναστασία |
| Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.gprapanikolaou.gr |
| Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) | www.gprapanikolaou.gr |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 3^η Υ.Πε. Μακεδονίας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και συγκεκριμένα ο Ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.gprapanikolaou.gr.

1.2. Στοιχεία διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε.: 1311.01 και 1313.01 σχετικές πιστώσεις (με α/α 808 και 809 στο οικείο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής) του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα (ΑΔΑ : 9ΨΧΣ46906Β-ΞΞΠ και 9Ω6446906Β-ΗΔΤ).

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

- 1.3.1** Αντικείμενο της σύμβασης είναι η **προμήθεια του είδους «Εγχειρητική τεχνική»**, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος “I” της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού **549.865,63 €** χωρίς το Φ.Π.Α. (**676.209,97 €** με το Φ.Π.Α. 24%).
- 1.3.2** Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : **CPV 33160000-9 (Εγχειρητική τεχνική)**.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «I» της παρούσας διακήρυξης, για κάθε ομάδα-τμήμα της παρούσας χωριστά.

Για την παρούσα σύμβαση γίνονται δεκτές προσφορές είτε για κάθε τμήμα της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός Τμήματος, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **676.209,97 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **549.865,63 €**, ΦΠΑ: **€ 126.344,34 €**).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **ένα (1) έτος**

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού – οικονομικού αντικείμενου, με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση: 1.099.731,26 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 1.352.419,93 €)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής:

1.4. Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «*Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις*» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «*Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης*» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «*Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις*».
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...*»,

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
- του ν.3310/2005 (Α' 30) *“Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”* για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα *“Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005”*, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
- του π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
- της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : *“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”* (Β' 3075),
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44),
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

Άλλο θεσμικό πλαίσιο

- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,

- του ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» κατά την 43η/14-12-2023 (Θέμα έκτακτο 17ο) συνεδρίασή του με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΥΦ46906Β-ΝΩΘ).
- Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» κατά την 3η/25.01.2024 (Θέμα 40ο) συνεδρίασή του περί έγκρισης τροποποίησης του Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2024, στον οποίο περιλαμβάνεται η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Εγχειρητική τεχνική» (CPV 33160000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου, έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 549.865,63 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (676.209,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών είναι η 22/04/2024 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>, την 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

1.6. Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 07/03/2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον αριθμό 99291427 5684 4a3f 918d 0f45d89f3ff4 01.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: **283380** και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, ενώ έχει αποσταλεί/αναρτηθεί στις εφημερίδες: ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ.

Η προκήρυξη έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς: 1. Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 2. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και 4. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.papanikolaou.gr, στην διαδρομή: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► [ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ]

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Z του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Γενικές πληροφορίες

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. ΧΩΜ71/2024 προκήρυξη της σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (παράρτημα III),
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της,
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της (παράρτημα VI).

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης:

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

Η τυχόν επεξεργασία, από τον ανάδοχο, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών, αλλά και όλων των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/10-04-1997) καθώς και από τον υπ' αριθ. 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και σε κάθε περίπτωση από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις. Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (DPO) του Νοσοκομείου.

2.1.3. Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν στα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4. Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5. Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α' 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. α' του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο παράρτημα IV παρατίθενται υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2. Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπíπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν, για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε Τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά.

Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών του κάθε είδους, στον ανωτέρω πίνακα.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι **22-05-2025**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το Νοσοκομείο μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων (α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, (β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3 έως 2.2.8, (γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), (δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, (ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, (στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του Νοσοκομείου να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί και (ζ) στις

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

-Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

-Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

-Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους κατά περίπτωση νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης βεβαίωσης του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005¹, όπως ισχύει [\[αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού\]](#).² Οι υποχρεώσεις της παρούσας

¹ Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν.

αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.³

2.2.3.4.α Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»⁴

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία⁵, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις

4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.»

² Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

³ Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21

⁴ Πρβλ. άρθρο 5 παρ. ια του Κανονισμού Κυρώσεων (ΕΕ) 833/2014

⁵ Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19

περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση⁶.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.7. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/20167, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

⁶ Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

⁷ Πρβλ. απόφαση υπ' αριθμ. 111257-18/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3).

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια επιλογής

2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν τίθενται συγκεκριμένες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς (ISO, EN, ΕΛΟΤ κλπ.) και να διαθέτουν τα κατά περίπτωση (ανά τμήμα) πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως επίσης και τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης).

Ακόμη θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 /07.01.2004 («Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004).

Για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας με σκοπό την άμεση ανταπόκριση και ενημέρωση της μονάδας υγείας σε οποιοδήποτε περιστατικό ανάκλησης και απόσυρση προϊόντος

που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, και τη συμπλήρωση της κάρτας αναφοράς περιστατικών χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει, για όλα τα προσφερόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπίπτουν στα οριζόμενα στο άρθρο 2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII του Κανονισμού της ΕΕ 2017/745, στις τεχνικές τους προσφορές **να δηλώνουν υποχρεωτικά:**

α. Τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την κατασκευαστική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν:

β. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα/διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) και ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.

γ. Την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εμπίπτει στα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII του Κανονισμού της ΕΕ 2017/745, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ενυπόγραφα από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.

Προσφορά η οποία δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς (ISO, EN, ΕΛΟΤ κλπ.) και να διαθέτουν τα κατά περίπτωση (ανά τμήμα) πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2016 ή ισοδύναμα, αναφερόμενα σε δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα προς τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42 EEC, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/47/EC και ισχύει κλπ.).

Το Νοσοκομείο αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη – μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν,

κατά τα οριζόμενα στα εδάφια 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή

2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

[Στις περιπτώσεις που η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η Α.Α. επισημαίνει, στο σημείο αυτό, την ανωτέρω υποχρέωση].

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ του εδαφίου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας.

2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατά την παράγραφο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με το εδάφιο 2.4.2.5 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. **Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινόι ανάδοχοι.** Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' του εδαφίου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' του εδαφίου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για το εδάφιο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ως άνω εδάφιο 2.2.3.1.

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- i)** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του εδαφίου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
- ii)** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης του εδαφίου 2.2.3.2 περίπτωση (α), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
- iii)** Για το εδάφιο 2.2.3.2 περίπτωση (α), πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- γ)** Για το εδάφιο 2.2.3.3 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- i)** Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
- ii)** Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
- iii)** Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις του εδαφίου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.4 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών⁸, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία^{9,10} (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.4 της παρούσας ανωτέρω).

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

- i)** Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
- ii)** Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.4, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται

⁸ Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.

⁹ Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1)

¹⁰ Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής)

υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.4.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις **εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες** υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις **αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:**

A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. *[Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας].*

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. [Προς τον σκοπό αυτό οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, να προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.]

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.4.α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις και στοιχεία απόδειξης του ετήσιου ειδικού κύκλου εργασιών σε αντικείμενα συναφή προς αυτό της παρούσας σύμβασης, είτε με επίσημους ισολογισμούς της επιχείρησης είτε με εκτυπώσεις από την πλατφόρμα gsis της ΑΑΔΕ. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. [εάν κι εφόσον απαιτείται].

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα εν ισχύει πιστοποιητικά, εκδοθέντα από αρμόδιους κοινοποιημένους οργανισμούς.

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και -εφόσον δεν προβλέπονται- υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφορών

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, για κάθε είδος της παρούσας, τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Ειδικότερα η τεχνική προσφορά, οι πίνακες συμμόρφωσης (παράρτημα ΙΙ) προς τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι, η οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα V και τυχόν πρόσθετα στοιχεία των τεχνικών προσφορών, όπως τεχνικές περιγραφές, τεχνικά φυλλάδια κλπ επισυνάπτονται ως συνημμένα και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα ψηφιακά αρχεία στο σύστημα.

Οι προσούρες (prospectus) δεν υπογράφονται ψηφιακά.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, ως εξής:

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,

- β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,
 γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),
 δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
 ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

- α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
 β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (πχ συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις και λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),
 γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
 δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3. Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική προσφορά»

2.4.3.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παρ. 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και γ) την υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα οικονομικού φορέα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.9.2, Β.1, παρ. ζ' της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως παράρτημα αυτής (Παράρτημα ΙΙΙ).

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ του εδαφίου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2. Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα^{11 12}.

Επιπλέον θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας του φύλλου συμμόρφωσης (παράρτημα II) προς τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος I. Στους συγκεκριμένους πίνακες:

→ Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ», έχουν αντιγραφεί αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, τηρώντας την ίδια αρίθμηση του παραρτήματος «I» της διακήρυξης.

→ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ανάλογα αν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

→ Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς ή/και σε αριθμημένα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών ή σε αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές σε μεθοδολογία εγκατάστασης, υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν την απάντηση στον πίνακα συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4 κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στο κείμενο παραπομπής θα υπογραμμίζεται το σημείο που τεκμηριώνει την απάντηση, καθώς και η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. προδ. 2.6).

Επίσης οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν¹³.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

2.4.4. Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, δίδεται σε ΕΥΡΩ, συμπληρώνεται στον πίνακα του παραρτήματος V της παρούσας, είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και αφορά **τα είδη του διαγωνισμού για τα οποία υποβάλλεται**, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.3 της παρούσας. **Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται το ανάλογο ποσοστό Φ.Π.Α.**

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της πράξης ολοκληρωμένης, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι επί των εκάστοτε πληρωμών κρατήσεις είναι οι εξής:

- Κράτηση **2%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007

¹¹ Άρθρο 94 του ν. 4412/2016

¹² Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

¹³ Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

- Κράτηση **0,1%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (άρθρο 350 παρ.3 Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4912/22 και ισχύει)
- Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.**

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται ο κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4.5 της παρούσας.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίδεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η προσφερόμενη συνολική τιμή για κάποιο από τα είδη της παρούσας υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης για το είδος αυτό, όπως καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **(12) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απaráβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης ή αποσαφήνισης ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, αλλά δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4782/2021,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του εδαφίου παραγράφου περ. γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, πλην των προβλεπόμενων στην παράγραφο 6.7 της παρούσας διακήρυξης.

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης για το προσφερόμενο είδος,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την **25-04-2024, Πέμπτη και ώρα 10:00**.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι κατ' αρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιούμενου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινομένου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την

κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, για κάθε είδος χωριστά, αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του είδους («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο εδάφιο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η επιτροπή διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ως άνω εδαφίου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου για κάποιο από τα είδη της παρούσας, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω (εδάφιο 3.1.2.1) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3. Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
- γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
- δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, το Νοσοκομείο μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4. Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1

επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το κλιμάκιο προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ.39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την έκθεση απόψεων της επί της προσφυγής. Στην έκθεση απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ένδικου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομομοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαραδέκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Γ. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, **αναστέλλονται** κατά το διάστημα **από 1η μέχρι και 31 Αυγούστου 2023**. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σε συμβάσεις προμηθειών, που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1. Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας)

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 της παρούσας στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, κατά τα λοιπά όπως στα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών της σύμβασης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός, ήτοι τουλάχιστον δεκατριών μηνών.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα είδη της σύμβασης είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Δεν απαιτείται.

4.2. Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της [παραγράφου 4 του άρθρου 105](#) του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της [παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016](#).

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4. Υπεργολαβίες

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστοί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα του εδαφίου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Το Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος, με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού – οικονομικού αντικειμένου.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί

τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1. Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την εξόφληση του **100%** της συμβατικής αξίας των ειδών μετά την οριστική παραλαβή τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3.1 της παρούσας.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας είναι απαραίτητη για κάθε πληρωμή.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της πράξης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, ως εξής:

- Κράτηση **2%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007
- Κράτηση **0,1%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (άρθρο 350 παρ.3 Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4912/22 και ισχύει)
- Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται ο κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: «ΑΔΑ Ανάληψης»

5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές του Νοσοκομείου, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16,

επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απορριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4. Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1. Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Η μέγιστη συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (12) μήνες από την υπογραφή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παραγγελίας..

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το παράρτημα VI της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και -εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος «Ι».

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους.

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.

6.5. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν απαιτείται

6.6 Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

6.7.1 Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

6.7.2 Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$$T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \Delta\text{TK})$$

Όπου ΔTK: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. T - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και T: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

6.7.3 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.7.4 Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ι"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

| A/A | Κωδικός νοσοκομείου | Περιγραφή Είδους | Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές | Ποσότητα | Ενδεικτική προϋπ/θείσα τιμή μονάδας | ΦΠΑ | Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. | Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. |
|-----|---------------------|----------------------------|---|----------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Εμφυτεύσιμο port CLASS III | Εμφυτεύσιμο port CLASS III δυναμικής έγχυσης 325 psi και απεικονιστικής βάσης σε σετ που να περιέχει απαραίτητως. -Υβριδικό port τιτανίου και περίβλημα πολυοξυμεθυλενίου (POM) standart profile,στη βάση του οποίου απεικονίζεται ο ρυθμός ροής έγχυσης από 1ml/sec έως 5ml/sec προσδιορίζοντας την θέση του κατά την ακτινοσκόπηση, βάρους 7,6gr και αντοχής σε δυναμική έγχυση 325psi με τρεις σπές ραμμάτων γεμισμένες σιλικόνη.- Καθετήρα πολυουρεθάνης 8Fr μήκους 60mm, βαθμονομημένο και ακτινοσκιερό ΜΗ ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ.-Βελόνα ασφαλείας HUBER PPS CT 20G μήκους 20mm.-Δύο (2) ακτινοσκιερούς δακτυλίου σύνδεσης του καθετήρα με το τύμπανο.-Σετ προστασίας της κεφαλής του υπερήχου (προφυλακτικό,gel,λαστιχάκια) -Οδηγό 0,035"/60cm τεχνικής thumbfeed , Ηχογενή βελόνα παρακέντησης 18G/7cmΘηκάρι-διαστολέα , Αφρώδη κύβο στερέωσης της βελόνας, Συνδετικό Raulerson, Trocar για τούνελ, Βελόνα HUBER ευθεία 22G με λοξοτόμηση , Σύριγγα.Να είναι Latex-free και DEHP-free | 3 | 495,00 € | 24% | 1.485,00 € | 1.841,40 € |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|----------|-----|------------|------------|
| 2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Εμφυτεύσιμο port CLASS III για χρήση με υπέρηχο | <p>Εμφυτεύσιμο port CLASS III για χρήση με υπέρηχο σε σετ που να περιέχει απαραίτητως:- Port υβριδικής τεχνολογίας Τιτανίου και POM(Πολυοξυμεθυλένιο) για ελαχιστοποίηση του βάρους έως 7,6gr για standard profile και 5gr για mini profile για να ενδείκνυται η τοποθέτηση στο χέρι. Να είναι δυναμικής έγχυσης 325psi, συμβατό με MRI και CT.- Καθετήρα σιλικόνης 7Fr ή 8Fr ή πολυουρεθάνης 7Fr, 9Fr μήκους 60cm, ανοιχτού άκρου, ακτινοσκοπικό, βαθμονομημένο ανά εκατοστό, ΜΗ ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ.- Ηχογενή βελόνα φλεβοκέντησης 18G x 7cm.- Σετ προστασίας κεφαλής υπερήχου(κάλυμμα,gel,λάστιχα).- Συσκευή RAULERSON για την αποφυγή εμβολής του αέρα.- Δύο (2) ακτινοσκοπικούς δακτυλίους σύνδεσης, συρμάτινο οδηγό, θηκάρι σχιστό εξερχόμενο,trocar για tunnel, επιλογέα φλεβός, σύριγγα. - Να είναι Latex και DEHP Free.</p> | 3 | 450,00 € | 24% | 1.350,00 € | 1.674,00 € |
|---|-----------|---|---|---|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|----------|-----|------------|------------|
| 3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Περιφερειακά εισαγόμενος κεντρικός καθετήρας (PICC) αντιμικροβιακός CLASS III | <p>Περιφερειακά εισαγόμενος κεντρικός καθετήρας (PICC) αντιμικροβιακός CLASS III μονού, διπλού και τριπλού αυλού, δυναμικής έγχυσης 325psi (22,4 bar) με ροή έγχυσης 5-7 ml/sec τεχνικής micro-seldinger, σε σετ που να περιέχει απαραίτητως:-</p> <p>Αντιμικροβιακό καθετήρα 4Fr ή 5Fr ή 6Fr μήκους 55cm πολυουρεθάνης μοριακά ενοποιημένη με ιόντα αργύρου (τεχνολογία AgION) τα οποία εκπέμπει βραδέως εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού, για αποφυγή biofilm και στο εσωτερικό του αυλού, αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά. Να διατηρεί την αντιμικροβιακή δράση 360 μέρες σε μικρόβια και μύκητες >99,9%. Να είναι ακτινοσκιερός , βαθμονομημένος ανά εκατοστό, να διαθέτει προέκταση με σφιγκτήρα Roberts και σχεδιασμό Reverse taper.-Συρμάτινο οδηγό Nitinol μήκους 50cm ή 67cm ή 135cm (0,018''-0,46mm) με επιχρυσωμένο βολφράμιο ορατό υπό ακτινοσκόπηση τεχνικής thumbfeed.-Βελόνα παρακέντησης SAFE 21G ηχογενή. Συνδετικό "T" με πλευρική θύρα για flushing του καθετήρα με φυσιολογικό ορό, εισαγωγέα desilet , νυστέρι SAFE, σύριγγα ,σύστημα σταθεροποίησης GRIP-LOCK ,αντιμικροβιακά πώματα πρόληψης λοιμώξεων Needle-less όσα και οι αυλοί, ταινία μέτρησης. -Το σώμα του καθετήρα να καλύπτεται με ειδικό περίβλημα φωτοπροστασίας.-Να είναι Latex και DEHP Free</p> | 3 | 340,00 € | 24% | 1.020,00 € | 1.264,80 € |
|---|-----------|---|--|---|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---------|-----|---------|---------|
| 4 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Σετ προετοιμασίας και παρακέντησης βελονών Huber | Σετ προετοιμασίας και παρακέντησης βελονών Huber σε εμφυτεύσιμα Port το οποίο να περιλαμβάνει:-4 γάντια νιτριλίου Νο7/8 με μανσέτες.-2 σκουφάκια-Μία προγεμισμένη σύριγγα με φυσιολογικό ορό 10 ml-1 χειρουργικό πεδίο σχιστό εξερχόμενο 45x45 cm με έκκεντρο άνοιγμα-1 αυτοκόλλητο στερεωτικό για την βελόνα 15x10 cm-10 κομπρέσες 7,5x7,5 cm 4ply Non-wooven-2 αυτοκόλλητες ταινίες 14,8x1,25 cm-Μία στρόφιγγα 3-way ασφαλείας -Να είναι Latex-free, DEHP-free. | 3 | 23,90 € | 24% | 71,70 € | 88,91 € |
| 5 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Σετ προστασίας της κεφαλής υπερήχου και του καλωδίου | Σετ προστασίας της κεφαλής υπερήχου και του καλωδίου και προετοιμασίας για την τοποθέτηση ενός καθετήρα (PORT,PICC,MIDLINE,CVC,BLOCK,κ.α.) Το σετ να παρέχεται σε λευκό δίσκο (20,8x14,6x4cm) τυλιγμένο σε απορροφητικό και αδιαπέραστο μη υφασμένο κάλυμμα (75x90cm) και να περιλαμβάνει: -1 μακρύ διαφανές προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής & καλωδίου 122x15cm συσκευασμένο σε σάκο πολυαιθυλενίου, 1 λάστιχο στηρίξεως (latex-free), 1 δόση gel υπερήχων σε συσκευασία 20ml αποστειρωμένο σε ακτίνες γάμμα. -2 σφουγγαράκια καθαρισμού, 3 στρογγυλά δοχεία: 2 ημιδιαφανή για αλατούχο διάλυμα και απολυμαντικό, 1 κόκκινο για το αναισθητικό φάρμακο , 1 λευκή απορροφητική πετσέτα 33x38cm. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο , Latex-free & DEHP-free. | 3 | 24,80 € | 24% | 74,40 € | 92,26 € |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 6 | 11020120102 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 3600 ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ 6- 7ΜΜ | 4 | 368,00 € | 24% | 1.472,00 € | 1.825,28 € |
| 7 | 11020120102 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 3600 ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ 7- 9ΜΜ | 4 | 368,00 € | 24% | 1.472,00 € | 1.825,28 € |
| 8 | 11010282253 | Αντένα microwave 15G με κεραμικό άκρο | 1.1.Αντένα μικροκυμάτων 15 G με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης κλειστού τύπου .Να έχει απόδοση από 60 έως και 140 Watt στα 2.45 Ghz χωρίς την ανάγκη χρήσης choke .Να έχει τη δυνατότητα θερμοκαυτηρίασης 4,5x5,5 cm σε έξι λεπτά. Να έχει αντικολλητική επένδυση σε όλο το μήκος της.Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο κεραμικό άκρο μήκους 1,7cm. Να προσφέρετε σε διάφορα μήκη 14cm, 19cm και 29cm προς επιλογή.. Το σύστημα να συνοδεύεται από διεγχειρητικό υπέρηχο με λαπαρασκοπική κεφαλή και από την αντίστοιχη γεννήτρια μικροκυμάτων(MW), η οποία να πιστοποιείται με επίσημο έγγραφο/Πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου, ότι λαμβάνει κλινική και τεχνική υποστήριξη(service). | 1 | 3.000,00 € | 24% | 3.000,00 € | 3.720,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|------------|-----|------------|------------|
| 9 | 11010150269 | Ενεργό ηλεκτρόδιο μη αναστρέψιμης ηλεκτροδιάτρησης διαμέτρου 19G | <p>2.1.Ενεργά ηλεκτρόδια μη αναστρέψιμης ηλεκτροδιάτρησης IRE συμβατά με Nanoknife 3.0 νέας γενιάς.</p> <p>Διάμετρος 19 Gauge και μήκους 15 και 25 cm για λαπαροσκοπική χρήση.</p> <p>Να λειτουργούν με τρόπο που να μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής. Να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Να μπορούν να εφαρμόζουν τεστ αγωγιμότητας του ιστού σε πραγματικό χρόνο πριν από τη θεραπεία παρέχοντας το 30% της έντασης του ρεύματος.</p> <p>Εκτός από την γεννήτρια, να παρέχεται διεγχειρητικός υπέρηχος με λαπαροσκοπική κεφαλή, ως συνοδός εξοπλισμός.</p> | 1 | 2.150,00 € | 24% | 2.150,00 € | 2.666,00 € |
| 10 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | MICROWAVE ABLATION | <p>Ομοαξονικό σύστημα μετάδοσης μικροκυμάτων για καύση νεοπλασμάτων CONTINUOUS και PULSE MODE , διαμέτρου 16G και μήκους 27CM ,για λαπροσκοπική χρήση, κατασκευασμένο από zirconium , συχνότητας 2450MHZ/140WATT , να φέρει υδραυλικό σύστημα ψύξης της κεραίας , να διαθέτει mini choke για την αποφυγή του φαινομένου της απαγωγής της θερμότητας , να πραγματοποιεί track ablation για την αποφυγή διασποράς των καρκινικών κυττάρων κατά την φάση απόσυρσης με ειδική λειτουργία της γεννήτριας</p> | 1 | 3.000,00 € | 24% | 3.000,00 € | 3.720,00 € |
| 11 | 11070060440 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΑΚΡΟΥ | <p>Αντένα κρυσπηξίας για κατάλυση νεοπλασμάτων μεταβλητού άκρου με χειροκίνητο επιλογή ice sphere από 1.5 - 5.0mm, μήκους 280mm</p> | 1 | 3.000,00 € | 24% | 3.000,00 € | 3.720,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 12 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ HABIB | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΩΝ Ή ΕΞΙ Ή ΟΧΤΩ ΑΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΝΕΦΡΟΣ , ΣΠΛΙΝΑΣ) ΜΗΚΟΥΣ 50,75,100mm ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΩΝ 1,5mm | 1 | 2.400,00 € | 24% | 2.400,00 € | 2.976,00 € |
| 13 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜ ΟΥ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | <ul style="list-style-type: none"> • ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ • ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 5,7,10,15,20,25,30,35mm. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 17 ΚΑΙ 18G , ΜΗΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 70,100,150,200,250 ΚΑΙ 270(ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ) • ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ. • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CHOKE • ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΦΙΑΡΙΚΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΣ <ul style="list-style-type: none"> • ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ • ΙΣΧΥΣ 200WATT,450KHZ • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ TRACK ABLATION ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ. • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ 180 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ <ul style="list-style-type: none"> • ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ COAXIAL | 1 | 1.800,00 € | 24% | 1.800,00 € | 2.232,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----|------------|-----|------------|------------|
| | | | • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | |
| 14 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΩΝ | ΠΛΗΡΩΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΡΟΜΟΘΥΜΟΛ BLUE (BTB) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΥΓΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ | 1 | 1.900,00 € | 24% | 1.900,00 € | 2.356,00 € |
| 15 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (MDL TY) | Αυτόματη βελόνα βιοψίας μαστού με δυνατότητα πυροδότησης σε δύο στάδια , να διαθέτει δύο σημεία πυροδότησης , δυο λαβες στο εμπρόσθιο τμήμα η μία οπλισμού και η δεύτερη για την εξαγωγή του δείγματος , δυνατότητα συλλογής δείγματος 10mm και 20mm άκρο τύπου Menghini από ατσάλι AISI 304 , σε διαστάσεις 14G10CM,14G15CM,16G10CM,16G15CM , μίας χρήσης , αποστειρωμένο | 10 | 45,00 € | 24% | 450,00 € | 558,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---|------------|-----|------------|------------|
| 16 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΣΕΤ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | Σετ οπτικής ίνας θερμικής καύσης με τεχνολογία lazer , με δυνατότητα συνεχούς(cw) ή παλμικού(ps) καυτηριασμού ,ακτινικής εκπομπής 360 μοιρών ή πλάγιας ή κάθετης και δυνατότητα επιλογής με τραυματικό και ατραυματικό tip .Να διατίθεται σε • Standar donut-fiber 600 και 800μm ball type• Standar donut-fiber 600 και 800μm pencil type• Slim donut fiber 400 και 600μmΝα έχει μαρκάρισμα αν 1cm και πολλαπλό αν 10cm και μεγάλο μαρκάρισμα διαφορετικού χρώματος στο τέλος της Να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός γεννήτρια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με ισχύ 20watt | 2 | 990,00 € | 24% | 1.980,00 € | 2.455,20 € |
| 17 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | Χειρουργικό διπολικό εργαλείο στεγανοποίησης και αιμόστασης , ραδιοσυχνοτήτων με δυνατότητα έγχυσης φυσιολογικού ορού , με mini choke ,200watt ,450khz | 1 | 2.300,00 € | 24% | 2.300,00 € | 2.852,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 18 | 11500014339 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ | Ατραυματικό αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο παρακολούθησης- εντοπισμού των κινητικών κλάδων (άνω και κάτω λαρυγγικών νεύρων) του λαρυγγικού νεύρου, σε επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής. Το ηλεκτρόδιο να είναι μονοκάναλο, μεγάλου εύρους ώστε να πραγματοποιείται πλήρη επαφή με τις φωνητικές χορδές, με σκοπό την συνεχή διεγχειρητική παρακολούθηση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων. Το ηλεκτρόδιο διατίθεται αποστειρωμένο και προσαρμόζεται σε όλα τα είδη και μεγέθη ενδοτραχειακού σωλήνα που διαθέτει το νοσοκομείο. Να παρέχονται ως συνοδός εξοπλισμός:α) Ειδικός διπολικός μεταλλικός σπειλεός, τύπου Microfork, με ατραυματικά τύπου μπίλιας άκρα (ball tips), μήκους 90mm κατάλληλος για επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής.β) Γεννήτρια – Monitor 15 ιντσών ,για την συνεχή καταγραφή των προκαλούμενων ερεθισμάτων (EMG) καθώς και για τον εντοπισμό των κινητικών κλάδων των λαρυγγικών νεύρων ,μέσω της απευθείας διεγχειρητικής διέγερσης του (DNS). Τα προκλητά δυναμικά να προβάλλονται μέσω οπτικοακουστικού σήματος, υψηλής ευκρίνειας. Η ένταση του ακουστικού σήματος να μεταβάλλεται ανάλογα με το εύρος του σήματος.Το ηλεκτρόδιο, η γεννήτρια και ο διπολικός σπειλεός είναι του ίδιου κατασκευαστικού για απόλυτη συμβατότητα και ορθότητα λειτουργίας του συστήματος. Οι τεχνικοί – χειριστές της εταιρείας μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι εγγράφως από την κατασκευάστρια εταιρεία | 20 | 330,00 € | 24% | 6.600,00 € | 8.184,00 € |
|----|-------------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | | (Training Reports). | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 19 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Σετ Αναλωσίμων Μονάδας Δόνησης Υπερήχων. | Σετ Αναλωσίμων Μονάδας Δόνησης Υπερήχων. Να αποτελείται από τουλάχιστον 13 αποστειρωμένα ακρόδια μιας χρήσης προς επιλογή, σωληνώσεις και κάνιστρο συλλογής εκκρίσεων έκπλυσης-αναρρόφησης χωρητικότητας 2000ml. Να διαθέτει ειδικό κοντό ρύγχος διαμέτρου 1.9mm για ηπατεκτομές και λαπαροσκοπικό ωφέλιμου μήκους 30cm. Το ακρόδιο να φέρει προστατευτικό σιλικόνης μια χρήσης, αποστειρωμένο σε δική του συσκευασία. Να είναι κατάλληλο για επιλεκτική κοπή, έκπλυση και αναρρόφηση όγκων διαφορετικής υφής, συμπαγών οργάνων (ήπαρ, εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό). Το σύστημα να διαθέτει δική του αυτόνομη αναρρόφηση και να παρέχει δυνατότητα επιλογής ταυτόχρονης ή ανεξάρτητης αιμόστασης καθώς και ρύθμισης αυτόματης λειτουργίας για την προστασία των υγείων ιστών (DTR). Να φέρει ασύρματο ποδοδιακόπτη και να μην απαιτείται για την λειτουργία του η χρήση εξωτερικής αναρρόφησης. Να λειτουργεί σε συνδυασμό με πιεζοηλεκτρικά διεγειρόμενες χειρολαβές αποδιδόμενης συχνότητας μέχρι και 23kHz και εύρος κρούσης έως και 350 microns. | 2 | 1.900,00 € | 24% | 3.800,00 € | 4.712,00 € |
|----|-----------|--|--|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|----|----------|-----|------------|------------|
| 20 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Σετ Αναλωσίμων Μονάδας Δόνησης Υπερήχων για χειρουργικό καθαρισμό | <ul style="list-style-type: none"> • Να αποτελείται από τουλάχιστον 6 ακρόδια από κράμα τιτανίου, • Να λειτουργεί σε συνδυασμό με πιεζοηλεκτρικά διεγερόμενες χειρολαβές αποδιδόμενης συχνότητας μέχρι και 22.5kHz και να φέρει ποδοδιακόπτη. • Να παρέχει δυνατότητα επιλογής λειτουργίας συνεχόμενων ή μεταβαλλόμενων παλμών • Να διαθέτει ενσωματωμένη περισταλτική αντλία για μηχανική και υδροδυναμική απομάκρυνση των βακτηριακών σχηματισμών "biofilms" | 10 | 600,00 € | 24% | 6.000,00 € | 7.440,00 € |
| 21 | 11140040443 | Οργανωτής ραμμάτων χειρουργείων βαλβίδας καρδιάς | Σύστημα σταθεροποίησης και οργάνωσης ραμμάτων , 8 θέσεων από σιλικόνη που να κρατά σταθερά τα ράμματα ,εύκαμπτο, οφιοειδές για να προσαρμόζεται στο σώμα του ασθενή . Ιδανικό για ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές , με άριστη κολλητική ικανότητα στα χειρουργικά πεδία και με σπές για χρήση με ρουχολαβίδες , αριθμημένο με ανάγλυφους και τυπωμένους χαρακτήρες , σε συσκευασία τριών τεμαχίων ,μ.χ., latex free..Σε διάσταση 23x3,5 cm, | 10 | 125,00 € | 24% | 1.250,00 € | 1.550,00 € |
| 22 | 16040010227 | Σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης | Φορητό σύστημα, ενεργής και συνεχούς, αντιθρομβωτικής προφύλαξης ασθενούς, διαβαθμισμένης συμπίεσης VascuEase του οίκου BIOCOMPRESSIONSYSTEMSINC, ΑΜΕΡΙΚΗΣ που περιλαμβάνει δύο (2) αντλίες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστή των μπαταριών και δύο (2) κάλτσες κνήμης προσαρτόμενες στις αντλίες για διαβαθμισμένη αντιθρομβωτική προφύλαξη κάτω άκρων. | 5 | 998,00 € | 24% | 4.990,00 € | 6.187,60 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|----|---------|-----|------------|------------|
| 23 | 11400160286 | Κόλλα δέρματος με αντιμικροβιακές ιδιότητες | Τοπικό συγκολλητικό δέρματος (Κόλλα σύγκλισης δέρματος). Να διατίθεται αποστειρωμένο, ως υγρό τοπικό συγκολλητικό δέρματος που περιέχει ένα μονομερές ιδιοσκεύασμα (2-οκτυλ κυανοακρυλικός εστέρας) και τη χρωστική ουσία D & C Ιώδης #2. Να παρέχεται ως συσκευή εφαρμογής μίας χρήσης, χωρίς πτερύγια, σε συσκευασία αμπούλας (blister) 0,36ml. Το υγρό να έχει ιξώδες και να πολυμερίζεται μέσα σε λίγα λεπτά. Να παρέχει πάνω από 90% αντιμικροβιακή προστασία εντός 72 ωρών από την εφαρμογή του. Να δύναται να παράγει ζώνη αναχαίτισης στα gram-θετικά βακτήρια (MRSA and MRSE) και gram-αρνητικά βακτήρια (E coli) in vitro. | 40 | 10,61 € | 24% | 424,40 € | 526,26 € |
| 24 | 11400230142 | Σύστημα σύγκλισης τράυματος | Σύστημα σύγκλισης δέρματος για αποκατάσταση τραύματος. Να αποτελείται από: <ul style="list-style-type: none"> • Ένα υγρό τοπικό συγκολλητικό δέρματος που περιέχει μονομερές ιδιοσκεύασμα (2-οκτυλ-κυανοακρυλικό εστέρα) και χρωστική ουσία. • Ένα αυτοκόλλητο πλέγμα από πολυεστέρα κατάλληλο για την ενεργοποίηση του πολυμερισμού του υγρού συγκολλητικού. Το σύστημα να είναι 33% ισχυρότερο από τα clip που εφαρμόζονται στα τραύματα και 40% ισχυρότερο από ένα ράμμα 4-0. Το σύστημα να παρέχει πάνω από 90% αντιμικροβιακή προστασία εντός 72 ωρών από την εφαρμογή του. Να διατίθεται σε μήκος 22&60cm (να προσφερθούν απαραίτητα και οι δυο κωδικοί). Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης | 40 | 80,00 € | 24% | 3.200,00 € | 3.968,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------------|---|----|---------|-----|------------|------------|
| | | | επιστημονικές μελέτες του υλικού και όχι της τεχνικής εφαρμογής. | | | | | |
| 25 | 11250710086 | Περισκελίδες Μηρού | Περισκελίδες από τον μηρό ως τα σφυρά να αποτελούνται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού. Η ύφανση τους να είναι τριών στρώσεων, το κατώτερο τμήμα να αποτελείται από μαλακό (Comfort/Soft) υλικό με μικρές οπές που να επιτρέπουν τον αερισμό του δέρματος μέσω αυτών, το μεσαίο να αποτελείται από PVC με οπές εξαερισμού και το ανώτερο από μαλακό ύφασμα με μεγαλύτερες οπές για να παρέχει αίσθημα δροσιάς στον ασθενή. Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. Να μην φέρουν foot cuff για αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανής δυσσομίας. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της | 40 | 42,00 € | 24% | 1.680,00 € | 2.083,20 € |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. Στην περιοχή του γονάτου να υπάρχει άνοιγμα τόσο προς διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενή όσο και προς αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής που είναι επιφανειακά.</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου ,γάμπας και μηρού (45 ,40 και 30mmHg) σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανά τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h.</p> <p>Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται από την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση. Σε περίπτωση μειοδοσίας, να παρέχεται δωρεάν για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος η συσκευή πνευματικής συμπίεσης η οποία συνδέεται με τις περισκελίδες/περικνημίδες και η οποία θα πρέπει να είναι σύμμορφη με τα UL60601-1, CSA C22.2 NO. 60601-1: 2014, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD 1(2012) και IEC 60601-1-2:2007 Standards UL Classified File # E351453</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------|---|----|---------|-----|------------|------------|
| 26 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Φωτιζόμενη λαβίδα συγκράτησης ιστού | <p>Φωτιζόμενη λαβίδα συγκράτησης ιστού, μιας χρήσης, με ενσωματωμένο φως LED και σύστημα εκκένωσης καπνού, ασύρματη χωρίς την ανάγκη χρήσης καλωδίου. Να είναι σχεδιασμένο ειδικά για χειρουργική επέμβαση μαστού και άλλων επεμβάσεων όπου απαιτείται, καθώς μεγιστοποιεί την ορατότητα του χειρουργικού πεδίου, ακόμη και σε σημεία όπου το φως της εκάστοτε χειρουργικής αίθουσας δεν είναι επαρκές. Να έχει ομαλό κουμπί on/of για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής των γαντιών. Να συνδέεται με συσκευή εκκένωσης καπνού. Να έχει αντιολισθητική λαβή έτσι ώστε να μειώνει την κούραση κατά την χρήση. Να παρέχεται με λεία ή/και οδοντωτή άκρη για καλύτερη συγκράτηση του ιστού σύμφωνα με τις ανάγκες του χειρουργού.</p> | 30 | 75,00 € | 24% | 2.250,00 € | 2.790,00 € |
|----|-----------|-------------------------------------|---|----|---------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 27 | 11640010717 | KIT OS-S | <p>Συσκευή διάσπασης του βιολογικού ιστού η οποία επιτρέπει την λήψη μικρομοσχευμάτων, τα οποία διεισδύονται αμέσως ξανά στον ιστό του ίδιου του ασθενούς με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Η συσκευή να είναι μιας χρήσης και να αποτελείται από έναν υποδοχέα ο οποίος φέρει ένα πλέγμα με 100 εξαγωνικές οπές, κάθε οπή να έχει μέγεθος 80 μικρά και να είναι εξοπλισμένη με έξι μικρολεπίδες, υπεύθυνες για τη διάσπαση των ιστών, και μία συσκευή σταθερών στροφών (80 στροφές/ λεπτό) η οποία ενεργοποιεί τον υποδοχέα πιέζοντας ομαλά τον ιστό στις μικρολεπίδες. Τέλος, ενώ το δείγμα υποβάλλεται σε επεξεργασία, οι βαθμονομημένες οπές να λειτουργούν ως φίλτρο επιλέγοντας μόνο τα σωματίδια και τα κύτταρα μικρότερα από 80 μικρά στον υποδοχέα και αργότερα να συλλέγονται από τους γιατρούς ως Μικρομοσχεύματα. Η όλη διαδικασία (αποσύνθεση και μόσχευμα) να γίνεται σε ένα χειρουργικό χρόνο, που διαρκεί περίπου 30 λεπτά και ο ασθενής να είναι ταυτόχρονα δότης και δέκτης του ιστού.</p> | 5 | 1.200,00 € | 24% | 6.000,00 € | 7.440,00 € |
|----|-------------|----------|--|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|----|----------|-----|------------|------------|
| 28 | 11400170007 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΥΔΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | Σύστημα υδροχειρουργικού καθαρισμού, επιλεκτικής αφαίρεσης νεκρωτικού ιστού απο εγκαύματα, χρόνια και οξεία τραύματα. Να λειτουργεί με χρήση φυσιολογικού ορού. Στο ακροφύσιο να δημιουργείται μια υψηλής πίεσης λεπτή γραμμή υγρού η οποία να συγκρατεί, να κόβει και να παροχετεύει τον ιστό. Να αποτελείται από α) μονάδα λειτουργίας με ρυθμιστή διαβάθμισης ισχύος, β) υποπόδιο μοχλό λειτουργίας, γ) αναλώσιμες αποστειρωμένες λαβές με διάφορες γωνίες και παράθυρα εφαρμογής. | 8 | 402,00 € | 24% | 3.216,00 € | 3.987,84 € |
| 29 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Κεραία μεταφοράς ραδιοκύματος – Μεγάλη, μιας χρήσης, με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 2,80 μέτρων συμβατό αποκλειστικά με γεννήτριες Ραδιοχειρουργικής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W, 90W & 60W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Η κεραία να είναι αυτοκόλλητη για ασφαλή συγκόλληση, διπλής αγωγίμης επιφάνειας 14,50 cm x 8.00 cm, επικαλυμμένη με ειδικό τζελ. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo) | 80 | 56,47 € | 13% | 4.517,60 € | 5.104,89 € |
| 30 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Καλώδιο Διπολικής Λαβίδας, μίας χρήσης. Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo) Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W | 80 | 88,24 € | 13% | 7.059,20 € | 7.976,90 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|----|----------|-----|-------------|-------------|
| | | | (διπολική turbo).Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo) | | | | | |
| 31 | 11670019214 | | 1)Χειρολαβή 3 Πλήκτρων Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0MHz & 1.7MHz. και ισχύς εξόδου 150W(μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO) (τομή-τομή/αιμόσταση-αιμόσταση) μίας χρήσης, αποστειρωμένη.2) Κεραία Μεταφοράς Ραδιοκύματος, μίας χρήσης, Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0MHz & 1.7MHz. και ισχύς εξόδου 150W(μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO) 3) Ηλεκτρόδιο βελόνα μεταβλητου μίας χρήσης . Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0MHz & 1.7MHz. και ισχύς εξόδου 150W(μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO) 4) Ηλεκτρόδιο Σπάτουλα για διατομή Υποδόριου & Παρασκευή Ιστών, μίας χρήσης με "shaft"1/16". Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0MHz & 1.7MHz. και ισχύς εξόδου 150W(μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO Na είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W | 40 | 251,00 € | 24% | 10.040,00 € | 12.449,60 € |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | (διπολική turbo) | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|----------|-----|-------------|-------------|
| 32 | 11670019256 | <p>1)Χειρολαβή 3 Πλήκτρων Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0MHz & 1.7MHz. και ισχύς εξόδου 150W(μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO) (τομή-τομή/αιμόσταση-αιμόσταση) μίας χρήσης, αποστειρωμένη.</p> <p>2) Κεραία Μεταφοράς Ραδιοκύματος, μίας χρήσης, Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0MHz & 1.7MHz. και ισχύς εξόδου 150W(μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO)</p> <p>3) Ηλεκτρόδιο βελόνα με κυρτό άξονα 45 μοίρες και μήκος βελόνας 5mm συνολικού μήκους εργασίας 3cm μίας χρήσης . Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0MHz & 1.7MHz. και ισχύς εξόδου 150W(μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO)</p> <p>4) Ηλεκτρόδιο Σπάτουλα για διατομή Υποδόριου & Παρασκευή Ιστών, μίας χρήσης με "shaft"1/16". Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0MHz & 1.7MHz. και ισχύς εξόδου 150W(μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO.Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p> | 40 | 251,00 € | 24% | 10.040,00 € | 12.449,60 € |
|----|-------------|--|----|----------|-----|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|----------|-----|-------------|-------------|
| 33 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 205 mm μήκος, tip 2.0x8.0 mm, μήκος εργασίας 95 mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).</p> | 20 | 480,00 € | 24% | 9.600,00 € | 11.904,00 € |
| 34 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 205 mm μήκος, tip 1.2x8.0 mm, μήκος εργασίας 95 mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).</p> | 100 | 480,00 € | 24% | 48.000,00 € | 59.520,00 € |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|-----|-------------|-------------|
| 35 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 205 mm μήκος, tip 1.0x8.0 mm, μήκος εργασίας 95 mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p> | 25 | 480,00 € | 24% | 12.000,00 € | 14.880,00 € |
| 36 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 205 mm μήκος, tip 0,4x6.0 mm, μήκος εργασίας 95 mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p> | 15 | 480,00 € | 24% | 7.200,00 € | 8.928,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 37 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 18 cm μήκος, tip 0,5 mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).</p> | 20 | 209,00 € | 24% | 4.180,00 € | 5.183,20 € |
| 38 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 18 cm μήκος, tip 1,0 mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).</p> | 20 | 209,00 € | 24% | 4.180,00 € | 5.183,20 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------|--|----|----------|-----|------------|------------|
| 39 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ | <p>Διπολική αντικολητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 235 mm μήκος, tip 1.2x8.0 mm, μήκος εργασίας 130 mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p> | 15 | 480,00 € | 24% | 7.200,00 € | 8.928,00 € |
| 40 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ | <p>Διπολική αντικολητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 17,5 mm μήκος, tip 1,0x8,0mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).</p> | 10 | 480,00 € | 24% | 4.800,00 € | 5.952,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 41 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα ευθεια μίας χρήσης μήκους 9cm με αντικολλητικό άκρο 0,2 mm κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p> | 15 | 209,00 € | 24% | 3.135,00 € | 3.887,40 € |
| 42 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα ευθεια μίας χρήσης , μήκους 16,5 cm , και tip 0,5 cm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).</p> | 15 | 209,00 € | 24% | 3.135,00 € | 3.887,40 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------|--|----|----------|-----|------------|------------|
| 43 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ | <p>Διπολική αντικολλητική λαβίδα ευθεια μίας χρήσης μήκους 14 cm και tip 0,2 mm με άκρο κατασκευασμένο από κράμα αργύρου Sterling 925 (92.5% καθαρό άργυρο) μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία nxtTM, η οποία χάρη στις ιδιότητες αγωγιμότητας που φέρει να την καθιστά πλήρως αντικολλητική. Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p> | 15 | 209,00 € | 24% | 3.135,00 € | 3.887,40 € |
|----|-----------|------------------|--|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|------------|-----|------------|------------|
| 44 | 11010282245 | <p>Σύστημα διαδερμικής ή ενδοσκοπικής θερμοκαυτηρίασης όγκων με ραδιοσυχνότητες. Ηλεκτρόδια/Βελόνες μιας χρήσης 17G ή και 19G, 25 ή 200W, με μήκος 7,15,20,25cm, κυκλικό εύρος καυτηριασμού 5,7,10,15,20,30, 40mm. Να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να είναι τριγωνικής δομής η κεφαλή των ηλεκτροδίων, προκειμένου να απεικονίζονται και να κινούνται καλύτερα στον υπέρηχο και στον τομογράφο. Να λειτουργούν με εύρος ραδιοκυμάτων 470kHz. Να έχουν ψυχόμενα άκρα. Τα ηλεκτρόδια/βελόνες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά ένα, ανά δύο ή και ανά τρία με δυνατότητα μέγιστης θερμοκαυτηρίασης όγκου 5.5cmX5.2cm, εύρος καυτηριασμού ηλεκτροδίου 30mm, ισχύς 200w με συνολικό χρόνο καυτηρίασης 12-16 λεπτά. Να συνδέονται με συμβατή γεννήτρια ραδιοκυμάτων του ίδιου κατασκευαστικού οίκου διαδερμικής, ενδοσκοπικής θερμοκαυτηρίασης όγκων. Να υποστηρίζει 3 κανάλια ablation εξόδου πάνω από 200W. Η συσκευή να διαθέτει 3 menu χειρισμού, αυτόματο, δυναμικό χειρισμό και χειρισμό θερμοκρασίας. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία ψύξης. Ο σωλήνας κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού μπορεί να φτάσει ως το μπροστινό άκρο του ηλεκτροδίου ώστε να μειώνει την απανθράκωση των ιστών και να διαφυλάσσει τους υγιείς ιστούς. Να έχει σύστημα απεικόνισης θερμοκρασίας και επιπλέον αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας για παραπλήσιο ιστό. Να</p> | 1 | 3.000,00 € | 24% | 3.000,00 € | 3.720,00 € |
|----|-------------|---|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | διαθέτει πιστοποίηση CE Mark και FDA. Να παρέχονται εγχειρίδιο χρήσης και τεχνικές προδιαγραφές εργοστασίου.Ο προμηθευτής να έχει επίσημη εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 45 | 11010282240 | <p>Σύστημα διαδερμικής ή ενδοσκοπικής θερμοκαυτηρίασης όγκων με μικροκύματα. Διαδερμική Αντένα μιας χρήσης εκπομπής ραδιοκυμάτων έως 150W εσωτερικώς ψυχόμενη και κατασκευασμένος ο άξονάς της από ανοξείδωτο ατσάλι και τα άκρα της από κεραμικό υλικό, με εργονομική λαβή. Να διατίθεται με εξωτερική διάμετρο 15G και σε μήκη 15, 20, 25 cm με περιοχή εκπομπών 26mm, 31mm. Η Αντένα να διαθέτει πατενταρισμένη σχεδίαση, Antiphase Technology , ώστε να κάνει την ζώνη αφαίρεσης πιο σφαιρική και ο θερμοκαυτηρισμός να γίνεται πιο σφαιρικός και αποτελεσματικός για να διασφαλίζεται η διατήρηση των υγιών ιστών. Ο σωλήνας κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού μπορεί να φτάσει ως το μπροστινό άκρο της αντένας για την αποφυγή της τήξης και την αποφυγή της απανθράκωσης των ιστών και να διαφυλάξει τους υγιείς ιστούς. Να είναι τριγωνικής δομής η κεφαλή της αντένας προκειμένου να απεικονίζονται και να κινούνται καλύτερα στον υπέρηχο και στον τομογράφο. Οι αντένες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά μία με εύρος μέγιστης θερμοκαυτηρίασης 4,5X4,5cm, 100W ισχύς και μέγιστο χρόνο 10 λεπτά , ανά δύο με εύρος μέγιστης θερμοκαυτηρίασης 4,8X6,5cm, 75/75W ισχύς ανά αντένα και μέγιστο χρόνο 15 λεπτά. Να συνδέονται με συμβατή γεννήτρια μικροκυμάτων του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, Διαδερμικής, ενδοσκοπικής θερμοκαυτηρίασης όγκων με μικροκύματα, με συχνότητα 2450 Mhz, έως 150W μέγιστης ισχύος εξόδου. Με ακρίβεια</p> | 2 | 1.460,00 € | 24% | 2.920,00 € | 3.620,80 € |
|----|-------------|--|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>ισχύος εξόδου $\pm 5\%$. Να διαθέτει κατάλληλη ενσωματωμένη αντλία ψύξης. Να έχει έξοδο 2 διαφορετικών ανεξάρτητων καναλιών. Να έχει σύστημα απεικόνισης θερμοκρασίας και επιπλέον αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας για παραπλήσιο ιστό. Ο προμηθευτής να έχει επίσημη εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|-----|----------|------------|
| 46 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις, μήκους 8.5 cm, 15.5 cm, 25.5 cm. Να διαθέτει δυνατότητα ανοίγματος των σιαγόνων του εργαλείου από την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται κεφαλές αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Σε μήκη συρραφής 30, 45, 60, 75 mm, με διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, (2.0 – 2.5 – 3.0 mm για αγγειακό – κανονικό ιστό, 3.0 – 3.5 – 4.0 mm για κανονικό - παχύ ιστό και 4.0 – 4.5 – 5.0 mm για παχύ – πολύ παχύ ιστό.). Επίσης να δύναται να δεχθεί κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς να διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$. Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία.</p> | 3 | 280,00 € | 24% | 840,00 € | 1.041,60 € |
|----|-----------|--|---|----------|-----|----------|------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---|--------|---|----------|-----|------------|------------|
| 47 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Να διαθέτουν διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, (2.0– 2.5 – 3.0 mm για αγγειακό – κανονικό ιστό, 3.0 – 3.5 – 4.0 mm για κανονικό - παχύ ιστό και 4.0 – 4.5 – 5.0 mm για παχύ – πολύ παχύ ιστό). Επίσης να διατίθενται κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς να διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$. Σε μήκη συρραφής: | | | | 24% | 0,00 € | 0,00 € |
| 47.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Α)30mm | 3 | 375,00 € | 24% | 1.125,00 € | 1.395,00 € |
| 47.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Β)45mm | 3 | 375,00 € | 24% | 1.125,00 € | 1.395,00 € |
| 47.3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Γ)60MM | 3 | 375,00 € | 24% | 1.125,00 € | 1.395,00 € |
| 47.4 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Δ)75mm | 3 | 410,00 € | 24% | 1.230,00 € | 1.525,20 € |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|--|--|--|--|
| 48 | 11010010456 | <p>Εργαλείο υπερήχων ανοιχτών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και για αιμόσταση- διατομή και απολίνωση αγγείων έως και 7mm- ακόμα και σε Επίπεδο 1- πιστοποιημένο με CE, με αποκλειστική χρήση υπερήχων, διαθέσιμο σε μήκη 13cm, 21cm, 35cm, 43cm. Να έχει εξωτερική διάμετρο 5.5mm, κυρτού άκρου κυρτού άκρου περίπου 19mm, από κράμα τιτανίου, να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση (συχνότητα λειτουργίας) 55.5KHz. Να έχει ενσωματωμένη σχεδίαση δυναμόκλειδου με περιστρεφόμενο τροχό, εργονομική κλειστού τύπου σκανδάλη με επιλογή ενέργειας min και Max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολίνωση. Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (HandActivation) ή με ποδοδιακόπτη χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Ο στυλεός να είναι από τιτάνιο ώστε να επιτυγχάνεται μόνωση και σωστή κατανομή βάρους. Να είναι μιας χρήσης. Να παρέχεται μετατροπέας 99 χρήσεων. Να συνοδεύεται από αυτορρυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση της ενέργειας εξόδου σε δύο κλίμακες (min και Max), όπου ο χειριστής θα επιλέγει από τη σκανδάλη. Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συμβατή λειτουργία στα 55.5KHz. Να παρέχονται εγχειρίδιο χρήσης και τεχνικές προδιαγραφές του εργοστασίου. Να συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου καθώς και να παρέχονται και όλα τα μεγέθη.</p> | | | | | |
|----|-------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|-------------|--|---|---|----------|-----|------------|------------|
| 48.1 | 11010010456 | | A)13CM | 3 | 730,00 € | 24% | 2.190,00 € | 2.715,60 € |
| 48.2 | 11010010456 | | B)21CM | 3 | 730,00 € | 24% | 2.190,00 € | 2.715,60 € |
| 48.3 | 11010010456 | | Γ)35CM | 3 | 730,00 € | 24% | 2.190,00 € | 2.715,60 € |
| 48.4 | 11010010456 | | Δ)43CM | 3 | 730,00 € | 24% | 2.190,00 € | 2.715,60 € |
| 49 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | <p>ΛΑΠ Σετ Λαπαροσκοπικής χειρουργικής μεθόδου Ραδιοχειρουργικής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Να αποτελείτε από:</p> <p>α) Κεραία μεταφοράς ραδιοκύματος – Μεγάλη, μιας χρήσης, με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 2,80 μέτρων συμβατό αποκλειστικά με γεννήτριες Ραδιοχειρουργικής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W, 90W & 60W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo) Η κεραία να είναι αυτοκόλλητη για ασφαλή συγκόλληση, διπλής αγωγικής επιφάνειας 14,50 cm x 8.00 cm, επικαλυμμένη με ειδικό τζελ.β) Μονοπολικό καλώδιο Λαπαροσκοπικής χειρουργικής μια χρήσης 3 μέτρων με 4 mm θηλυκό βύσμα και βύσμα τριών pin 2.8 mm Ραδιοχειρουργικής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz και ισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo).Να είναι συμβατά με γεννητρια ραδιοσυχνοτήτων σταθερης συχνοτητας 4 και 1,7 MHz μεισχύς εξόδου 150W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo)</p> | 3 | 255,00 € | 24% | 765,00 € | 948,60 € |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|-----|------------|------------|
| 50 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>ΣΕΤ ΣΗΜΑΝΣΗΣ που να περιέχει 6 κλιπς Για χρήση σε περιστατικά που περιλαμβάνουν ακτινολογική εξέταση όγκων μαστικού ιστού, όπως βιοψία εκτομής με εντοπισμό με ακτίνες Χ.</p> <p>Προοριζόμενη Χρήση: Για τον προσανατολισμό αφαιρούμενου ιστού Η συσκευασία διαθέτει 6 κλιπ για πρόσθια, οπίσθια, άνω, κάτω, έσω και έξω επιφάνεια. Τα κλιπ είναι διαφανή χωρίς να κρύβουν τον ιστό με περιστρεφόμενες ετικέτες για διευκόλυνση κατά την ακτινογράφιση. Τα γράμματα στις ετικέτες είναι ορατά στην ακτινογραφία. Δεν χρειάζεται να ασκηθεί πίεση κατά τη διάρκεια της ακτινογράφισης για άρτιο αποτέλεσμα. In Vitro Διαγνωστική Ιατρική Συσκευή. Φέρει σήμανση CE</p> | 10 | 220,00 € | 24% | 2.200,00 € | 2.728,00 € |
| 51 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΗΣ που αποτελείται από Kit έξι έγχρωμων μελάνων για τον προσανατολισμό αφαιρούμενου ιστού σε ογκολογικές επεμβάσεις. Περιέχει 6 διαφορετικά χρώματα. (Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μαύρο, κίτρινο, μπλε) Προοριζόμενη Χρήση: Για τον προσανατολισμό αφαιρούμενου ιστού σε περιστατικά καρκίνου του μαστού, παγκρέατος, ήπατος, χείλους, πρωκτού, παχέος εντέρου, ωθηκών, μήτρας, χειλέων και μαλακού ιστού. Βασικός κυτταρικός καρκίνος του δέρματος, πλακώδες καρκίνωμα και μελάνωμα. Η συσκευασία να περιέχει 6 διαφορετικά χρώματα για πρόσθια, οπίσθια, άνω, κάτω, έσω και έξω επιφάνεια. Τα χρώματα είναι εξαιρετικής ποιότητας, φωτεινότητας και πυκνότητας χωρίς να αλληλο καλύπτονται. Η συσκευασία να</p> | 5 | 460,00 € | 24% | 2.300,00 € | 2.852,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|------|---------|-----|-------------|-------------|
| | | | περιέχει μονιμοποιητικό σπρέι, και ξεχωριστά απλικατέρ 6 μικρού και 6 μεγάλου μεγέθους μιας χρήσης . | | | | | |
| 52 | 11010280210 | Στειλεός διαθερμίας με ηλεκτρόδιο αντικολλητικού μαχαιριδίου Edge και καλώδιο 3m | Στειλεός διαθερμίας Rocker Switch, με ενεργό ηλεκτρόδιο αντικολλητικού μαχαιριδίου Edge τοποθέτησης τύπου Hex-Locking, με ενσωματωμένο καλώδιο 3 μέτρων και θήκη στήριξης, μιας χρήσης αποστειρωμένο. | 1000 | 10,82 € | 24% | 10.820,00 € | 13.416,80 € |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--|--|---|----------|-----|------------|------------|
| 53 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων | Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με μηχανισμό κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Οι σιαγόνες να είναι διπλής ενέργειας με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19mm για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να είναι μήκους τουλάχιστον 22mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 19mm. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο μέσος χρόνος συγκόλλησης αγγείων να είναι λιγότερος από 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού | | | | | |
| 53.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Να είναι μίας χρήσης μήκους 44cm και διαμέτρου 5mm. | 5 | 750,00 € | 24% | 3.750,00 € | 4.650,00 € |
| 53.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | . Να είναι μίας χρήσης μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm | 5 | 750,00 € | 24% | 3.750,00 € | 4.650,00 € |
| 53.3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Να είναι μίας χρήσης μήκους 23cm και διαμέτρου 5mm | 5 | 750,00 € | 24% | 3.750,00 € | 4.650,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------|--|----|----------|-----|-------------|-------------|
| 54 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΚΑΘΗΤΡΑΣ PICC CT | <p>ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΡΑ PICC CT ,ΜΟΝΟΥ , ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ,ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ 5ML/SEC .ΤΟ ΣΕΤ PICC CT ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ :BASIC IR TRAY (WITH 70CM NITINOL GUIDEWIRE),BASIC NURSING TRAY (WITH 40CM NITINOL GUIDEWIRE) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΘΗΤΡΑ PICC ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 3FR, 4 ,5 ,6 FR ΜΗΚΟΣ 35,40,45,50,55,60,65CM ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ LUERS EASY GRIP ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΥΜΝΗ (HUB) ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ , • PTFE INTRODUCER NEEDLE H' OVER THE NEEDLE INTRODUCER SET <ul style="list-style-type: none"> • ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 40,60,70CM • 3 NEEDLE FREE VALVES <ul style="list-style-type: none"> • SYRINGE • ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΘΗΤΡΑ <ul style="list-style-type: none"> • LATEX FREE TOURNIQET • ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΤΡΑ <ul style="list-style-type: none"> • ΝΥΣΤΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ <ul style="list-style-type: none"> • TAPE MEASURE | 30 | 340,00 € | 24% | 10.200,00 € | 12.648,00 € |
|----|-----------|------------------|--|----|----------|-----|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|----|----------|-----|------------|------------|
| 55 | 11010270240 | Εργαλείο ευθείας συρραφής, | Εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης σταθερού άκμονα, με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης, επαναφορτιζόμενο για 25 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμάτωσης στο χείλος της διατομής αλλά και της στήριξης του ιστού σε όλες τις γραμμές συρραφής, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. α) Μήκος στυλεού 60mm β) Μήκος στυλεού 160mm | 10 | 240,00 € | 24% | 2.400,00 € | 2.976,00 € |
| 56 | 11010270245 | Αρθρούμενες κεφαλές | Αρθρούμενες κεφαλές με ευθύ άκρο άκμονα για τα παραπάνω εργαλεία. | 10 | 200,00 € | 24% | 2.000,00 € | 2.480,00 € |
| 57 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής | Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής, διατομής και αναστόμωσης ιστών μήκους 75mm με ενσωματωμένη (προφορτωμένη) κασέτα, με τρισδιάστατης κατεύθυνσης κλιπ από κράμα τιτανίου και μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ για λεπτούς(1,5mm), μεσαίους (1,8mm) και παχείς (2,0mm) ιστούς στην ίδια κασέτα. Να δέχεται κασέτες με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής (έξι συνολικά). Να υπάρχει δυνατότητα επαναπυροδότησης έως και 12 φορές ανά εργαλείο για αυξημένη οικονομία | 10 | 390,00 € | 24% | 3.900,00 € | 4.836,00 € |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---|--|----|------------|-----|------------|------------|
| 58 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές | Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής (έξι συνολικά), μήκους 75mm. Τα κλιπ να κλείνουν σε τρισδιάστατη κατεύθυνση. | 10 | 140,00 € | 24% | 1.400,00 € | 1.736,00 € |
| 59 | | ΜΕΜΒΡΑΝΗ από πολυμερές, βιοαποικοδομήσιμο | Συνθετική μη υφαντή στεγανοποιητική μεμβράνη, από 100% πολυγλυκολικό οξύ (PGA) ώστε να είναι 100% βιοαπορροφήσιμη, με στήριξη ιστού περίπου 3 - 4 εβδομάδων, και ολική απορρόφηση περίπου 15 - 16 εβδομάδων. Να είναι εύχρηστη και να μπορεί να εφαρμοστεί και από τις δύο πλευρές της (σε μορφή μεμβράνης), σε πλήρη γκάμα εργαλείων (σε μορφή σωλήνων). Να προσφερθεί στις κάτωθι διαστάσεις μήκους, πλάτους, πάχους, τύπου : | | | | | |
| 59.1 | 11140040444 | | Μεγάλη 100 x 100 x 0.15 - 0.3 mm , 100cm ² | 3 | 1.399,80 € | 13% | 4.199,40 € | 4.745,32 € |
| 59.2 | 11140040445 | | Μεσαία 100 x 50 x 0.15 - 0.3 mm , 50cm ² | 3 | 699,00 € | 13% | 2.097,00 € | 2.369,61 € |
| 59.3 | 11140040446 | | Μικρή 50 x 50 x 0.3 mm, 25cm ² - Σε μορφή σωληνών για χρήση σε κοπτοράπτες | 25 | 349,95 € | 13% | 8.748,75 € | 9.886,09 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 60 | 11010282235 | Ηλεκτρόδιο ηλεκτροχειρουργικής ενδοθεραπείας, μίας χρήσης | Ψυχομενα ηλεκτροδια εκπομπης ραδιοσυχνοτητων, σταθερου - μεταβλητου ενεργου ακρου, με δυνατοτητα ελεγχομενης με ακριβεια εγχυσης ορου απο πολλαπλες οπες στο ενεργο τους ακρο. Να είναι συμβατα με γεννητρια ραδιοσυχνοτητων που διαθετει τουλαχιστον πεντε διαφορετικα προγραμματα λειτουργιας, ισχυ εξοδου 400 watt και συστημα ασφαλειας οπου οταν το ηλεκτροδιο δεν είναι σε επαφη με τον ιστο διακοπτεται αυτοματα η λειτουργια της γεννητριας για την αποφυγη ακουσιων τραυματισμων – εγκαυματων. Να προσφερθουν με διαμετρο 15, 16, 17, 18, 19 gauge, σε ολα τα ακολουθα μηκη: 7, 10, 15, 20, 25 και 35 εκατοστα. Με ενεργο ακρο 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 και 40 χιλιοστα και 5 - 30 & 15 - 40 χιλ. Να παρεχεται ως συνοδος εξοπλισμος η γεννητρια ραδιοσυχνοτητων ισχυος τουλαχιστον 400 watt. | 1 | 1.460,00 € | 24% | 1.460,00 € | 1.810,40 € |
|----|-------------|---|--|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|------------|-----|------------|------------|
| 61 | 11010282236 | Ηλεκτρόδιο ηλεκτροχειρουργικής ενδοθεραπείας, μίας χρήσης | <p>Ψυχομενα ηλεκτροδια εκπομπης ραδιοσυχνοτητων, αποτελουμενα απο δυο ανεξαρτητες λεπτες βελονες για την θερμικη καταλυση νεοπλασματος μεγαλων διαστασεων καταλληλα για γυναικολογικες επεμβασεις. Να είναι συμβατα με γεννητρια ραδιοσυχνοτητων που διαθετει τουλαχιστον πεντε διαφορετικα προγραμματα λειτουργιας, ισχυ εξοδου 400 watt και συστημα ασφαλειας οπου οταν τα ηλεκτροδια δεν είναι σε επαφη με τον ιστο διακοπτεται αυτοματα η λειτουργια της γεννητριας για την αποφυγη ακουσιων τραυματισμων – εγκουματων. Ο χρηστης να έχει τη δυνατοτητα αναλογα με τις διαστασεις του νεοπλασματος να ενεργοποιησει της βελονες ειτε ως ζευγος με δυνατοτητα να παρεχει διαφορετικη ενεργεια σε καθε μια απο αυτες ειτε επιλεγοντας μια απο αυτες. Να προσφερθουν σε διατομες 17 - 15 gauge με συνολικο μηκος 15, 20 εκατοστα και με σταθερο μονοπολικο ενεργο ακρο 20, 25, 30, 40 και 50 χιλιοστα. Να παρεχεται ως συνοδος εξοπλισμος η γεννητρια ραδιοσυχνοτητων ισχυος τουλαχιστον 400 watt.</p> | 1 | 1.800,00 € | 24% | 1.800,00 € | 2.232,00 € |
|----|-------------|---|---|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|------------|-----|------------|------------|
| 62 | 11010282237 | Ηλεκτρόδιο ηλεκτροχειρουργικής ενδοθεραπείας, μίας χρήσης | <p>Ψυχομενα ηλεκτροδια εκπομπης ραδιοσυχνοτητων, αποτελουμενα απο τρεις ανεξαρτητες λεπτες βελονες για την θερμικη καταλυση νεοπλασματος μεγαλων διαστασεων καταλληλα για γυναικολογικες επεμβασεις. Να ειναι συμβατα με γεννητρια ραδιοσυχνοτητων που διαθετει τουλαχιστον πεντε διαφορετικα προγραμματα λειτουργιας, ισχυ εξοδου 400 watt και συστημα ασφαλειας οπου οταν τα ηλεκτροδια δεν ειναι σε επαφη με τον ιστο διακοπτεται αυτοματα η λειτουργια της γεννητριας για την αποφυγη ακουσιων τραυματισμων – εγκυματων. Ο χρηστης να εχει τη δυνατοτητα αναλογα με τις διαστασεις του νεοπλασματος να ενεργοποιησει της βελονες ειτε ως συστοιχια τριων βελωνων με δυνατοτητα να παρεχει διαφορετικη ενεργεια σε καθε μια απο αυτες ειτε ως ζευγος με δυνατοτητα να παρεχει διαφορετικη ενεργεια σε καθε μια απο αυτες ειτε επιλεγοντας μια απο αυτες. Να προσφερθουν σε διατομες 17 - 15 gauge, με συνολικο μηκος 15, 20 εκατοστα και με σταθερο μονοπολικο ενεργο ακρο 20, 25, 30, 40 και 50 χιλιοστα. Να παρεχεται ως συνοδος εξοπλισμος η γεννητρια ραδιοσυχνοτητων ισχυος τουλαχιστον 400 watt.</p> | 1 | 2.380,00 € | 24% | 2.380,00 € | 2.951,20 € |
|----|-------------|---|---|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|----|------------|-----|-------------|-------------|
| 63 | 11010282230 | Σύστημα θερμοκατάλυσης μεσω ραδιοσυχνότητας | Σετ απαγγείωσης αιμορροϊδικών όζων με θερμοπηξία, αποτελούμενο από ένα κυρτό ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνότητων και ένα διαφανές ειδικό σκόπιο μήκους τουλάχιστον 9 εκατοστών, με παράθυρο πρόσβασης και με ενσωματωμένη φωτεινή πηγή τύπου Led. Το ηλεκτρόδιο να διαθέτει χειρολαβή, στειλεό διαμέτρου 1,9mm με επικάλυψη PTFE, μήκος 210mm, αιχμηρό άκρο 10mm | 25 | 550,00 € | 24% | 13.750,00 € | 17.050,00 € |
| 64 | 11010282231 | Ενδοσκοπικό ηλεκτροχειρουργικό μονοπολικό ηλεκτροδιο μιας χρήσεως | Ενδοαυλικοί καθετήρες ραδιοσυχνότητων, για θερμική συγκόλληση συριγγίων, εύκαμπτοι με μονωτική επικάλυψη PTFE, μήκους 350mm, ενεργό άκρο από ατσάλι AISI316L μήκους 4 εκατοστά, μικρού βάρους 40-43gr, με χρωματική διαβάθμιση ανά 5 χιλιοστά. Σε διαμέτρους 2-2,33-2,66-3mm. Να διαθέτουν CE Mark. | 12 | 600,00 € | 13% | 7.200,00 € | 8.136,00 € |
| 65 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Εφαρμογέας συστήματος υπερθερμίας, μικροκυμάτων, ενδοσωματικός | Αντένες μικροκυμάτων, για ενδοσκοπική χρήση, που να έχουν την δυνατότητα για σφαιρική θερμική κατάλυση (ablation) διαστάσεων 4,3 X 4,4 εκατοστά σε οκτώ λεπτά . Οι αντένες να είναι ψυχόμενες .Να διαθέτουν εργονομική χειρολαβή μικρών διαστάσεων & βάρους και προσαρτώμενο καλώδιο παροχής της ενέργειας για διευκόλυνση των χειρισμών τοποθέτησης τους στον όγκο. Να είναι συμβατές με γεννήτρια που να έχει συνολική ισχύ παρεχόμενης ενέργειας τουλάχιστον 150 Watt, δύο υποδοχές για την ταυτόχρονη ενεργοποίηση δυο αντενών για να παρέχετε η δυνατότητα για σφαιρική θερμική κατάλυση (ablation) διαστάσεων 6,3 X 6,4 εκατοστά σε δεκαπέντε λεπτά και οθόνη αφής για εύχρηστη παραμετροποίηση. | 1 | 3.000,00 € | 24% | 3.000,00 € | 3.720,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|------------|-----|------------|------------|
| 66 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Χειρουργικός ψεκαστής - εφαρμογέας τοπικών λύσεων | Ενδοσκοπική συσκευή μ.χ. για την υπό πίεση ενδοκοιλιακή / ενδοθωρακική έγχυση αερολύματος. Να είναι ανθεκτική πίεση αντλίας εγχυτή έως και 200PSI/13,8 bar και να επιτυγχάνει ρυθμό ροής 0,7ML/sec τουλάχιστον, ώστε να παρέχει μέσο μέγεθος σταγονιδίων 36 μικρά. Να διαθέτει γωνία διάχυσης έως 80 μοίρες, να έχει διάμετρο 8mm για να μπορεί να εισάγεται μέσω μιας θύρας ελάχιστης πρόσβασης με διάμετρο 10mm. | 1 | 3.800,00 € | 24% | 3.800,00 € | 4.712,00 € |
| 67 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Θερμοανταλλάκτης, τοπικής διαπότισης | Σετ υπερθερμικής ενδοπεριτοναϊκής / ενδοθωρακικής θεραπείας μιας χρήσης που να είναι κατάλληλο για σύστημα που έχει την δυνατότητα να επιτυγχάνει την κυκλοφορία διαλύματος χρησιμοποιώντας μόνον μια αντλία εισαγωγής και η εξαγωγή να επιτυγχάνεται με την βαρύτητα ώστε να μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού των κοιλιακών οργάνων από την συνεχή λειτουργία μιας αντλίας αναρρόφησης. Το σετ να αποτελείται από: 1) Τουλάχιστον δυο (2) ειδικούς καθετήρες εισαγωγής, 2) Τουλάχιστον τρεις (3) καθετήρες αναρρόφησης με ενσωματωμένα ροόμετρα, 3) Τουλάχιστον τέσσερα (4) ειδικά εύκαμπτα θερμόμετρα μίας χρήσης, 4) Ένα ρεζερβουάρ ανάμειξης των υγρών και ένα σάκο αποβλήτων, 5) Ένα σύστημα θέρμανσης του διαλύματος μίας χρήσεως. | 2 | 3.800,00 € | 24% | 7.600,00 € | 9.424,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|----|------------|-----|------------|------------|
| 68 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Βαλβίδα, χορήγησης έγχυσης / ένεσης, εμφυτεύσιμη | Πλήρες σύστημα φλεβικής πρόσβασης χωρητικότητας 0,6ml με ελεύθερο καθετήρα έγχυσης 72 cm με στρογγυλεμένο ανοικτό κωνικό άκρο για μέγιστη ασφάλεια κατά την διείσδυση στην φλέβα και οπή στο πλάι, κατασκευασμένο από ακτινοσκιερή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη με εσωτερική διάμετρο (ID) 1,2 mm. Το τύμπανο να διαθέτει μεμβράνη σιλικόνης υψηλής αντοχής έως και 3000 τρυπημάτων και ασφαλή μηχανισμό σύνδεσης του καθετήρα με μεταλλικό βιδωτό δακτύλιο, α) 7,58 Fr., β) 9 Fr. | 10 | 450,00 € | 13% | 4.500,00 € | 5.085,00 € |
| 69 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Βαλβίδα, χορήγησης έγχυσης / ένεσης, εμφυτεύσιμη | Πλήρες σύστημα διαχείρισης ασκητικού υγρού αποτελούμενο από ένα ρεζερβουάρ χωρητικότητας 1,5 ± 0,1ml με διάφραγμα 14 ± 0,5 mm , ένα ειδικά διαμορφωμένο καθετήρα χωρητικότητας τουλάχιστον 3,5 ml από ακτινοσκιερή σιλικόνη εξωτερικής διαμέτρου 14,5 Fr με οπές στο πλάι και με στρογγυλεμένο μη τραυματικό άκρο κατάλληλου για παροχέτευση ασκητικού υγρού αλλά και για περιτοναϊκή θεραπεία, ενός εργαλείου δημιουργίας διόδου, μιας ειδικής βελόνας παρακέντησης με στρογγυλό μη κοπτών άκρο και ένα μεταλλικό βιδωτό δακτύλιο ασφάλισης του καθετήρα. Το προϊόν να είναι ελεύθερο από Latex ,PVC και DEHP . | 2 | 3.000,00 € | 13% | 6.000,00 € | 6.780,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 70 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΣΕΤ MIDLINES | Σετ midlines δυναμικής έγχυσης, μέγιστης πίεσης 300psi και μέγιστης ροής 5ml/sec εισερχομένου από βασιλική, κεφαλική ή βραχιόνιο από πολουρεθάνη σταθερής διαμέτρου 4Fr μονού αυλού ή 5Fr διπλού αυλού, μήκους 20cm. Το σετ να περιλαμβάνει το midline, 1 αποσχιζόμενο θηκάρι πάνω από διαστολέα, 1 ηχοανακλαστική βελόνα εισαγωγής 21Ga. x 7cm, 1 συρμάτινο οδηγό νιτινόλης, 1 νυστέρι ασφαλείας #11, 1 ασφαλιζόμενο κύπελλο απόρριψης βελονών, 1 εργαλείο κοπής καθετήρα για να μειώνεται το μήκος του καθετήρα, 1 συσκευή σταθεροποίησης καθετήρα χωρίς την χρήση ράμματος, 1 τουρνικέ, 1 χάρτινη μετροταινία και 1 σύριγγα 10 ml με άκρο Luer-Lock. | 40 | 110,00 € | 13% | 4.400,00 € | 4.972,00 € |
| 71 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΣΤΥΛΕΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PICC | Στυλεός για επιβεβαίωση θέσης καθετήρα PICC ανοικτού άκρου ο οποίος να είναι συμβατός με όλα τα PICC και να συνδέεται με το μόνιτορ επιβεβαίωσης άκρου καθετήρα. Να προσφέρεται σε σετ με τα ηλεκτρόδια, κάλυμμα για το control ελέγχου και κάλυμμα για τη συσκευή Tip Tracker | 30 | 55,00 € | 13% | 1.650,00 € | 1.864,50 € |
| 72 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | ECG σετ 3 ή 5 απαγωγών οι οποίες κουμπώνουν στα ηλεκτρόδια και συνδέονται με το monitor επιβεβαίωσης άκρου καθετήρα για την επιβεβαίωση της θέσης του άκρου κεντρικού φλεβικού καθετήρα χωρίς τη χρήση ακτινογραφίας X-Ray | 30 | 25,00 € | 13% | 750,00 € | 847,50 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 73 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, το οποίο να δέχεται αρθρούμενες κεφαλές με ή χωρίς κεκαμένο άκρο με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw, με μήκος στειλεού 60mm (για ανοιχτή χειρουργική) | Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, το οποίο να δέχεται: α) αρθρούμενες κεφαλές, β) με ή χωρίς κεκαμένο άκρο με δυνατότητα επιλογής δύο διαφορετικών γωνιών κάμψης, σε μεγέθη συρραφής 60mm, με δυνατότητα ανοίγματος κλεισίματος των σιαγόνων από την σκανδάλη με το ένα χέρι. Με ίδιο και διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναυροδότησης. Με έξι θέσεις άρθρωσης. Να διατίθεται σε μήκος στειλεού 60mm (για ανοιχτή χειρουργική), Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα. | 1 | 250,00 € | 24% | 250,00 € | 310,00 € |
| 74 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, το οποίο να δέχεται αρθρούμενες κεφαλές με ή χωρίς κεκαμένο άκρο με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw, με μήκος στειλεού 160mm (για λαπαροσκοπική χειρουργική) | Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, το οποίο να δέχεται: α) αρθρούμενες κεφαλές, β) με ή χωρίς κεκαμένο άκρο με δυνατότητα επιλογής δύο διαφορετικών γωνιών κάμψης, σε μεγέθη συρραφής 60mm, με δυνατότητα ανοίγματος κλεισίματος των σιαγόνων από την σκανδάλη με το ένα χέρι. Με ίδιο και διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναυροδότησης. Με έξι θέσεις άρθρωσης. Να διατίθεται σε μήκος στειλεού 160mm (για λαπαροσκοπική χειρουργική) Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα. | 12 | 250,00 € | 24% | 3.000,00 € | 3.720,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 75 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο, με επιφάνεια τύπου Gecko-Claw μήκους 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ 2,5mm, χρώματος λευκού. | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενες, με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και -με ή χωρίς- κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw που διασφαλίζει πως τα κλιπ θα εισέλθουν στις αυλακώσεις με ασφάλεια και ακρίβεια κατά την σύσφιξη και πυροδότηση. Με σχεδιασμό τύπου Droplet Groove, που αυξάνει την επιφάνεια επαφής κατά 30% ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος σχηματισμός των κλιπ. Να διατίθενται σε διαστάσεις 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ 2,5mm. Χρώματος άσπρου Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα. | 12 | 190,00 € | 24% | 2.280,00 € | 2.827,20 € |
|----|-----------|--|---|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 76 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο, μήκους 60mm με επιφάνεια τύπου Gecko-Claw με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm, χρώματος μπλε. | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενες, με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και -με ή χωρίς- κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw που διασφαλίζει πως τα κλιπ θα εισέλθουν στις αυλακώσεις με ασφάλεια και ακρίβεια κατά την σύσφιξη και πυροδότηση. Με σχεδιασμό τύπου Droplet Groove, που αυξάνει την επιφάνεια επαφής κατά 30% ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος σχηματισμός των κλιπ. Να διατίθενται σε διαστάσεις 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ 3,5mm. Χρώματος μπλε Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα. | 12 | 190,00 € | 24% | 2.280,00 € | 2.827,20 € |
|----|-----------|--|---|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 77 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο μήκους 60mm, με επιφάνεια τύπου Gecko-Claw με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ 4,1 mm, χρώματος κίτρινου. | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενες, με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και -με ή χωρίς- κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw που διασφαλίζει πως τα κλιπ θα εισέλθουν στις αυλακώσεις με ασφάλεια και ακρίβεια κατά την σύσφιξη και πυροδότηση. Με σχεδιασμό τύπου Droplet Groove, που αυξάνει την επιφάνεια επαφής κατά 30% ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος σχηματισμός των κλιπ. Να διατίθενται σε διαστάσεις 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ 4,1mm. Χρώματος κίτρινου Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα. | 12 | 190,00 € | 24% | 2.280,00 € | 2.827,20 € |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 78 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο μήκους 60mm, με επιφάνεια τύπου Gecko-Claw με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ 4,8 mm, χρώματος πράσινου. | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενες, με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και -με ή χωρίς- κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw που διασφαλίζει πως τα κλιπ θα εισέλθουν στις αυλακώσεις με ασφάλεια και ακρίβεια κατά την σύσφιξη και πυροδότηση. Με σχεδιασμό τύπου Droplet Groove, που αυξάνει την επιφάνεια επαφής κατά 30% ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος σχηματισμός των κλιπ. Να διατίθενται σε διαστάσεις 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ 4,8mm. Χρώματος πράσινου Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα. | 12 | 190,00 € | 24% | 2.280,00 € | 2.827,20 € |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 79 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο, με επιφάνεια τύπου Gecko-Claw μήκους 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με διαφορετικό ύψος ανοικτού κλιπ (2,0mm-2,5mm-3,0mm), χρώματος καφέ. | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενες, με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και -με ή χωρίς- κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw που διασφαλίζει πως τα κλιπ θα εισέλθουν στις αυλακώσεις με ασφάλεια και ακρίβεια κατά την σύσφιξη και πυροδότηση. Με σχεδιασμό τύπου Droplet Groove, που αυξάνει την επιφάνεια επαφής κατά 30% ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος σχηματισμός των κλιπ. Να διατίθενται σε διαστάσεις 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με διαφορετικό ύψος ανοικτού κλιπ (2,0mm-2,5mm-3,0mm). Χρώματος καφέ Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα. | 12 | 190,00 € | 24% | 2.280,00 € | 2.827,20 € |
|----|-----------|--|---|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 80 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο, μήκους 60mm, με επιφάνεια τύπου Gecko-Claw, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με διαφορετικό ύψος ανοικτού κλιπ (3,0mm-3,5mm-4,0mm), χρώματος μοβ</p> | <p>Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενες, με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και -με ή χωρίς- κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw που διασφαλίζει πως τα κλιπ θα εισέλθουν στις αυλακώσεις με ασφάλεια και ακρίβεια κατά την σύσφιξη και πυροδότηση. Με σχεδιασμό τύπου Droplet Groove, που αυξάνει την επιφάνεια επαφής κατά 30% ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος σχηματισμός των κλιπ. Να διατίθενται σε διαστάσεις 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με διαφορετικό ύψος ανοικτού κλιπ (3,0mm-3,5mm-4,0mm). Χρώματος μοβ Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα.</p> | 12 | 190,00 € | 24% | 2.280,00 € | 2.827,20 € |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 81 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο, μήκους 60mm, με επιφάνεια τύπου Gecko-Claw, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με διαφορετικό ύψος ανοικτού κλιπ (4,0mm-4,5mm-5,0mm), χρώματος μαύρου. | Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενες, με σταθερό ύψος ανοικτού κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και -με ή χωρίς- κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Με ειδική επιφάνεια τύπου Gecko-Claw που διασφαλίζει πως τα κλιπ θα εισέλθουν στις αυλακώσεις με ασφάλεια και ακρίβεια κατά την σύσφιξη και πυροδότηση. Με σχεδιασμό τύπου Droplet Groove, που αυξάνει την επιφάνεια επαφής κατά 30% ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος σχηματισμός των κλιπ. Να διατίθενται σε διαστάσεις 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με διαφορετικό ύψος ανοικτού κλιπ (4,0mm-4,5mm-5,0mm). Χρώματος μαύρου Τα εργαλεία και οι κεφαλές να είναι του ίδιου οίκου, για να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα. | 12 | 190,00 € | 24% | 2.280,00 € | 2.827,20 € |
| 82 | 11010050028 | ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ 45MM BLUE - | Ανταλλακτική κασέτα για ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής 45mm, εξι συνολικά γραμμών συρραφής ,αλληλοκαλυπτόμενες με ενσωματωμένη κοπτική λεπίδα. Υψος κλιπ στην ανοιχτη θεση 3.5mm | 11 | 295,00 € | 24% | 3.245,00 € | 4.023,80 € |
| 83 | 11010050028 | ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ 45MM GOLD | Ανταλλακτική κασέτα για ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής 45mm, εξι συνολικά γραμμών συρραφής , αλληλοκαλυπτόμενες με ενσωματωμένη κοπτική λεπίδα.Υψος κλιπ στην ανοιχτη θεση 3.8mm | 1 | 295,00 € | 24% | 295,00 € | 365,80 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|----------|-----|----------|----------|
| 84 | 11010050028 | ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ 45MM GREEN | Ανταλλακτική κασέτα για ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής 45mm, εξι συνολικά γραμμών συρραφής ,αλληλοκαλυπτόμενες με ενσωματωμένη κοπτική λεπίδα.Υψος κλιπ στην ανοιχτη θεση 4.1mm | 1 | 295,00 € | 24% | 295,00 € | 365,80 € |
| 85 | 11010050029 | ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ 60MM BLUE | Ανταλλακτική κασέτα για ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής 60mm, εξι συνολικά γραμμών συρραφής , αλληλοκαλυπτόμενες με ενσωματωμένη κοπτική λεπίδα.Υψος κλιπ στην ανοιχτη θεση 3.5mm | 1 | 295,00 € | 24% | 295,00 € | 365,80 € |
| 86 | 11010050029 | ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ 60MM GOLD | Ανταλλακτική κασέτα για ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής 60mm, εξι συνολικά γραμμών συρραφής , αλληλοκαλυπτόμενες με ενσωματωμένη κοπτική λεπίδα.Υψος κλιπ στην ανοιχτη θεση 3.8mm | 1 | 295,00 € | 24% | 295,00 € | 365,80 € |
| 87 | 11010050029 | ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ 60MM GREEN | Ανταλλακτική κασέτα για ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής 60mm, εξι συνολικά γραμμών συρραφής ,αλληλοκαλυπτόμενες με ενσωματωμένη κοπτική λεπίδα.Υψος κλιπ στην ανοιχτη θεση 4.1mm | 1 | 295,00 € | 24% | 295,00 € | 365,80 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 88 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων για αιμόσταση-διατομή αγγείων | <p>Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων για αιμόσταση-διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι ή/και από ποδοδιακόπτη με τεχνολογία αυτόματης προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, με διάμετρο στείλεου 5mm, μήκη στείλεου α) 15cm, β) 27cm, γ) 37cm και δυνατότητα περιστροφής 360°. Να διαθέτει πλήρες ενσωματωμένο μορφομετατροπέα και καλώδιο σύνδεσης με τη γεννήτρια υπερήχων με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου 14.5mm, η οποία πάλλεται σε επιμήκη κίνηση με συχνότητα 55.5kHz και διαθέτει ειδική λειτουργία διακοπής της ενέργειας όταν η αιμόσταση ολοκληρωθεί (Auto Stop Mode). Να διαθέτει λειτουργία σε τέσσερα επίπεδα ενέργειας High, Mid, Low και Enhanced Seal Mode.</p> <p>Να συνδέεται σε γεννήτρια που διαθέτει συνδυαστική λειτουργία υπερήχων (συχνότητας 55.5kHz) και διπολικής ενέργειας (συχνότητας 482kHz), η οποία διαθέτει ειδικό μικροεπεξεργαστή (M.C.U. - Micro Controller Unit) για τη συνεχή σταθεροποίηση και έλεγχο της παραγόμενης ενέργειας. Η γεννήτρια να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής LCD για την απεικόνιση και των έλεγχο των ρυθμίσεων και των λειτουργιών, να παρέχει οπτικοακουστικά σήματα κατά την παροχής ενέργειας.</p> | 12 | 650,00 € | 24% | 7.800,00 € | 9.672,00 € |
|----|-----------|---|---|----|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|----------|-----|----------|----------|
| 89 | 11010270399 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜ ΕΡΓΑΛ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ LONG 440MM-45MM | Εύκαμπτο επαναφορτιζόμενο ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής αρθρούμενο σε εύρος από 0 έως 45 μοίρες και με δυνατότητα πλήρους περιστροφής χωρίς περιορισμούς στις μοίρες επιλογής. Να μην υπάρχουν προκαθορισμένες γωνίες άρθρωσης. Να διαθέτει νέα κοπτική λεπίδα σε κάθε επαναφόρτιση. Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αρθρώνεται χωρίς να χρειάζεται να ασκηθεί αντίσταση στην κεφαλή. Με ειδική λαβή επιστροφής κοπτικού. Να διαπερνάει τροκαρ 12mm, ανεξαρτήτου κεφαλής. Με δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι. Μήκος στείλεου LONG-440mm & 455mm, MEDIUM -340mm & 355 και SMALL -290mm & 305mm. | 1 | 495,00 € | 24% | 495,00 € | 613,80 € |
| 90 | 11010270399 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜ ΕΡΓΑΛ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ LONG 455MM-60MM | Εύκαμπτο επαναφορτιζόμενο ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής αρθρούμενο σε εύρος από 0 έως 45 μοίρες και με δυνατότητα πλήρους περιστροφής χωρίς περιορισμούς στις μοίρες επιλογής. Να μην υπάρχουν προκαθορισμένες γωνίες άρθρωσης. Να διαθέτει νέα κοπτική λεπίδα σε κάθε επαναφόρτιση. Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αρθρώνεται χωρίς να χρειάζεται να ασκηθεί αντίσταση στην κεφαλή. Με ειδική λαβή επιστροφής κοπτικού. Να διαπερνάει τροκαρ 12mm, ανεξαρτήτου κεφαλής. Με δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι. Μήκος στείλεου LONG-440mm & 455mm, MEDIUM -340mm & 355 και SMALL -290mm & 305mm. | 1 | 495,00 € | 24% | 495,00 € | 613,80 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|----------|-----|----------|----------|
| 91 | 11010270398 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜ ΕΡΓΑΛ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ MEDIUM 340MM-45MM | Εύκαμπτο επαναφορτιζόμενο ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής αρθρούμενο σε εύρος από 0 έως 45 μοίρες και με δυνατότητα πλήρους περιστροφής χωρίς περιορισμούς στις μοίρες επιλογής. Να μην υπάρχουν προκαθορισμένες γωνίες άρθρωσης. Να διαθέτει νέα κοπτική λεπίδα σε κάθε επαναφόρτιση. Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αρθρώνεται χωρίς να χρειάζεται να ασκηθεί αντίσταση στην κεφαλή. Με ειδική λαβή επιστροφής κοπτικού. Να διαπερνάει τροκαρ 12mm, ανεξαρτήτου κεφαλής. Με δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι. Μήκος στείλεου LONG-440mm & 455mm, MEDIUM -340mm & 355 και SMALL -290mm & 305mm. | 1 | 495,00 € | 24% | 495,00 € | 613,80 € |
| 92 | 11010270398 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜ ΕΡΓΑΛ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ MEDIUM 355MM-60MM | Εύκαμπτο επαναφορτιζόμενο ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής αρθρούμενο σε εύρος από 0 έως 45 μοίρες και με δυνατότητα πλήρους περιστροφής χωρίς περιορισμούς στις μοίρες επιλογής. Να μην υπάρχουν προκαθορισμένες γωνίες άρθρωσης. Να διαθέτει νέα κοπτική λεπίδα σε κάθε επαναφόρτιση. Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αρθρώνεται χωρίς να χρειάζεται να ασκηθεί αντίσταση στην κεφαλή. Με ειδική λαβή επιστροφής κοπτικού. Να διαπερνάει τροκαρ 12mm, ανεξαρτήτου κεφαλής. Με δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι. Μήκος στείλεου LONG-440mm & 455mm, MEDIUM -340mm & 355 και SMALL -290mm & 305mm. | 1 | 495,00 € | 24% | 495,00 € | 613,80 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|----------|-----|----------|----------|
| 93 | 11010270397 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜ ΕΡΓΑΛ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ SMALL 290MM-45MM | Εύκαμπτο επαναφορτιζόμενο ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής αρθρούμενο σε εύρος από 0 έως 45 μοίρες και με δυνατότητα πλήρους περιστροφής χωρίς περιορισμούς στις μοίρες επιλογής. Να μην υπάρχουν προκαθορισμένες γωνίες άρθρωσης. Να διαθέτει νέα κοπτική λεπίδα σε κάθε επαναφόρτιση. Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αρθρώνεται χωρίς να χρειάζεται να ασκηθεί αντίσταση στην κεφαλή. Με ειδική λαβή επιστροφής κοπτικού. Να διαπερνάει τροκαρ 12mm, ανεξαρτήτου κεφαλής. Με δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι. Μήκος στείλεου LONG-440mm & 455mm, MEDIUM -340mm & 355 και SMALL -290mm & 305mm. | 1 | 495,00 € | 24% | 495,00 € | 613,80 € |
| 94 | 11010270397 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜ ΕΡΓΑΛ ΔΙΑΤΟΜΗΣ /ΣΥΡΡΑΦΗΣ SMALL 305MM-60MM | Εύκαμπτο επαναφορτιζόμενο ευθύγραμμο εργαλείο διατομής/συρραφής αρθρούμενο σε εύρος από 0 έως 45 μοίρες και με δυνατότητα πλήρους περιστροφής χωρίς περιορισμούς στις μοίρες επιλογής. Να μην υπάρχουν προκαθορισμένες γωνίες άρθρωσης. Να διαθέτει νέα κοπτική λεπίδα σε κάθε επαναφόρτιση. Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αρθρώνεται χωρίς να χρειάζεται να ασκηθεί αντίσταση στην κεφαλή. Με ειδική λαβή επιστροφής κοπτικού. Να διαπερνάει τροκαρ 12mm, ανεξαρτήτου κεφαλής. Με δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι. Μήκος στείλεου LONG-440mm & 455mm, MEDIUM -340mm & 355 και SMALL -290mm & 305mm. | 1 | 495,00 € | 24% | 495,00 € | 613,80 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|----------|-----|----------|----------|
| 95 | 11010270177 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 24ΜΜ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με δύο σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή απο 1,0mm εως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 380,00 € | 24% | 380,00 € | 471,20 € |
| 96 | 11010270177 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 25ΜΜ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με δύο σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή απο 1,0mm εως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 380,00 € | 24% | 380,00 € | 471,20 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|----------|-----|----------|----------|
| 97 | 11010270177 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 26ΜΜ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με δύο σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή από 1,0mm έως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβή τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 24mm, 25mm, 26mm, 29 mm, 32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 380,00 € | 24% | 380,00 € | 471,20 € |
| 98 | 11010270177 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 29ΜΜ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με δύο σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή από 1,0mm έως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβή τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 24mm, 25mm, 26mm, 29 mm, 32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 380,00 € | 24% | 380,00 € | 471,20 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--|---|----------|-----|----------|----------|
| 99 | 11010270177 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 32ΜΜ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με δύο σειρες συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή απο 1,0mm εως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 380,00 € | 24% | 380,00 € | 471,20 € |
| 100 | 11010270178 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 21ΜΜ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με τρεις σειρες συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος απο 1,0mm εως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 21mm,24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 450,00 € | 24% | 450,00 € | 558,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--|---|----------|-----|----------|----------|
| 101 | 11010270178 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 24ΜΜ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με τρεις σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος απο 1,0mm εως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 21mm,24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 450,00 € | 24% | 450,00 € | 558,00 € |
| 102 | 11010270178 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 25ΜΜ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με τρεις σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος απο 1,0mm εως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 21mm,24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 450,00 € | 24% | 450,00 € | 558,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--|---|----------|-----|----------|----------|
| 103 | 11010270178 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 26ΜΜ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με τρεις σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος από 1,0mm έως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 21mm,24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 450,00 € | 24% | 450,00 € | 558,00 € |
| 104 | 11010270178 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 29ΜΜ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με τρεις σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοσταση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος από 1,0mm έως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 21mm,24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 450,00 € | 24% | 450,00 € | 558,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 105 | 11010270178 | ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΜΧ 32ΜΜ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΡ | Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης με τρεις σειρές συρραφής για καλύτερη αιμοστάση. Το ύψος ανοιχτού κλιπ τιτανίου να είναι 4,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμιζόμενης σύγκλισης του κλιπ σε οποιαδήποτε εύρος από 1,0mm έως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση λεπτών αλλά και παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθορισμένο ύψος. Με μη ανακλινόμενη κεφαλή και χειρολαβη τύπου wing-nut. Διάμετρο εργαλείων 21mm,24mm, 25mm, 26mm,29 mm,32mm , με δίσκο κοπής teflon για επιβεβαίωση ασφαλούς ολοκλήρωσης πυροδότησης και οπτικο δεικτη συμπίεσης των ιστών. | 1 | 450,00 € | 24% | 450,00 € | 558,00 € |
| 106 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Βελόνες μικροκυμάτων συστήματος νέκρωσης ιστών | Σύστημα νέκρωσης Ιστών με μικροκύματα με τα σχετικά εξαρτήματα που να ενδείκνυνται για την νεκρωση μαλακού νεοπλασματικού ιστού κατά τη διάρκεια ανοικτών και διαδερμικών επεμβάσεων. Το σύστημα να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ολοκληρώνει έως και νεκρωση σε λεπτά με μέγιστη ισχύ εξόδου watt χρησιμοποιώντας από ένα έως 4 ηλεκτρόδια. Διαθέτει μοναδική τεχνολογία VLLTM που αποτρέπει την υπερθέρμανση των βελόνων με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη η χρήση ψυχτικού υγρού! Το σύστημα είναι σε θέση να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω πρωτοποριακής γεννήτριας και ειδικά σχεδιασμένου εφαρμογέα (βελόνα) | 1 | 3.000,00 € | 24% | 3.000,00 € | 3.720,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|----|---------|-----|----------|------------|
| 107 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΚΑΣΣΕΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΙΠ ΜΕΔΙΟΥΜ-ΛΑΡΓΕ | <p>Διπλά κλιπ τιτανίου μεγέθους medium large Να καθλώνουν τον ιστό με κατεύθυνση από την κορυφή των άκρων και προς το κέντρο, ώστε να αγκαλιάζουν και να καθλώνουν τον ιστό χωρίς να τον στραγγαλίζουν.</p> <p>Να έχουν εσωτερικό προφίλ με σχήμα διαμαντιού (diamond shape profile) ώστε να συγκρατούν και να σταθεροποιούν τον ιστό άμεσα κατά την εφαρμογή.</p> <p>Να έχουν διαστάσεις 7,8mm x 8,9mm σε κασετίνα των 6 κλιπ.</p> <p>Να διαθέτουν σύστημα προεξέχοντων πτερυγίων για εύκολη αναγνώριση των κενών θυρίδων στην κασετίνα</p> <p>Να παρέχει τη δυνατότητα σταθεροποίησης με αυτοκόλλητη ταινία στο χειρουργικό πεδίο</p> <p>Να είναι συμβατά με τους κλιπαδόρους του νοσοκομείου.</p> | 20 | 23,00 € | 24% | 460,00 € | 570,40 € |
| 108 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΚΑΣΣΕΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΔΙΟΥΜ-ΛΑΡΓΕ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | <p>Διπλά κλιπ τιτανίου μεγέθους medium large με κούμπωμα ασφαλείας Να καθλώνουν τον ιστό με κατεύθυνση από την κορυφή των άκρων και προς το κέντρο, ώστε να αγκαλιάζουν και να καθλώνουν τον ιστό χωρίς να τον στραγγαλίζουν.Να έχουν εσωτερικό προφίλ με σχήμα διαμαντιού (diamond shape profile) ώστε να συγκρατούν και να σταθεροποιούν τον ιστό άμεσα κατά την εφαρμογή.Να έχουν διαστάσεις 7,8mm x 9,4mm σε κασετίνα των 6 κλιπ.Να διαθέτουν σύστημα προεξέχοντων πτερυγίων για εύκολη αναγνώριση των κενών θυρίδων στην κασετίναΝα παρέχει τη δυνατότητα σταθεροποίησης με αυτοκόλλητη ταινία στο χειρουργικό πεδίοΝα είναι συμβατά με τους κλιπαδόρους του νοσοκομείου</p> | 20 | 42,00 € | 24% | 840,00 € | 1.041,60 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|---------|-----|----------|------------|
| 109 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΚΑΣΣΕΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ LARGE ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | <p>Διπλά κλιπ τιτανίου μεγέθους large με κούμπωμα</p> <p>Να καθηλώνουν τον ιστό με κατεύθυνση από την κορυφή των άκρων και προς το κέντρο, ώστε να αγκαλιάζουν και να καθηλώνουν τον ιστό χωρίς να τον στραγγαλίζουν.</p> <p>Να έχουν εσωτερικό προφίλ με σχήμα διαμαντιού (diamond shape profile) ώστε να συγκρατούν και να σταθεροποιούν τον ιστό άμεσα κατά την εφαρμογή.</p> <p>Να έχουν διαστάσεις 10,3mm x 12,6mm σε κασετίνα των 6 κλιπ. Να διαθέτουν σύστημα προεχόντων πτερυγίων για εύκολη αναγνώριση των κενών θυρίδων στην κασετίνα</p> <p>Να παρέχει τη δυνατότητα σταθεροποίησης με αυτοκόλλητη ταινία στο χειρουργικό πεδίο</p> <p>Να είναι συμβατά με τους κλιπαδόρους του νοσοκομείου.</p> | 20 | 47,00 € | 24% | 940,00 € | 1.165,60 € |
|-----|-----------|--|---|----|---------|-----|----------|------------|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----|----------|-----|------------|------------|
| 110 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΚΑΣΣΕΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ X-LARGE, ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | <p>Διπλά κλιπ τιτανίου μεγέθους X-large με κούμπωμα. Να καθλώνουν τον ιστό με κατεύθυνση από την κορυφή των άκρων και προς το κέντρο, ώστε να αγκαλιάζουν και να καθλώνουν τον ιστό χωρίς να τον στραγγαλίζουν. Να έχουν εσωτερικό προφίλ με σχήμα διαμαντιού (diamond shape profile) ώστε να συγκρατούν και να σταθεροποιούν τον ιστό άμεσα κατά την εφαρμογή. Να έχουν διαστάσεις 11,5mm x 16,2mm σε κασετίνα των 4 κλιπ. Να διαθέτουν σύστημα προερχόντων πτερυγίων για εύκολη αναγνώριση των κενών θυρίδων στην κασετίνα. Να παρέχει τη δυνατότητα σταθεροποίησης με αυτοκόλλητη ταινία στο χειρουργικό πεδίο. Να είναι συμβατά με τους κλιπαδόρους του νοσοκομείου.</p> | 10 | 185,00 € | 24% | 1.850,00 € | 2.294,00 € |
| 111 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΚΑΣΣΕΤΑ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ MEDIUM-LARGE | <p>Κασετίνα αποτελούμενη από 8 clips τιτανίου medium large (M-L) μιας χρήσης. Τα clips να έχουν εσωτερική ειδική αντλιοθητική επιφάνεια με σχήμα διαμαντιού (diamond shape profile) για ισχυρή συγκράτηση των ιστών και σταθεροποίηση του ιστού άμεσα κατά την εφαρμογή. Να διαθέτουν χρωματική προειδοποιητική ένδειξη (μπλε) για το τελευταίο clip. Συμβατά με ενδοσκοπική λαβίδα απολίνωσης αγγείων πολλαπλών χρήσεων διαμέτρου 10mm και μήκους 370 mm με δυνατότητα εφαρμογής όλων των κλιπ της προφορτωμένης κασέτας χωρίς την ανάγκη εξόδου από το τροκάρ (συνεχής απολίνωση). Οι λαβίδες πολλαπλών χρήσεων να διατίθενται από την εταιρεία ως συνοδός εξοπλισμός</p> | 20 | 45,00 € | 24% | 900,00 € | 1.116,00 € |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|---|---|----------|-----|------------|------------|
| 112 | | | Αναλώσιμα συστήματος αναρρόφησης καπνού | | | | | |
| 112.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Ειδικό φίλτρο για συσκευή αναρρόφησης χειρουργικού καπνού, προερχόμενος από συσκευές ηλεκτροχειρουργικής. Το φίλτρο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ULPA* και άνθρακα. Να φέρει τρεις σπές σύνδεσης διαμέτρων 1/4"(6.4mm), 3/8"(9.5mm), 7/8"(2.2mm) και να έχει διάρκεια λειτουργίας έως 35 ώρες. Το φίλτρο να είναι απόλυτα συμβατό με την συσκευή αναρρόφησης καπνού | 5 | 500,00 € | 24% | 2.500,00 € | 3.100,00 € |
| 112.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ | Σετ αναρρόφησης χειρουργικού καπνού προερχόμενος από συσκευές ηλεκτροχειρουργικής, αποτελούμενο από:• Αποστειρωμένη βάση για στειλεό μονοπολικής διαθερμίας με ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης καπνού συνολικού μήκους 10'(3,05m). Με αρχική διάμετρο 3/8" (0,95cm) και μήκος 4'(1,22m), ώστε να μην παρενοχλεί στο χειρουργικό πεδίο, επεκτεινόμενο σε σωλήνα διαμέτρου 7/8" (2,22cm) και μήκους 6' (1,83m).• Αποστειρωμένη χειρολαβή μονοπολικής διαθερμίας με δύο κομβία, ένα για κοπή και ένα για αιμόσταση, διαφοροποιούμενα χρωματικά, με αποστειρωμένη θήκη για την εναπόθεση της στο χειρουργικό πεδίο καθώς και αποστειρωμένο αυτοκόλλητο ξέστρο για τον καθαρισμό του ηλεκτροδίου της . | 5 | 120,00 € | 24% | 600,00 € | 744,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---|----------|-----|------------|------------|
| 113 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Αρθροθούμενη λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων. | <p>Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, έως 7mm περίπου, μιας χρήσεως, διαμέτρου 5mm και μήκους με άκρο τύπου ευθή ή Maryland, μήκος σιαγόνων 21,5mm, με ενσωματωμένη λάμα κοπής μήκους 20mm η οποία να ενεργοποιείται μέσω σκανδάλης. Να διαθέτει μηχανισμό καθήλωσης του ιστού με κατεύθυνση από την κορυφή των σιαγόνων προς το εγγύτερο σημείο του εργαλείου, εξασφαλίζοντας την ίδια πίεση και θερμική εξάχνωση σε όλο το μήκος του ιστού. Να έχει δυνατότητα άρθρωσης των σιαγόνων κατά 80° μέσω 6 θέσεων.</p> <p>Να διαθέτει πλήκτρο ενεργοποίησης του κύκλου άπαξ. Να έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 360°. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο. Να φέρει κλείδωμα χειρολαβής. Να διατίθεται σε μήκος 24cm, 36cm, 44cm.</p> | 8 | 850,00 € | 24% | 6.800,00 € | 8.432,00 € |
| 114 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, έως 7mm | <p>Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, έως 7mm περίπου, μιας χρήσεως, διαμέτρου 5mm και μήκους με άκρο τύπου Maryland, μήκος σιαγόνων 21,5mm, με ενσωματωμένη λάμα κοπής μήκους 20mm η οποία να ενεργοποιείται μέσω σκανδάλης. Να διαθέτει μηχανισμό καθήλωσης του ιστού με κατεύθυνση από την κορυφή των σιαγόνων προς το εγγύτερο σημείο του εργαλείου, εξασφαλίζοντας την ίδια πίεση και θερμική εξάχνωση σε όλο το μήκος του ιστού. Να διαθέτει πλήκτρο ενεργοποίησης του κύκλου άπαξ. Να έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 360°. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο. Να φέρει κλείδωμα χειρολαβής. Να διατίθεται σε</p> | 8 | 850,00 € | 24% | 6.800,00 € | 8.432,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---|------------|-----|------------|------------|
| | | | μήκος 12,5cm,17cm,36cm | | | | | |
| 115 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Σετ θερμαινόμενης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας | Σετ μίας χρήσης για την διεξαγωγή θερμαινόμενης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας που αποτελείται από τέσσερις σωλήνες (δύο έγχυσης και δύο αναρρόφησης) με ενσωματωμένα φίλτρα για την προστασία των οργάνων- ιστών, με δύο εναλλάκτες θερμότητας για την ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας και τέσσερα θερμομέτρα μίας χρήσης για την μέτρηση της θερμοκρασίας και δύο περισταλτικές αντλίες με συνολική δυνατότητα ροής από 300ml έως 2 λίτρα / λεπτό για την ακριβή διατήρηση της θερμοκρασίας του υγρού εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Κάθε αντλία να λειτουργεί αυτόνομα δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ένα κύκλωμα (ένα σωλήνας αναρρόφησης, ένας έγχυσης) να είναι ανεξάρτητο.. | 1 | 3.300,00 € | 24% | 3.300,00 € | 4.092,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 116 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ | <p>Σετ μίας χρήσης για τη θεραπεία αιμορροϊδοπαθειας που αποτελείται από τα κάτωθι</p> <p>Αποστειρωμένος καθετήρας παροχής μονοπολικού ρεύματος χαμηλής έντασης από 0,2 mA με ανώτατο όριο τα 16mA μιας χρήσης που διαθέτει δυο παράλληλους στειλεούς και οκτάγωνη βάση ώστε να εφαρμόζει στην υποδοχή της γεννήτριας. Ο στειλεός να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 410.</p> <p>.Αποστειρωμένο πρωκτοσκόπιο μιας χρήσης. Αποστειρωμένο σφουγγάρι θήκη για την τοποθέτηση της γείωσης από σιλικονούχο καουτσούκ για αποφυγή εγκαύματος. Η γεννήτρια να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός.</p> | 2 | 550,00 € | 24% | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 117 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης | <p>Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων ως και 7mm. Διαθέτει κυρτές σιαγώνες 22° με επίστρωση νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών κλείδωμα χειρολαβής. Με στειλεό μήκους 23 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3 mm και μήκος κοπής 18,5mm, με ενσωματωμένο καλώδιο και δυνατότητα ενεργοποίησης από τη χειρολαβή ή και ποδοδιακόπτη για περισσότερη λειτουργικότητα. Διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής ,ξεχωριστο κομβιο ενεργοποίησης και δυνατότητα ενεργοποίησης κατά το κλείσιμο</p> | 5 | 1.090,00 € | 24% | 5.450,00 € | 6.758,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|----------|-----|------------|------------|
| | | | της χειρολαβής. Η χειρολαβή δεν κλειδώνει κατά το συμπλησιασμό των σκελών, ώστε το εργαλείο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαχωριστής ιστών. | | | | | |
| 118 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Powerport με καθετήρα 6F (τοποθέτηση στο χέρι) | Εμφυτεύσιμος καθετήρας Port, από πλαστικό MRI, χαμηλού προφίλ, δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού 5ml/min στα 300PSI, με συνδέσιμο καθετήρα Chronoflex 6F, ανοιχτού άκρου από ακτινοσκιερή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη. Να φέρει τρία σημεία ψηλάφησης και στο σετ εισαγωγής να περιέχεται θηκάρι με βαλβίδα ασφαλείας. Να φέρει σιλικόνη στις οπές στερέωσης και ο μηχανισμός σύνδεσης (κούμπωμα) του καθετήρα να είναι ακτινοσκιερός. | 10 | 520,00 € | 24% | 5.200,00 € | 6.448,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|---|----|----------|-----|------------|-------------|
| 119 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | PowerPICC ανοιχτού άκρου μονού αυλού | Καθετήρας κεντρικής φλέβας, περιφερικά εισερχόμενος, μονού αυλού 5F, δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού 5ml/sec, από ακτινοσκοπιή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και οδηγό σύρμα από nitinol μήκους 50cm. Με τεχνολογία ανίχνευσης του tip (Tip Location System), αντίστροφο κωνικό σχεδιασμό στο σημείο εισόδου στο αγγείο και με ένδειξη παρακολούθησης Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης. Με πλήρες σετ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει τους μικροεισαγωγείς, τα επιθέματα και τα χειρουργικά πεδία. | 30 | 330,00 € | 24% | 9.900,00 € | 12.276,00 € |
| 120 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | PowerPICC ανοιχτού άκρου διπλού αυλού | Καθετήρας κεντρικής φλέβας, περιφερικά εισερχόμενος, διπλού αυλού 5F, δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού 5ml/sec, από ακτινοσκοπιή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και οδηγό σύρμα από nitinol μήκους 50cm. Με τεχνολογία ανίχνευσης του tip (Tip Location System), αντίστροφο κωνικό σχεδιασμό στο σημείο εισόδου στο αγγείο και με ένδειξη παρακολούθησης Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης. Με πλήρες σετ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει τους μικροεισαγωγείς, τα επιθέματα και τα χειρουργικά πεδία. | 30 | 330,00 € | 24% | 9.900,00 € | 12.276,00 € |
| 121 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | PowerGroshong PICC 40cm | Καθετήρας κεντρικής φλέβας, περιφερικά εισερχόμενος, μονού αυλού 5F μήκους 40cm, από ακτινοσκοπιή σιλικόνη, κλειστού άκρου με τριπλή βαλβίδα στο πλάι του tip και δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού 4ml/sec. Να μην απαιτείται χρήση ηπαρίνης. Με τεχνολογία ανίχνευσης του tip (Tip Location System) και οδηγό σύρμα από nitinol μήκους 50cm. Με πλήρες σετ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει τους | 30 | 330,00 € | 24% | 9.900,00 € | 12.276,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------------|---|-----|----------|-----|------------|------------|
| | | | μικροεισαγωγείς, τα επιθέματα και τα χειρουργικά πεδία. | | | | | |
| 122 | 11010160135 | Σετ παρακέντησης για Port | Σετ παρακέντησης φλέβας για χρήση με υπέρηχο αποτελούμενο από οδηγούς βελόνας 18ga. Βάθους 1.5, 2.5, και 3.5cm, gel υπερήχου, 2 λαστιχάκια και μανίκι για την κεφαλή. | 300 | 13,00 € | 24% | 3.900,00 € | 4.836,00 € |
| 123 | 11010160136 | Σετ παρακέντησης για PICC | Σετ παρακέντησης φλέβας για χρήση με υπέρηχο αποτελούμενο από οδηγούς βελόνας 21ga. Βάθους 1.0, 1.5 και 2.0cm, gel υπερήχου, 2 λαστιχάκια και μανίκι για την κεφαλή. | 500 | 13,00 € | 24% | 6.500,00 € | 8.060,00 € |
| 124 | 11010160138 | Μικροεισαγωγέας | Σετ μικροεισαγωγέα που να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης 21G, οδηγό σύρμα 50cm, και θηκάρι 5F μήκους 5cm. | 50 | 47,00 € | 24% | 2.350,00 € | 2.914,00 € |
| 125 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Midline μονού αυλού | Προσωρινός καθετήρας περιφερικής φλέβας με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού 7mL/sec από ακτινοσκιερή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, μονού αυλού 4Fr με μήκος 20cm, με οδηγό σύρμα από ντινόλη. Ο μέγιστος ρυθμός ροής να είναι 7 mL/s και ο προβλεπόμενος χρόνος παραμονής του καθετήρα να είναι 29 ημέρες. Με πλήρες σετ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει τους μικροεισαγωγείς, τα επιθέματα και τα χειρουργικά πεδία. | 20 | 220,00 € | 24% | 4.400,00 € | 5.456,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|---|----|----------|-----|------------|------------|
| 126 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Midline διπλού αυλού | Προσωρινός καθετήρας περιφερικής φλέβας με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού 7mL/sec από ακτινοσκοπική θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, διπλού αυλού 4Fr με μήκος 20cm, με οδηγό σύρμα από νιτινόλη. Ο μέγιστος ρυθμός ροής να είναι 4 mL/s (ο ένας αυλός) και ο προβλεπόμενος χρόνος παραμονής του καθετήρα να είναι 29 ημέρες. Με πλήρες σετ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει τους μικροεισαγωγείς, τα επιθέματα και τα χειρουργικά πεδία. | 20 | 220,00 € | 24% | 4.400,00 € | 5.456,00 € |
| 127 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Powerhickman | Καθετήρας κεντρικής φλέβας διπλού αυλού, 9,5F, μήκους 60 cm από πολυουρεθάνη με Surecuff και δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού στα 5ml/min. Να έχει ένδειξη μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης. Ο όγκος πλήρωσης, ανά αυλό, να είναι 1,3ml. Με σετ εισαγωγής. | 20 | 260,00 € | 24% | 5.200,00 € | 6.448,00 € |
| 128 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Powerglide | Προσωρινός καθετήρας περιφερικής φλέβας 18,20 και 22G, μήκους 10cm από πολυουρεθάνη, με αποσπώμενο οδηγό σύρμα από νιτινόλη και προβλεπόμενο χρόνο παραμονή 29 ημέρες. Να είναι κατάλληλο για δυναμική έγχυση 5mL/sec και να περιλαμβάνει ηχοανακλαστική βελόνα συμβατή με την τεχνολογία των υπερήχων. | 12 | 60,00 € | 24% | 720,00 € | 892,80 € |
| 129 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Αυτόματο πιστόλι βιοψίας | Αυτόματο πιστόλι βιοψίας μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα λείας επιφάνειας με ηχογενές άκρο. Με δύο σημεία πυροδότησης, στο πίσω μέρος και στο πλάι. Με μήκος διείσδυσης 22mm. Η βελόνα να φέρει διαβάθμιση ανά εκατοστό με ακτινοσκοπικές σημάνσεις. Να διατίθεται με διάμετρο βελόνας 14G, 16G, 18G και 20G και μήκη 10cm, 16cm, 20cm και 25cm | 12 | 35,00 € | 24% | 420,00 € | 520,80 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|----|----------|-----|------------|------------|
| 130 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ημιαυτόματο πιστόλι βιοψίας | Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα λείας επιφάνειας με ηχογενές άκρο και ακτινοσκοπική διαγράμμιση ανά εκατοστό. Με εργονομική λαβή, έμβολο με σήμανση ενεργοποίησης και επιλογή βάθους διεύθυνσης 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη. Να περιλαμβάνεται επίσης ένας οδηγός Coaxial, μια αιχμηρή βελόνα τύπου Trocar, μια βελόνα με αμβλύ άκρο τύπου Blunt και ένα ανασχετικό βάθους. Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 14G, 16G, 18G, 20G και μήκη 10cm, 16cm, 20cm. | 12 | 45,00 € | 24% | 540,00 € | 669,60 € |
| 131 | 11010282260 | Σύστημα παροχέτευσης περιεδρικού συριγγίου τύπου SETON | Σύστημα παροχέτευσης περιεδρικού συριγγίου τύπου SETON με πατενταρισμένο μηχανισμό αυτόματης ένωσης των δύο άκρων, χωρίς την ανάγκη κόμπου. | 5 | 150,00 € | 24% | 750,00 € | 930,00 € |
| 132 | 11010010381 | Σύστημα διαπρωκτικής αιμορροϊδικής απαγγείωσης | Σύστημα διαπρωκτικής αιμορροϊδικής απαγγείωσης το οποίο να αποτελείται από βελονοκάτοχο, με διαγράμμιση για την ακριβή τοποθέτηση της βελόνας, μιας χρήσης τιτανίου, πρωκτοσκόπιο χωρίς μεταλλικά μέρη με σημείο ασφαλούς στήριξης για την περιστροφή του βελονοκάτοχου, παράθυρο για την τοποθέτηση του DOPPLER και θέση τοποθέτησης της φωτεινής πηγής. Το πρωκτοσκόπιο να διαθέτει συρρόμενο επεκτεινόμενο παράθυρο για την εύκολη και ακριβή τοποθέτηση ραμμάτων ορθοπηξίας, μαζί να διατίθενται 6 ράμματα απορροφήσιμα με βελόνες 5/8 26mm και χειρουργικά ράμματα ANOLIFT-FILBLOC 3 τεμαχίων, αιμοστατικό πρωκτού καθώς επίσης και προωθητής κόμπων. Το σήμα του DOPPLER να είναι συνεχούς συχνότητας και όχι διακεκομένης για υψηλότερο βάθος | 5 | 690,00 € | 24% | 3.450,00 € | 4.278,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---|------------|-----|------------|------------|
| | | | ανίχνευσης αρτηριών έως 6mm. | | | | | |
| 133 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΙΧΝΗΛΑΤΟΥ RADAR) ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ – ΠΟΜΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ) | Το σύστημα να αποτελείται από: Σύστημα Βελόνης 16G με προφορτωμένο Ανακλαστήρα (radar) μικροπομπό, για χρήση σε μη ψηλαφητούς όγκους και λεμφαδένες, με ηλεκτρονική ενεργοποίηση σήματος μετάδοσης 50 εκατομμυρίων παλμών ανά δευτερόλεπτο, υπερέρυθρης συχνότητας (UWB), μήκους 4mm, με επικάλυψη nitinol, βιολογικά ανεκτό, με δυνατότητα παραμονής στην ασθενή 500 ημέρες. Να μην επηρεάζεται από MRI. Να είναι συμβατό με Ultrasound, Mammo και στερεοτακτικό μαστογράφο σε μεγέθη βελόνης 5 – 7,5 – 10 cm, μίας χρήσης. | 2 | 1.190,00 € | 24% | 2.380,00 € | 2.951,20 € |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|---|---|------------|-----|------------|------------|
| 134 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης | Λαπαροσκοπικό εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων ως και 7mm. Διαθέτει κυρτές σιαγώνες 22° με επίστρωση νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών κλειδώμα χειρολαβής. Με στειλεό μήκους 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3 mm και μήκος κοπής 18,5mm, με ενσωματωμένο καλώδιο και δυνατότητα ενεργοποίησης από τη χειρολαβή ή και ποδοδιακόπτη για περισσότερη λειτουργικότητα. Διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής ,ξεχωριστο κομβιο ενεργοποίησης και δυνατότητα ενεργοποίησης κατά το κλείσιμο της χειρολαβής. Η χειρολαβή δεν κλειδώνει κατά το συμπλησιασμό των σκελών, ώστε το εργαλείο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαχωριστής ιστών. | 5 | 1.090,00 € | 24% | 5.450,00 € | 6.758,00 € |
| 135 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ασύρματης γεννήτριας υπερήχου | Στειλεός κυρτού άκρου μίας χρήσης, ασύρματης γεννήτριας υπερήχου, κατάλληλος για την παρασκευή, διατομή και πήξη αγγείων διαμέτρου 5mm. Ο στειλεός έχει δυνατότητα περιστροφής 360° διάμετρο 5cm, με ενεργό παλλόμενο άκρο μήκους 14,5mm που ενεργοποιείται από το κουμπί παροχής ενέργειας διπλής λειτουργίας (Min & Max). | | | | | |
| 135.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | μήκος 13cm | 3 | 678,00 € | 24% | 2.034,00 € | 2.522,16 € |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|---|---|----------|-----|------------|------------|
| 135.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | μήκος 26cm | 3 | 678,00 € | 24% | 2.034,00 € | 2.522,16 € |
| 135.3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | μήκος 39cm | 3 | 678,00 € | 24% | 2.034,00 € | 2.522,16 € |
| 136 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης 33mm για χρήση σε αιμορροΐδεκτομή κατά "Iogo" | Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης 33mm για χρήση σε αιμορροΐδεκτομή κατά "Iogo", μ.χ., με αποσπώμενο άκμονα, για ασφαλέστερη τοποθέτηση της περίπαρσης με άμεση όραση, που να εφαρμόζει ισχυρά κλιπ ασφαλείας τιτανίου που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ (> 18 Newton) ή ισοδύναμο για αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου με ύψος ποδιού μήκους 4,8mm για παχείς ιστούς ή ισοδύναμο και (> 14 Newton) ή ισοδύναμο για αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου με ύψος ποδιού μήκους 3,5mm για κανονικούς ιστούς ή ισοδύναμο, για ασφαλέστερη στήριξη, αιμόσταση και μειωμένη πιθανότητα αιμορραγίας. Να διατίθενται σε πλήρη σειρά εργαλείων για: | | | | | |
| 136.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | κανονικό ιστό με κλιπ 3,5 χιλ. | 1 | 535,00 € | 24% | 535,00 € | 663,40 € |
| 136.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | παχύ ιστό με κλιπ 4,8 χιλ. | 1 | 535,00 € | 24% | 535,00 € | 663,40 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------------------------|--|---|----------|-----|------------|------------|
| 137 | 11010010323 | Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων | Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων μήκους 18 cm περίπου με διάμετρο 5 mm, συχνότητας 36 kHz, με λεπίδα που εκτελεί ταυτόχρονη επιμήκη και εγκάρσια κίνηση γύρω από τον διαμήκη άξονά περιστρεφόμενο κατά 280ο , με ευθείες σιαγόνες, με δυνατότητα τομής/απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 5 mm, για επεμβάσεις ανοιχτής χειρουργικής. Με παροχή προς χρήση Γεννήτριας συμβατής με το προσφερόμενο είδος | 2 | 678,00 € | 24% | 1.356,00 € | 1.681,44 € |
| 138 | 11010010323 | Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων | Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων μήκους 35cm περίπου με διάμετρο 5 mm, συχνότητας 36 kHz, με λεπίδα που εκτελεί ταυτόχρονη επιμήκη και εγκάρσια κίνηση γύρω από τον διαμήκη άξονά, περιστρεφόμενο κατά 280ο, με κυρτές σιαγόνες, με δυνατότητα τομής/απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 5 mm, για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Με παροχή προς χρήση Γεννήτριας συμβατής με το προσφερόμενο είδος | 2 | 678,00 € | 24% | 1.356,00 € | 1.681,44 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 139 | ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ | Σετ Ίνας Laser με καθετήρα | <p>Σετ Ίνας Laser με καθετήρα εισαγωγής για συρίγγια /κύστη κόκκυγα που να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά 1. Η ίνα να είναι αυστηρά μιας χρήσης, να διαθέτει τεχνολογία ακτινικής εκπομπής 360° και να εκπέμπει στα 1470nm.2. Να έχει εξωτερική διάμετρο 1.8 mmή 1.0 mm αντίστοιχα και μήκος 2.6m. 3. Η ίνα είναι μαρκαρισμένη για να διευκολύνει τις εφαρμογές, έχει απλό μαρκάρισμα κάθε (1) εκατοστό και πολλαπλό κάθε (10) εκατοστά και μεγάλο μαρκάρισμα (προειδοποίηση τέλους ίνας).4. Να διαθέτουν τεχνολογία ακτινικής εκπομπής, η εφαρμοζόμενη ενέργεια να διαδίδεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά στον ιστό (με θερμοκρασίες από 100°C έως 200°C), έτσι αποφεύγεται η διάτρηση και ελαχιστοποιούνται επιπλοκές και παρενέργειες.5. Να διαθέτει ακτινική δέσμη στόχευσης σε κόκκινο χρώμα της οποίας η ένταση και η συχνότητα να είναι ρυθμιζόμενη για τον καλύτερο εντοπισμό της ίνας</p> | 2 | 1.235,00 € | 24% | 2.470,00 € | 3.062,80 € |
|-----|-----------|----------------------------|--|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>6. Οι ίνες laser να διαθέτουν connectors σύνδεσης ταχείας αποδέσμευσης, επίσης να έχουν αντιστρεπτική προστασία, που να αναγνωρίζεται από μικρές εγκοπές στο connector έτσι ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστη εφαρμογή στη σύζευξη των ινών με τη συσκευή laser και αναπαραγωγίμη μετάδοση ισχύος.</p> <p>7. Να συνοδεύεται με άκαμπτο ενδοσκόπιο 30° και με γεννήτρια laser για την εφαρμογή του προϊόντος, η οποία να έχει μέγιστη ισχύ μέχρι 10 watt για να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια από πιθανές πιο υψηλές ρυθμίσεις ισχύος</p> <p>8. Η εταιρία που παρέχει το σύστημα laser με τις παραπάνω προδιαγραφές να είναι και ο επίσημος προμηθευτής του για την τοπική αγορά και το σύστημα να έχει πιστοποίηση CE mark για εφαρμογές πρωκτολογίας</p> <p>9. Να διατίθεται προς χρήση και ο σχετικός συνοδός εξοπλισμός γεννήτρια laser, γυαλιά προστασίας, διαστολέας/πρωκτοσκόπιο, καθετήρας/μήλη αποστράγγισης συριγγίου, βουρτσάκια καθαρισμού/νεαροποίησης 2 τύπων, κυκλικά μαχαιρίδια 9 τύπων διαφορετικών διαμέτρων</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 140 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Σετ ίνας Laser με καθετήρα εισαγωγής για αιμορροΐδ | <p>Σετ ίνας Laser με καθετήρα εισαγωγής για αιμορροΐδες που να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά 1. Η ίνα να είναι αυστηρά μιας χρήσης, να διαθέτει τεχνολογία εμπρόσθιας κωνικής εκπομπής και να εκπέμπει στα 1470 nm.2. Να έχει εξωτερική διάμετρο 1.8 mm και μήκος 2.6m. 3. Η ίνα είναι μαρκαρισμένη για να διευκολύνει τις εφαρμογές, έχει απλό μαρκάρισμα κάθε (1) εκατοστό και πολλαπλό κάθε (10) εκατοστά και μεγάλο μαρκάρισμα (προειδοποίηση τέλους ίνας).4. Η εφαρμοζόμενη ενέργεια να διαδίδεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά στον ιστό (με θερμοκρασίες από 100°C έως 200°C), έτσι αποφεύγεται η διάτρηση και ελαχιστοποιούνται επιπλοκές και παρενέργειες.5. Να διαθέτει ακτινική δέσμη στόχευσης σε κόκκινο χρώμα της οποίας η ένταση και η συχνότητα να είναι ρυθμιζόμενη για τον καλύτερο εντοπισμό της ίνας</p> | 2 | 1.235,00 € | 24% | 2.470,00 € | 3.062,80 € |
|-----|-----------|--|--|---|------------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---|----------|-----|----------|----------|
| | | | <p>6. Οι ίνες laser να διαθέτουν connectors σύνδεσης ταχείας αποδέσμευσης, επίσης να έχουν αντιστρεπτική προστασία, που να αναγνωρίζεται από μικρές εγκοπές στο connector έτσι ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστη εφαρμογή στη σύζευξη των ινών με τη συσκευή laser και αναπαραγωγίμη μετάδοση ισχύος.</p> <p>7. Να συνοδεύεται με γεννήτρια laser για την εφαρμογή του προϊόντος, η οποία να έχει μέγιστη ισχύ μέχρι 10 watt για να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια από πιθανές πιο υψηλές ρυθμίσεις ισχύος</p> <p>8. Η εταιρία που παρέχει το σύστημα laser με τις παραπάνω προδιαγραφές να είναι και ο επίσημος προμηθευτής του για την τοπική αγορά και το σύστημα να έχει πιστοποίηση CE mark για εφαρμογές πρωκτολογίας</p> <p>9. Να διατίθεται προς χρήση και ο σχετικός συνοδός εξοπλισμός γεννήτρια laser, γυαλιά προστασίας, διαστολέας/ πρωκτοσκόπιο</p> | | | | | |
| 141 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων | <p>Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων χαμηλού προφίλ με 20 κλιπς τιτανίου medium/large με ειδική σχεδίαση για αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το κλιπ και περιστρεφόμενο κατά 360ο με στυλεό 10mm. Να έχει τη δυνατότητα πλήρους κλεισίματος ή μερικού για την καθήλωση καθετήρα χολαγγειογραφίας. Να διαθέτει ηχητική ένδειξη για την σωστή σύγκλιση του κλιπ και η φόρτωση – πυροδότηση να γίνεται σε 2 στάδια. Να διαθέτει χρωματική ένδειξη (κίτρινη ένδειξη) για τη διαθεσιμότητα των πέντε τελευταίων κλιπ. Να διαθέτει εσωτερική χάραξη για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το</p> | 2 | 121,60 € | 24% | 243,20 € | 301,57 € |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | κλιπ δίκην βεντουζοθυλάκων. | | | | | |
| 142 | | Εργαλεία ευθείας συρραφή | <p>Εργαλεία ευθείας συρραφής Μ.Χ., αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου κυκλικής διατομής.</p> <p>Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Να φέρουν αυτόματο ή και χειροκίνητο πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και την ευθυγράμμιση κεφαλής άκμονός για τον σωστό σχηματισμό των κλιπ. Να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις λευκό, κίτρινο, πράσινο και κόκκινο. Να φέρει κομβίο απελευθέρωσης των σιαγόνων και αντιολισθητικές λαβές διαφορετικού χρώματος από το υπόλοιπο εργαλείο.</p> <p>Να διατίθενται σε μεγέθη</p> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|--|---|----------|-----|----------|----------|
| 142.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | A1. 30 mm με ύψος κλίπ 3,5 κανονικό | 2 | 187,11 € | 24% | 374,22 € | 464,03 € |
| 142.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | A2. 30 mm με ύψος κλίπ 4,8mm παχύ | 2 | 187,11 € | 24% | 374,22 € | 464,03 € |
| 142.3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | B1. 45 mm με ύψος κλίπ 3,5 κανονικό | 2 | 232,52 € | 24% | 465,04 € | 576,65 € |
| 142.4 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | B1. 45 mm με ύψος κλίπ 4,8mm παχύ | 2 | 185,00 € | 24% | 370,00 € | 458,80 € |
| 142.5 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Γ1. 60 mm με ύψος κλίπ 3,5 κανονικό | 2 | 180,00 € | 24% | 360,00 € | 446,40 € |
| 142.6 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Γ2. 60 mm με ύψος κλίπ 4,8mm παχύ | 2 | 150,00 € | 24% | 300,00 € | 372,00 € |
| 142.7 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Δ1. 90 mm με ύψος κλίπ 3,5 κανονικό | 2 | 168,00 € | 24% | 336,00 € | 416,64 € |
| 142.8 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Δ2. 90 mm με ύψος κλίπ 4,8mm παχύ | 2 | 152,00 € | 24% | 304,00 € | 376,96 € |
| 143 | | | Αντίστοιχες κεφαλές για τα ως άνω εργαλεία Τα εργαλεία να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για λόγους ιχνηλασιμότητας. | | | | | |
| 143.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | κεφαλές για τα ως άνω εργαλεία | A1. 30 mm με ύψος κλίπ 3,5 κανονικό | 2 | 85,11 € | 24% | 170,22 € | 211,07 € |
| 143.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | A2. 30 mm με ύψος κλίπ 4,8mm παχύ | 2 | 85,11 € | 24% | 170,22 € | 211,07 € |
| 143.3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | B1. 45 mm με ύψος κλίπ 3,5 κανονικό | 4 | 119,75 € | 24% | 479,00 € | 593,96 € |
| 143.4 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | B1. 45 mm με ύψος κλίπ 4,8mm παχύ | 4 | 119,75 € | 24% | 479,00 € | 593,96 € |
| 143.5 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Γ1. 60 mm με ύψος κλίπ 3,5 κανονικό | 4 | 47,00 € | 24% | 188,00 € | 233,12 € |
| 143.6 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Γ2. 60 mm με ύψος κλίπ 4,8mm παχύ | 4 | 180,00 € | 24% | 720,00 € | 892,80 € |
| 143.7 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Δ1. 90 mm με ύψος κλίπ 3,5 κανονικό | 4 | 87,93 € | 24% | 351,72 € | 436,13 € |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|---|---|----------|-----|----------|------------|
| 143.8 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Δ2. 90 mm με ύψος κλιπ 4,8mm παχύ | 4 | 45,00 € | 24% | 180,00 € | 223,20 € |
| 144 | 11670019230 | Ενδοσκοπικό εργαλείο αρθρούμενο ευθείας συρραφής | Ενδοσκοπικό εργαλείο αρθρούμενο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης (κοπτορράπτης), χωρίς προκαθορισμένες θέσεις άρθρωσης, με άρθρωση 45ο εκατέρωθεν της ευθείας. Να δέχεται διαφορετικές ανταλλακτικές κεφαλές τόσο σταθερού όσο και ανακλινόμενου άκμονα για 5 διαφορετικά πάχη ιστών (αγγειακούς, κανονικούς, ενδιάμεσους, παχείς και πολύ παχείς ιστούς) τεχνολογίας μονής ή διπλής πρόσφυσης για καλύτερη συμπίεση του ιστού, με τρεις γραμμές συρραφής με ισοΰψείς ή ανισοΰψείς αγκτήρες τιτανίου. Μήκος κεφαλών 30mm, 45mm & 60mm. Το εργαλείο να μπορεί να πυροδοτηθεί τουλάχιστον 25 φορές. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, δυνατότητα ανοίγματος – κλεισίματος των σιαγόνων από τη σκανδάλη πυροδότησης και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Να διατίθεται σε: Short, Medium, Long. | 4 | 228,00 € | 24% | 912,00 € | 1.130,88 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------------------|---|---|----------|-----|------------|------------|
| 145 | 11010030065 | Έξυπνος ηλεκτροκίνητος αρθρωτός | Έξυπνος ηλεκτροκίνητος αρθρωτός και επαναφορτιζόμενος κοπτορράπτης μιας χρήσης διαμέτρου 12mm. Να δέχεται 5 διαφορετικές ανταλλακτικές κεφαλές τεχνολογίας διπλής πρόσφυσης σταθερού άκμονα για καλλίτερη συμπίεση του ιστού, με τρεις γραμμές συρραφής για αγγειακούς, κανονικούς, ενδιάμεσους, παχείς και πολύ παχείς ιστούς με ισοϋψείς ακτήρες τιτανίου (κεφαλές 30mm, 45mm & 60mm) , 3 διαφορετικές ανταλλακτικές κεφαλές με τρεις γραμμές συρραφής σταθερού άκμονα για αγγειακούς/λεπτούς, ενδιάμεσους/παχείς και παχείς/πολύ παχείς ιστούς με ανισοϋψή ακτήρες τιτανίου (κεφαλές 30mm, 45mm & 60mm) και και 3 διαφορετικές ανταλλακτικές κεφαλές με τρεις γραμμές συρραφής σταθερού άκμονα για αγγειακούς/λεπτούς, ενδιάμεσους/παχείς ιστούς και παχείς/πολύ παχείς ιστούς με ανισοϋψή ακτήρες τιτανίου και κυρτό άκρο της κεφαλής (κεφαλές 30mm, 45mm & 60mm). Να διαθέτει μηχανισμό άρθρωσης έως και 45ο στο στέλεχος του εργαλείου με χρήση μοχλού χωρίς προκαθορισμένες θέσεις άρθρωσης. | 4 | 480,00 € | 24% | 1.920,00 € | 2.380,80 € |
|-----|-------------|---------------------------------|---|---|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Να διαθέτει στο στέλεχος του εργαλείου ειδικό τσιπ αναγνώρισης της ανταλλακτικής κεφαλής, έχει τεχνολογία αναγνώρισης του πάχους του ιστού κατά τη σύλληψη και κατά την πυροδότηση για πιο ασφαλή συρραφή και κοπή. Να διαθέτει αμφίδρομη σκανδάλη που με ένα άγγιγμα να πυροδοτεί, να ανοίγει ή να κλείνει την κεφαλή. Η διαδικασία πυροδότησης να πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης. Να διατίθεται σε μήκη στείλεου:</p> <p>α) Short. Μήκος στυλεού 6 cm για ανοιχτή χειρουργική.</p> <p>β) Medium. Μήκος στυλεού 16 cm για λαπαροσκοπική χειρουργική.</p> <p>γ) Long. Μήκος στυλεού 26 cm για βαρϊατρική χειρουργική.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------------------------|---|---|----------|-----|------------|------------|
| 146 | 11010030066 | Ανταλλακτικές κεφαλές σταθερού άκμονα | Ανταλλακτικές κεφαλές σταθερού άκμονα, διατομής – αναστόμωσης, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, με τεχνολογία διπλής πρόσφυσης για καλύτερη συμπίεση του ιστού και τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της τομής με 4 κλιπς μετά την γραμμή διατομής. Να διαθέτουν ενσωματωμένο chip ανέπαφης αναγνώρισης ώστε να μπορούν να συνεργασθούν τόσο με χειροκίνητο όσο και με ηλεκτροκίνητο εργαλείο.Α.α) Μήκος συρραφής: 30mm, για αγγειακούς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 2.5 mm Α.β) Μήκος συρραφής: 30mm, για κανονικούς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 3.5 mm Β.α) Μήκος συρραφής: 45mm, για αγγειακούς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 2.5 mm Β.β) Μήκος συρραφής: 45mm, για κανονικούς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 3.5 mm Β.γ) Μήκος συρραφής: 45mm, για ενδιάμεσους ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 4.2 mm | 4 | 283,11 € | 24% | 1.132,44 € | 1.404,23 € |
|-----|-------------|---------------------------------------|---|---|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>B.δ) Μήκος συρραφής: 45mm, για παχείς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 4.8 mm</p> <p>B.ε) Μήκος συρραφής: 45mm, για πολύ παχείς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 5 mm</p> <p>Γ.α) Μήκος συρραφής: 60mm, για αγγειακούς ιστούς ύψος ανοιχτού κλιπ 2.5 mm</p> <p>Γ.β) Μήκος συρραφής: 60mm, για κανονικούς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 3.5 mm</p> <p>Γ.γ) Μήκος συρραφής: 60mm, για ενδιάμεσους ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 4.2 mm</p> <p>Γ.δ) Μήκος συρραφής: 60mm, για παχείς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 4.8 mm</p> <p>Γ.ε) Μήκος συρραφής: 60mm, για πολύ παχείς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 5 mm</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------------------------|---|---|----------|-----|----------|----------|
| 147 | 11010030066 | Ανταλλακτικές κεφαλές σταθερού άκμονα | <p>Ανταλλακτικές κεφαλές σταθερού άκμονα, διατομής – αναστόμωσης, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της τομής κλιμακωτής σχεδίασης με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή διατομής με 4 κλιπ μετά την γραμμή συρραφής. Να διαθέτουν ενσωματωμένο chip ανέπαφης αναγνώρισης ώστε να μπορούν να συνεργασθούν τόσο με χειροκίνητο όσο και με ηλεκτροκίνητο εργαλείο. Α.α) Μήκος συρραφής: 30mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0 mm -2.5 mm – 3.00mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 0.75 mm - 1.0 mm – 1,25mm. Α.β) Μήκος συρραφής: 30 mm για ενδιάμεσους/παχείς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 3.00 mm – 3.5 mm - 4.0mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 1,25 mm - 1.5 mm – 1,75mm. Α.γ) Μήκος συρραφής: 30mm για παχείς/πολύ παχείς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 4.0 mm – 4.5 mm – 5mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 1,75 mm - 2.0 mm – 2.25mm.</p> | 2 | 283,11 € | 24% | 566,22 € | 702,11 € |
|-----|-------------|---------------------------------------|---|---|----------|-----|----------|----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>A.δ) Μήκος συρραφής: 30mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0 mm - 2.5 mm – 3.00mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 0.75 mm - 1.0 mm – 1,25mm με κυρτό άκρο Β.α)</p> <p>Μήκος συρραφής: 45mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0 mm -2.5 mm – 3.00mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 0.75 mm - 1.0 mm – 1,25mm.Β.β) Μήκος συρραφής: 45mm για ενδιάμεσους/παχείς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 3.00 mm – 3.5 mm - 4.0mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 1,25 mm - 1.5 mm – 1,75mm.Β.γ) Μήκος συρραφής: 45mm για παχείς/πολύ παχείς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 4.0 mm – 4.5 mm – 5mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 1,75 mm - 2.0 mm – 2.25mm.</p> <p>Β.δ) Μήκος συρραφής: 45mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0 mm -2.5 mm – 3.00mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 0.75 mm - 1.0 mm – 1,25mm με κυρτό άκρο Β.ε)</p> <p>Μήκος συρραφής: 45mm για ενδιάμεσους/παχείς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 3.00 mm – 3.5 mm -4.0mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 1,25 mm - 1.5 mm – 1,75mm με κυρτό άκρο Γ.α) Μήκος συρραφής: 60mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0 mm -2.5 mm – 3.00mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 0.75 mm - 1.0 mm – 1,25mm.Γ.β)</p> <p>Μήκος συρραφής: 60mm για ενδιάμεσους/παχείς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 3.00 mm – 3.5 mm -4.0mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 1,25 mm -</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>1.5 mm – 1,75mm.Γ.γ) Μήκος συρραφής: 60mm για παχείς/πολύ παχείς ιστούς, με ύψος ανοιχτού κλιπ 4.0 mm – 4.5 mm – 5mm και ύψος κλειστού κλιπ αναφοράς 1,75 mm - 2.0 mm – 2.25mm.</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|--|---|----------|-----|------------|------------|
| 148 | | Επαναφορτιζόμενα εργαλεία ευθείας συρραφή | Επαναφορτιζόμενα εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών ΜΧ, με νεα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, με αγκήρες από τιτανίου κυκλικής ή ορθογώνιας διατομής, σε δύο σειρές εκατέρωθεν της τομής. Με δυνατότητα παράλληλης και ψαλιδοειδούς εφαρμογής του εργαλείου. Να διαθέτουν: <ul style="list-style-type: none"> • Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή προπυροδότησης όταν το εργαλείο δεν είναι έτοιμο προς χρήση. • Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα • Αμφοτερόχειρη δυνατότητα πυροδότησης <ul style="list-style-type: none"> • Αντι ολισθητικές λαβές • Κομβίο ανοίγματος Να διατίθενται σε μεγέθη: | | | | | |
| 148.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | A1. 60 για κανονικό 3,8 mm ιστό με κλίπ κυκλικής διατομής | 2 | 146,00 € | 24% | 292,00 € | 362,08 € |
| 148.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | A2. 60 για παχύ 4,8 mm ιστό με κλίπ κυκλικής διατομής | 2 | 115,00 € | 24% | 230,00 € | 285,20 € |
| 148.3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | B1. 80 για κανονικό 3,8 mm ιστό με κλίπ κυκλικής διατομής | 4 | 143,92 € | 24% | 575,68 € | 713,84 € |
| 148.4 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | B2. 80 για παχύ 4,8 mm ιστό με κλίπ κυκλικής διατομής | 4 | 146,00 € | 24% | 584,00 € | 724,16 € |
| 148.5 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Γ1. 100mm για κανονικό 3,8 mm ιστό με κλίπ ορθογώνιας διατομής | 4 | 319,85 € | 24% | 1.279,40 € | 1.586,46 € |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--|---|----------|-----|------------|------------|
| 148.6 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Γ2. 100mm για παχύ 4,8mm ιστό με κλίπ ορθογώνιας διατομής | 4 | 319,95 € | 24% | 1.279,80 € | 1.586,95 € |
| 149 | | Ανταλλακτικές κεφαλές τα ως άνω εργαλεία | Ανταλλακτικές κεφαλές τα ως άνω εργαλεία, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και δύο σειρές κλίπ τιτανίου εκατέρωθεν της τομής. Τα εργαλεία να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για λόγους ιχνηλασιμότητας. | | | | | |
| 149.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές τα ως άνω εργαλεία | A1. 60 για κανονικό 3,8 mm ιστό με κλίπ κυκλικής διατομής | 4 | 47,00 € | 24% | 188,00 € | 233,12 € |
| 149.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές τα ως άνω εργαλεία | A2. 60 για παχύ 4,8 mm ιστό με κλίπ κυκλικής διατομής | 4 | 35,00 € | 24% | 140,00 € | 173,60 € |
| 149.3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές τα ως άνω εργαλεία | B1. 80 για κανονικό 3,8 mm ιστό με κλίπ κυκλικής διατομής | 4 | 47,00 € | 24% | 188,00 € | 233,12 € |
| 149.4 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές τα ως άνω εργαλεία | B2. 80 για παχύ 4,8 mm ιστό με κλίπ κυκλικής διατομής | 4 | 53,00 € | 24% | 212,00 € | 262,88 € |
| 149.5 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές τα ως άνω εργαλεία | Γ1. 100mm για κανονικό 3,8 mm ιστό με κλίπ ορθογώνιας διατομής | 4 | 319,85 € | 24% | 1.279,40 € | 1.586,46 € |
| 149.6 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές τα ως άνω εργαλεία | Γ2. 100mm για παχύ 4,8mm ιστό με κλίπ ορθογώνιας διατομής | 4 | 280,00 € | 24% | 1.120,00 € | 1.388,80 € |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|---|---|------------|-----|------------|------------|
| 150 | | Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες | Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες Μ.Χ. με αποσπώμενη και ανακλινόμενη τελείως παράλληλα στην κεντρική ράβδο κεφαλή με ισχυρα κλιπ τιτανίου κυκλικής διατομής. Να διαθέτουν αποσπώμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Να έχουν εγκοπή ασφαλούς περιίδεσης της περίπαρσης. Να έχουν παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του ιστού από 1,0 – 2,5mm. Να φέρουν λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής – άκμονα και διπλό μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία να διατίθενται ειδική προέκταση που τοποθετείται και ασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού για την τοποθέτηση σε δυσπρόσιτα σημείο όπως πχ είναι ο οισοφάγος. Να διατίθενται σε μεγέθη | | | | | |
| 150.1 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | A. 24 mm με κλιπ 4,5 mm | 6 | 241,70 € | 24% | 1.450,20 € | 1.798,25 € |
| 150.2 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | B. 26 mm με κλιπ 4,8 mm | 6 | 241,70 € | 24% | 1.450,20 € | 1.798,25 € |
| 150.3 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Γ. 29 mm με κλιπ 4,8 mm | 4 | 275,00 € | 24% | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 150.4 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | Δ. 32 mm με κλιπ 5 mm | 4 | 300,00 € | 24% | 1.200,00 € | 1.488,00 € |
| 151 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Άκαμπτο ηλεκτρόδιο ARGON | Άκαμπτο ηλεκτρόδιο ARGON κοπής και αιμόστασης για εφαρμογές λαπαροσκοπικής χειρουργικής με υβριδικό ακροφυσίο, 370 mm ολικό μήκος ηλεκτροδίου. Να παρέχεται γεννήτρια τύπου ARC 400 με ARGON με πλήρεις δυνατότητες ως συνοδός εξοπλισμός | 1 | 1.235,00 € | 24% | 1.235,00 € | 1.531,40 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---|------------|-----|------------|------------|
| 152 | ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ | Άκαμπτο ηλεκτρόδιο ARGON | <p>Άκαμπτο ηλεκτρόδιο ARGON κοπής και αιμόστασης για εφαρμογές γενικής χειρουργικής/ ηπατοχειρουργικής , 40 mm μήκος ενεργού ηλεκτροδίου, 100 mm ολικό μήκος ηλεκτροδίου Άκαμπτο ηλεκτρόδιο ARGON κοπής και αιμόστασης για εφαρμογές γενικής χειρουργικής/ ηπατοχειρουργικής, 90 mm μήκος ενεργού ηλεκτροδίου, 150 mm ολικό μήκος ηλεκτροδίου Άκαμπτο ηλεκτρόδιο ARGON αιμόστασης για εφαρμογές γενικής χειρουργικής/ ηπατοχειρουργικής, 70 mm μήκος ενεργού ηλεκτροδίου, διαμέτρου 5mmX25mm μονοπολικό Άκαμπτο ηλεκτρόδιο ARGON αιμόστασης για εφαρμογές γενικής χειρουργικής/ ηπατοχειρουργικής, 150 mm μήκος ενεργού ηλεκτροδίου, διαμέτρου 5mmX100mm μονοπολικό Τα ανωτέρω να συνοδεύονται από γεννήτρια τύπου ARC250 με δυνατότητα χρήσης Argon και τα συνδεδετικά καλώδια χωρίς χρέωση</p> | 2 | 1.235,00 € | 24% | 2.470,00 € | 3.062,80 € |
| 153 | ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ | Εργαλείο , ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης | <p>Εργαλείο , ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης MX, με 10 προκαθορισμένες θέσεις άρθρωσης και γωνίωση έως 45 μοίρες εκατέρωθεν, περιστροφή 360° και δυνατότητα 25 πυροδοτήσεων, διακόπτη ασφαλείας πυροδότησης και μήκος στυλεού 60 mm η 160 mm για ανοιχτή χειρουργική η για λαπαροσκοπική χειρουργική. Να δέχεται ανταλλακτικές κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής σε μεγέθη 30mm/45mm/60mm για πολύ λεπτούς/ αγγειακούς ιστούς (30mm/45mm) με κυρτή μύτη, για αγγειακούς/ λεπτούς ιστούς (30mm/45mm) με κυρτή μύτη, για</p> | 2 | 260,00 € | 24% | 520,00 € | 644,80 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---|----------|-----|------------|------------|
| | | | κανονικούς/παχύς ιστούς (30mm/45mm/60mm) και για παχύς/ πολύ παχύς ιστούς (45mm/60mm). | | | | | |
| 154 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής | Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, μήκους 30mm, μήκους 45mm, και μήκους 60mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 1.0mm-1,5mm-2,00mm για πολύ λεπτούς/ αγγειακούς ιστούς (γκρι) ευθεία και μήκους 30mm, μήκους 45mm, με κυρτή μύτη για εύκολη πρόσβαση και βέλτιστο έλεγχο στην παρασκευή ιστών και αγγείων. | 4 | 385,00 € | 24% | 1.540,00 € | 1.909,60 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---|----------|-----|------------|------------|
| 155 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής | Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, μήκους 30mm, και 45mm, και μήκους 60mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0mm-2,5mm-3,00mm για αγγειακούς/λεπτούς (λευκή) ευθεία και μήκους 30mm, και 45mm, με κυρτή μύτη για εύκολη πρόσβαση και βέλτιστο έλεγχο στην παρασκευή ιστών και αγγείων. | 4 | 385,00 € | 24% | 1.540,00 € | 1.909,60 € |
| 156 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής | Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, μήκους 30mm, μήκους 45mm και μήκους 60mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 3.0mm-3,5mm-4,00mm για κανονικούς/παχύς ιστούς (μωβ). | 4 | 385,00 € | 24% | 1.540,00 € | 1.909,60 € |
| 157 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής | Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, μήκους 45mm και μήκους 60mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού 3.5mm-4,0mm-4,5mm για παχύς/πολύ παχύς ιστούς (μαύρη). | 2 | 385,00 € | 24% | 770,00 € | 954,80 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---|----------|-----|------------|------------|
| 158 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | <p>Πλήρες σετ Μιας Χρήσης σχηματισμού και εφαρμογής αυτόλογου μήτρας (matrix) ολικού αίματος χωρίς φυγοκέντρηση για την αποκατάσταση χρόνιων τραυμάτων</p> | <p>Πλήρες σετ Μιας Χρήσης σχηματισμού και εφαρμογής αυτόλογου μήτρας (matrix) ολικού αίματος χωρίς φυγοκέντρηση για την αποκατάσταση χρόνιων τραυμάτων όπως: Διαβητικών ελκών, φλεβικών ελκών, ελκών πιέσεως κ.α. Αποτελούμενο από κιτ φλεβοτομής, κιτ πήξης-επιτάχυνσης, & σετ επιδέσμων. Αναλυτικά: Α) ΚΙΤ ΦΛΕΒΟΤΟΜΗΣ • Γάντια νιτριλίου ελεύθερα πούδρας • Τουρνίκι μήκους 18" • Αποστειρωμένο σετ αιμοληψίας/έγχυσης, 21G με 7" αυλό • Αποστειρωμένο επίθεμα αλκοόλης 2"χ2" • Επίθεμα γάζας • Επίδεσμο • Δύο αποστειρωμένους σωλήνες κενού ACAD των 10ml για αίμα. Β) ΚΙΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΗΞΗΣ & ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ • Αποστειρωμένη σύριγγα 30ml • 18G Βελόνα ασφαλείας για διάτρηση του μπλίστερ πήξης • 18G Βελόνα ασφαλείας για έγχυση αίματος. • Καλούπι πήξης (δίσκο πήξης) ένα αποστειρωμένο βιοσυμβατό μπλίστερ διαμέτρου 6cm από 400μ PETG σφραγισμένο με Tyvek και αποστειρωμένο που περιέχει : 85mg γλυκονικό ασβέστιο σε σκόνη, 28mg σκόνη φαρμακευτικής καολίνης, γάζα. • Έναν βιοσυμβατό στείρο δακτύλιο εξαγωγής του θρόμβου 600μm PETG. Γ) Αποστειρωμένο σετ επιδέσμων για εφαρμογή στον ασθενή. • γάζα • 1 επίθεμα πρωτεύον μη κολλητικό & 1 δευτερεύον αφρώδες. • drape</p> | 4 | 400,00 € | 24% | 1.600,00 € | 1.984,00 € |
|-----|-----------|--|--|---|----------|-----|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|---|------------|-----|---------------------|---------------------|
| 159 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΒΕΛΟΝΑ RF ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΥ | Ψυχόμενη βελόνη μονοπολικής εκπομπής ραδιοκυμάτων μονής διεύθυνσης, διαμέτρου 17 G, για την θερμική νέκρωση νεοπλασμάτων και / η αιμόσταση σε μαλακούς ιστούς με συνολικό μήκος 10 cm, 15 cm, 20 cm, και με μεταβλητό ενεργό μήκος από 0,5 cm έως 4 cm Η γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων να έχει θεραπευτικά πρωτόκολλα με αυτόματες ρυθμίσεις από τον κατασκευαστή για κάθε τύπου ιστό που έχει εφαρμογή .Η γεννήτρια να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός. | 1 | 1.460,00 € | 24% | 1.460,00 € | 1.810,40 € |
| 160 | 11070010065 | ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | Βελόνα μικροκυμάτων διαμέτρου 15G υψηλής αντοχής με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης και θερμικό ζεύγος για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης από τη χειρολαβή για την ευκολότερη τοποθέτηση της , με επικάλυψη από TEFLON για καλύτερη ορατότητα από τον χρήστη υπό υπέρηχο ή αζονικό , μήκους 15cm, 18 cm και ενεργού άκρου 1,1. .Η γεννήτρια εκπομπής μικροκυμάτων να μπορεί να λειτουργήσει με τουλάχιστον δυο διαφορετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα ως προς τον τρόπο παροχής , με συνεχόμενη ή παλμική εκπομπή μικροκυμάτων. Επιπλέον να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον δύο ακόμα θερμικών αισθητήρων – βελονών για μέγιστη ασφάλεια και προστασία του ασθενή κατά των θερμοκαυτηριασμού. Η γεννήτρια παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός. | 1 | 2.950,00 € | 24% | 2.950,00 € | 3.658,00 € |
| | | | | | | | 549.865,63 € | 676.209,97 € |
| Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα πρέπει να πληρούν τους όρους όπως αυτοί ορίζονται από την Εγκύκλιο ΕΚΑΠΥ 2501/03.08.2022 σχετικά με την Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. | | | | | | | | |

Τεχνικές απαιτήσεις

1. Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά.
2. Η Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
3. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
4. Όπου ζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε όλους τους αύξοντες που περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης.
5. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.
6. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύψεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό.
7. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) και εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία Η.
8. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχειρίιστα.
9. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, 24ωρης κάλυψης, κατάλληλα εκπαιδευμένου-εξειδικευμένου και να καταθέσουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο β. να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων με αναφορά στην αξία της σύμβασης, των προσφερόμενων προϊόντων και τους χρόνους παράδοσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΙΙ"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης, καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου.

| α/α | Περιγραφή Απαίτησης - Τεχνική Προδιαγραφή | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|-----|---|----------|-----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:

- στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,
- στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,
- στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
- στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
- επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΙΙΙ"

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)

[άρθρου 79 παρ. 1 & 3 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων των οδηγιών

Σε συνημμένο αρχείο της διακήρυξης περιλαμβάνονται:

1. Υπόδειγμα του **Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης** της διακήρυξης, σε μορφή αρχείου - .pdf, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό της μέρος.
2. Το **Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης** της διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να συντάξουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ - eΤΕΥΔ του διαδικτυακού τόπου <http://www.eprocurement.gov.gr>, στο πεδίο: «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ», τη σχετική απάντηση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "IV"

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ' αριθ. ΧΩΜ71/2024)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ

Προς: Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Λεωφόρος Παπανικολάου -

Δ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ – Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΤΚ 57010

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....

ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩυπέρ της επιχείρησηςμε Α.Φ.Μ..... και Δ/νση για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό για τηνσύμφωνα με την υπ' αριθ. ΧΩΜ71/2024 διακήρυξή σας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω επιχείρησης καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ

Προς

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Λεωφόρος Παπανικολάου -

Δ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ – Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΤΚ 57010

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της επιχείρησης..... με Α.Φ.Μ.....

Δ/νση για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την (αρ. διακήρυξης ΧΩΜ71/2024) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (όχι επί της συμβατικής) προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ή την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "V"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ [€ προ ΦΠΑ] ¹ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ¹ [€ προ ΦΠΑ] | ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΗΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ² [€ ΜΕ ΦΠΑ] | ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------|----------|---|--|------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Σημ.:

- Όπου η τιμή είδους είναι μηδενική, νοείται ότι παρέχεται δωρεάν ή ότι έχει συνυπολογισθεί και περιλαμβάνεται στην τιμή άλλου είδους.
- Αναφέρεται ο κωδικός παρακολούθησης και η τιμή παρατηρητηρίου για το αντίστοιχο είδος, διαφορετικά αναφέρεται ότι το προσφερόμενο είδος δεν αντιστοιχεί στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
- Σε κάθε περίπτωση, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τον εκάστοτε προϋπολογισμό του τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "VI"**ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΩΜ71/2024**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα....., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", που εδρεύει στην λεωφόρο Παπανικολάου – Δ.Κ. Εξοχής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57010, ΑΦΜ: 999294028, ΔΟΥ: Ε΄ Θεσσαλονίκης, και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.Ε00221.0001 νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή και πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Διονύσιο Μανωλόπουλο, που χάριν συντομίας θα καλείται "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ" και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία που εδρεύει ΤΚ ΑΦΜ:, ΔΟΥ: και εκπροσωπείται νόμιμα από τον που στο εξής-χάριν συντομίας- θα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ".

Έχοντας υπόψη:

- α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
- β) Την υπ' αριθ. κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενης ανακηρύχθηκε ανάδοχος της σύμβασης της επικεφαλίδας.
- γ) Την από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης].
- δ) Την από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..4.α της παρούσας.
- ε) Την από υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β΄ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005»
- στ) Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:
- Η υπ' αριθμ. ΧΩΜ71/2024 διακήρυξη (ΑΔΑΜ...) με τα παραρτήματά της και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
 - Η από προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου, την οποία κατέθεσε στον διενεργηθέντα ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

ζ)Τη με αριθμ. πρωτ...../2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:) οι οποίες βαρύνουν τον Κ.Α.του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών του Φορέα.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1 - Ορολογία

| | |
|---|---|
| Ανάδοχος | Ο/η που έχει επιλεγεί και κληθεί να υπογράψει τη <u>σύμβαση</u> και να υλοποιήσει το αντικείμενο προμήθειας των ειδών της παρούσας. |
| Αναθέτουσα Αρχή | Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», το οποίο θα υπογράψει με τον ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. |
| Αντίκλητος | Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. |
| ΕΔΔΑΠ | Επιτροπή διενέργειας /αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. |
| Επίσημη γλώσσα της σύμβασης | Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η προσφορά και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. |
| Έργο | Το σύνολο του υπό ανάθεση αντικειμένου. |
| Κανονισμός Προμηθειών | Η ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016). |
| Κύριος του Έργου | Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» |
| Προϋπολογισμός/εκτιμώμενη αξία της σύμβασης | Η εκτιμώμενη από το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της πράξης. |
| Σύμβαση | Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο της πράξης, δηλαδή μεταξύ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ως Αναθέτουσας Αρχής και του, ως αναδόχου της πράξης. |
| Συμβατικά τεύχη | Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη παρούσα σύμβαση, β. τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή-εγκαταστάτη. γ. την υπ' αριθ. .../θέμα/..... απόφαση κατακύρωσης. δ. την προσφορά (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου. |
| Συμβατικό τίμημα | Το συνολικό τίμημα της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Τμηματική παραλαβή | Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων. |
| Οριστική παραλαβή | Παραλαβή των ειδών της παρούσας σύμβασης. |

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της σύμβασης – Τίμημα

2.1. Με την παρούσα σύμβαση το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση τμήματος του διαγωνισμού με τίτλο «Εγχειρητική Τεχνική – απαιτείται συνοδός εξοπλισμός».

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

2.2. Η προμήθεια των ειδών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους: 1) της παρούσας σύμβασης 2) της υπ' αριθ. ΧΩΜ71/2024 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της πράξης, 3) της υπ. αρ. .../θέμα ../.....2024 απόφασης κατακύρωσης, 4) της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

2.3. Το συνολικό τίμημα, που θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ανάδοχο για την υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ και .. λεπτών (..... €), πλέον ΦΠΑ (24%) εκ χιλιάδων ΕΥΡΩ και .. λεπτών (..... €), ήτοι συνολικά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ και .. λεπτά (..... €). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης αποδεχόμενος το συμβατικό αντάλλαγμα ως επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του.

2.4. Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, οι επιβαρύνσεις για τις άδειες χρήσης προϊόντων λογισμικού, οι νόμιμες κρατήσεις, τα τυχόν τέλη, οι ασφαλιστικές εισφορές, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, το επιχειρηματικό όφελος, καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ., για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από κάθε ενδεχόμενη αξίωσή του.

2.5. Το τίμημα της παρούσας σύμβασης μπορεί να αναπροσαρμοστεί, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του ν. 4412/2016 και της παραγράφου 4.5 της διακήρυξης.

Άρθρο 3 – Διάρκεια της σύμβασης – Χρόνος παράδοσης

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, ορίζεται σε (12) μήνες και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα ισχύος ορίζεται από έως

3.1 Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της.

3.2 Τμηματική παράδοση των υλικών-ειδών της παρούσας εντός το πολύ πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση της παραγγελίας.

3.3 Το Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος, με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού-οικονομικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης ενός έτους ανέρχεται σε **1.099.731,26 €** χωρίς το Φ.Π.Α. (**1.352.419,93 €** με το Φ.Π.Α. 24%).

3.4 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το είδος του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχος ενοποιημένος διαγωνισμός από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή, ο συντηρητής θα αποζημιωθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο.

Άρθρο 4 – Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις

4.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν υλοποιήσει την πράξη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του έχει δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) ο εξοπλισμός δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

4.2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

4.3. Αν το είδος, με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την ολοκλήρωση της πράξης, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται, εν όλω ή εν μέρει, σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

4.4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων ειδών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 5 – Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

5.1. Το τίμημα της παρ. 2.3 θα καταβληθεί στον ανάδοχο τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της παρούσας.

5.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας είναι απαραίτητη για κάθε πληρωμή.

5.3. Σημειώνεται ακόμη ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με βάση το Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.4. Κάθε πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις:

- Κράτηση **2%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007
- Κράτηση **0,1%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (άρθρο 350 παρ.3 Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4912/22 και ισχύει)
- Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.5. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.

5.6. Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών επιτροπών της Αναθέτουσας Αρχής), ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της σύμβασης, αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου.

Άρθρο 6 - Αναπροσαρμογή τιμής

6.1. Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης.

6.2 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.3 Στην περίπτωση, που, κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο Ανάδοχος.

Άρθρο 7 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

7.1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκομείο τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της (ονομασία τράπεζας), για ποσό χιλιάδων ΕΥΡΩ και .. λεπτών (..... €) (4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της διακήρυξης.

7.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4.1.1 και 4.1.2 της υπ' αριθ. ΧΩΜ71/2024 διακήρυξης.

7.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου, με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ανάδοχο, σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για την επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8– Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου - Εκχώρηση – Ασφαλίσεις

8.1. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που θα προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός στην αποκατάστασή της.

8.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας τον βαρύνει εξ ολοκλήρου, ο ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

8.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση, από τον ανάδοχο προς οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εκτός της αμοιβής του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Τυχόν εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση αυτής και υπόκειται υποχρεωτικά στην έγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, με την σχετική διαδικασία να αποτελεί ευθύνη του Νοσοκομείου.

8.4. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι της εκδοχέως τράπεζας.

8.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθ' όλη τη διάρκειά της. Γενικά ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. (Άρθρο 18 του Ν. 4412/2016).

8.6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Με την υπογραφή της παρούσας ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ομοίως κατά την εκτέλεση αυτής,

β) θα δηλώσει αμελλητί στο Νοσοκομείο, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και

μελών του προσωπικού του Νοσοκομείου που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του αναδόχου, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 9 – Ασφάλεια - Αποζημιώσεις

9.1. Ο ανάδοχος, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το Νοσοκομείο για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση, εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.

9.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών, κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς, αποσυσκευασίας, εγκατάστασης, σύνδεσης και επίδειξης του εξοπλισμού της παρούσας και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

9.3. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία οφειλόμενη στην εκτέλεση της εγκατάστασης.

9.4. Ρητά συνομολογείται ότι τα ποσά των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του Νοσοκομείου σε περίπτωση που, συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν σε αυτό οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημιές.

9.5. Ο ανάδοχος αποζημιώνει το Νοσοκομείο σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά αυτού, εκ μέρους τρίτων, για κάθε είδους ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του ή/και από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού. Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά του Νοσοκομείου πριν τη λήξη της σύμβασης, τούτο διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου, μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

9.6. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον ανάδοχο για κάθε απαίτηση ή διαμαρτυρία που προβάλλεται από τρίτους και αφορά στην παρούσας σύμβαση.

Άρθρο 10 - Εμπιστευτικότητα - Προστασία προσωπικών δεδομένων

10.1. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της πράξης που θα υλοποιήσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

10.1.1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του αναδόχου κατά την υλοποίηση της πράξης θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν.

Ο ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση της πράξης και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ επιβάλλει την υποχρέωση αυτή και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση του έργου.

10.1.2. Ο ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους του ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του έργου, εφόσον διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε

πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση του έργου.

10.1.3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο υλοποίησης του παρούσας πράξης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεσή της. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

10.1.4. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημιές, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

10.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 11 – Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία της σύμβασης

11.1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιημένος ισχύει.

11.2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

11.3. Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

11.3.1.1. Σε περίπτωση παράβασης οιαδήποτε όρου της, οι οποίοι συνομολογούνται στο σύνολό τους ως ουσιώδεις, η δε παράβαση αυτή δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί, επιφέροντας την άμεση λύση της.

11.3.1.2. Η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

11.3.1.3. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ' αριθ. ΧΩΜ71/2024 διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

11.3.1.4. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

11.3.1.5. Ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της υπ' αριθ. ΧΩΜ71/2024 διακήρυξης,

11.3.1.6. Σε περίπτωση διάλυσης, κήρυξης σε πτώχευση ή παρόμοια διαδικασία, θέσης υπό εκκαθάριση, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη διαδικασία του αναδόχου.

11.3.1.7. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 και στην παρ. 10.6 του άρθρου 10 της παρούσας.

11.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της υπ' αριθ. ΧΩΜ71/2024 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν.4412/2016 κλπ.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 12 – Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της υπ' αριθ. ΧΩΜ71/2024 διακήρυξης, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και ανά ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “VII”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο προσφέρων ή νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς, η ανάθεση της σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη επιτροπών αξιολόγησης, χειριστές του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε προσφέρων είτε νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»