



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ.  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Εξοχή Θεσσαλονίκης / /2024  
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Διοίκηση του Νοσοκομείου

ΚΟΙΝ.: Τμήμα Προμηθειών ✓

Υπο/υπα Οίκου

18-12-24

Θέμα: «Τεχνικές Προδιαγραφές με αντικείμενο την «Ιατρική Γάζα»

σχετικά με την Υπ. Αριθμ. 712/11.04.2024 απόφαση για τον ορισμό επιτροπής με αρμοδιότητα τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για το διαχειριστικό έτος 2024, με αντικείμενο " Ιατρική Γάζα" (CPV: 33141114-2), στο πλαίσιο ενιαίου κοινού πίνακα προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2024, ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού 143.809,2400 EURO χωρίς Φ.Π.Α. 13% (162.504,4412 EURO, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ – ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

#### 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου

προτύπου EN 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα , παραφασάδες , συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( μηχανέλαια). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι η να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες ).

Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079/2003 ήτοι:

1. Αριθμός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm<sup>2</sup>) 18.
2. Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκ. 100 ± 5.
3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση του στήμονα 50
4. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + - 5.
5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκ. Στη διεύθυνση της κρόκης 30.
6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m<sup>2</sup>) 24.

### 3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1. Τα στοιχεία του εργοστάσιου παρασκευής.
2. Το είδος του περιεχομένου.
3. Η ημερομηνία παραγωγής.
4. Ο αριθμός παρτίδας.
5. Οι διαστάσεις ( μήκος-πλάτος και διπλώσεις).
6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας.
7. Η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.
8. Η σήμανση πιστότητας CE.

#### 4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Το νοσοκομείο δύναται να διενεργήσει έλεγχο των ειδών. Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.

Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ.)

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

#### 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

- Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού, που πραγματοποιεί την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες ( υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση κλπ., μέχρι και την τελική συσκευασία. Ο κατασκευαστής του επιδεσμικού υλικού πρέπει να διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από τον κοινοποιημένο οργανισμό, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα προϊόντα του, που καταγράφονται στη βεβαίωση, κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφα της ανωτέρω αδειας και βεβαίωσης θα κατατίθενται με την προσφορά.

- Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατηγορίας Ι, σύμφωνα με την οποία τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Ι (επίδεσμοι γάζας) της κατασκευάστριας εταιρίας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE.

- Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από κοινοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα κατηγορίας (γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές) της κατασκευάστριας εταιρείας είναι σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.

- Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία και το είδος του προϊόντος, για τα οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό.

- Να κατατεθούν δείγματα, τα οποία να είναι σε συσκευασία πακέτου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός που θα πρέπει να αντιστοιχεί με τον κωδικό της τεχνικής προσφοράς.

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΖΩΝ

##### ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

Ισχύουν τα αναφερόμενα με τις τεχνικές προδιαγραφές της απορροφητικής γάζας βάμβακος, με την εξής προσθήκη:

Να φέρει ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex free, ανά τριάντα εκατοστά (30 cm) πλάτους υφάσματος, υφασμένο, κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου οι διπλώσεις (play) θα είναι 8 ή 12.

## ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ

Ισχύουν τα αναφερόμενα με τις τεχνικές προδιαγραφές της απορροφητικής γάζας βάμβακος, με την εξής προσθήκη:

Να φέρει ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex free, ανά τριάντα εκατοστά (30 cm) πλάτους ύφασματος, υφασμένο, κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.

Να φέρουν κορδόνι ασφαλείας καλά γαζωμένο και ακτινοσκιερό.

Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και γαζωμένες περιμετρικά και χιαστί.

Η συσκευασία να είναι ασφαλής και εύχρηστη, διπλωμένη ανά τεμάχιο.

Η ύφανση να είναι ορθογώνια και όχι λοξή.

**(α/α: 1) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ:16080010001**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Απορροφητική γάζα βάμβακος, αναδιπλούμενη από ύφασμα 100% βαμβάκι Διαστ. Γάζας 90εκ. X 100μέτρα**

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 2) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ:16030010070**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Γάζας τολύπια, ακτινοσκιερά, μη αποστειρωμένα Διαστ. Γάζας 30 X 30 εκ..**

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Να φέρει ακτινοσκιερό στοιχείο πλεγμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνειά της και να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας, και να έχει περιεκτικότητα τουλάχιστον 45% σε θειϊκό βάριο.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 3) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010060**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Γάζας τολύπια, ακτινοσκιερά, μη αποστειρωμένα Διαστ. γάζας 8 X 8 εκ.**

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Να φέρει ακτινοσκιερό στοιχείο πλεγμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνειά της και να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.

Το ακτινοσκοπεύσιμο στοιχείο να έχει τουλάχιστον περιεκτικότητα 45% σε θειικό βάριο.  
Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α:4 ) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010115**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Κομπρέσα μη αποστειρωμένη λαπαροτομίας, ακτινοσκοπεύσιμη, υδρόφιλη, από 100% φυσικό βαμβάκι (XRAY 6 PLY)  
Διαστ. Κομπρέσας: 40 X 40.**

Το ακτινοσκοπεύσιμο στοιχείο να έχει τουλάχιστον περιεκτικότητα 45% σε θειικό βάριο πλεγμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνειά της και να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας, να φέρει κορδόνι ασφαλείας και να είναι εναρμονισμένη με το πρότυπο EN14079-20.

Η απορροφητική γάζα βαμβάκος να είναι από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α:5) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010453**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Κομπρέσες μη αποστειρωμένες λαπαροτομίας, ακτινοσκοπεύσιμες Διαστ. Κομπρέσας 45 X 45 (4PLY)**

Η απορροφητική γάζα βαμβάκος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Κομπρέσα μη αποστειρωμένη λαπαροτομίας, ακτινοσκοπεύσιμη, από 100% φυσικό βαμβάκι (XRAY 4 PLY) Διαστ. Κομπρέσας: 45 X 45. Το ακτινοσκοπεύσιμο στοιχείο να έχει τουλάχιστον περιεκτικότητα 45% σε θειικό βάριο πλεγμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνειά της και να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας, να φέρει κορδόνι ασφαλείας και να είναι εναρμονισμένη με το πρότυπο EN14079-20

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 6) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010165**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Κομπρέσα μη αποστειρωμένη, καθαριότητας από 100% φυσικό βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης, διαστάσεις 40 X 40 με υψηλή απορροφητικότητα 18 κλωστών.**

Η απορροφητική γάζα βαμβάκος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 7) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010125**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα ακτινοσκοπεύσιμη από φυσικό βαμβάκι 100% Διαστ. Γάζας 10 X 20 (12PLY)**

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Το ακτινοσκοπικό στοιχείο να έχει τουλάχιστον περιεκτικότητα 45% σε θειϊκό βάριο πλεγμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνειά της και να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 8) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010135**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα ακτινοσκοπική μη αποστειρωμένη από φυσικό βαμβάκι 100%, διαστ. γάζας 10\*10**

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, (12ply) Διαστ. Γάζας 10 x 10 υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Το ακτινοσκοπικό στοιχείο να έχει τουλάχιστον περιεκτικότητα 45% σε θειϊκό βάριο πλεγμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνειά της και να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 9 ) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 160300010155**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα απλή χειρουργείου και αλλαγών μη αποστειρωμένη, από φυσικό βαμβάκι 100% (12ply) ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ 10\*10 .**

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 10) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010145**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα απλή χειρουργείου και αλλαγών μη αποστειρωμένη, από φυσικό βαμβάκι 100% (12ply) Διαστ. Γάζας 10 X 20**

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι υδρόφιλη, από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 11) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010035**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Επίθεμα αποστειρωμένης παραφινούχας γάζας, ανοιχτής πλέξης, με ειδικό σχεδιασμό που της επιτρέπει να κοπεί χωρίς να φθείρεται, να διατηρεί το σχήμα της και να επιτρέπει την απορρόφηση του εξιδρώματος σε δευτερεύων επίθεμα και προορίζεται να απαλύνει και να προστατεύει το τραύμα. Διαθέσιμες διαστάσεις ρολό 15cm X 2cm

Γάζα αραιής πλέξης από 100% βαμβάκι  
Αποστειρωμένη  
Εμποτισμένη με αλοιφή ( βαζελίνη – Παραφίνη)  
Ανθεκτική στο νερό  
Να μην κολλά στην πληγή  
Να έχει διάσταση 15εκ. X 2μ.  
Να είναι συσκευασμένη σε αεροστεγή συσκευασία.  
Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 12) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010040**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα βαζελινούχα εγκυμάτων 10 X 10 αραιάς ύφανσης.**

Γάζα αραιής πλέξης από 100% βαμβάκι  
Αποστειρωμένη  
Εμποτισμένη με αλοιφή ( βαζελίνη – Παραφίνη)  
Ανθεκτική στο νερό  
Να μην κολλά στην πληγή  
Να έχει διάσταση 10 X 10  
Κάθε γάζα να είναι ατομικά συσκευασμένη σε αεροστεγή συσκευασία.  
Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 13) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010025**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα 10 X 20 αραιάς ύφανσης με άφθονη λιπαρή ουσία.**

Γάζα αραιής πλέξης από 100% βαμβάκι  
Αποστειρωμένη  
Εμποτισμένη με αλοιφή ( βαζελίνη – Παραφίνη)  
Ανθεκτική στο νερό  
Να μην κολλά στην πληγή  
Να έχει διάσταση 10 X 20  
Κάθε γάζα να είναι ατομικά συσκευασμένη σε αεροστεγή συσκευασία.  
Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 14) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010027**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα βαζελινούχα εγκυμάτων 10 X 30 αραιάς ύφανσης.**



Γάζα αραιής πλέξης από 100% βαμβάκι  
Αποστειρωμένη  
Εμποτισμένη με αλοιφή ( βαζελίνη – Παραφίνη)  
Ανθεκτική στο νερό  
Να μην κολλά στην πληγή  
Να έχει διάσταση 10 X 30  
Κάθε γάζα να είναι ατομικά συσκευασμένη σε αεροστεγή συσκευασία.  
Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 15) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010130**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα (5\*5) ακτινοσκιερή, 8 -12 ply**

Με υψηλή απορροφητικότητα 18 κλωστών και 12 φύλλων για χρήση στα χειρουργεία.  
Να φέρει βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα πλεγμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνειά της. Να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.  
Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 16) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16070020110**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Συνθετικό βιοπολυμερές αφρώδες, υδρόφιλο αντιμικροβιακό επίθεμα**

Συνθετικό βιοπολυμερές αφρώδες, υδρόφιλο ANTIMΙΚΡΟΒΙΑΚΟ επίθεμα. Περιέχει γλυκονική χλωρεξιδίνη . Διαρκής απελευθέρωση Χλωρεξιδίνης για 7 ημέρες. Σκοπός της τοποθέτησης του προϊόντος αποτελεί η αντιμικροβιακή προστασία του σημείου εισαγωγής του εκάστοτε καθετήρα, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα για προστασία από βακτηριαιμία που σχετίζεται με τον καθετήρα (CRBSI). Να είναι μη διαφανές και να δύναται να απορροφήσει έως 8 φορές το βάρος του σε υγρά. Η κλινική αποτελεσματικότητά του να αποδεικνύεται ευρέως στην επιστημονική βιβλιογραφία. Προσκόμιση κλινικών μελετών.

Διαστάσεις:

1.9x1.5mm (CHG - 53mg)

2.5x4.0mm (CHG - 92mg)

2.5x7.0mm (CHG - 86.8 mg)

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 17) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: Νέο είδος**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Γάζα ακτινοσκιερή 12ply , 10x10cm , 17 κλωστών σε αποστειρωμένη συσκευασία 10 τεμαχίων**



Ακτινοσκιερή, απορροφητική, βαμβακερή, αποστειρωμένη γάζα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079, με 18 συν πλην κλωστές με κομμένες άκρες και διπλωμένη χωρίς να ξεφλουδίζουν τα νήματα. Υψηλή απορροφητικότητα, αεροδιαπερατή, ανθεκτική στο σχίσιμο.

12πλή με 10 γάζες ανά πλαστική αποστειρωμένη συσκευασία.

Με απορροφητικότητα 6 ως 8 γραμμάρια / m<sup>2</sup>.

Διαστάσεων 10x10cm.

Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρίας.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 18) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16070010719**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Αποστειρωμένο, αντικολλητικό επίθεμα, κατάλληλο για εγκαύματα.**

Αποστειρωμένο, αντικολλητικό επίθεμα, κατάλληλο για εγκαύματα.

Με ειδικό γαλάκτωμα νερού σε λάδι και βακτηριοστατικό 3% Bismuth Tribromophenate.

Να προσφέρεται σε διαστάσεις 12.7 cm x 22.9 cm (Ατομική συσκευασία σε φακέλους αλουμινίου)

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 19) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16070010425**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Αντιβιοτική παραφινούχα γάζα με φουσιδικό νάτριο 2% και σε μέγεθος 10x10 εκ.**

Να είναι αποστειρωμένη γάζα, ομοιόμορφα εμποτισμένη με φουσιδικό νάτριο 2%, με αντιβιοτική και βακτηριοκτόνο δράση σε θετικούς κατά Gram οργανισμούς. Με μαλακή αλοιφή με βάση την παραφίνη. Χαμηλή προσκόλληση στο δέρμα, κατάλληλο για εγκαύματα, καταπραϊντική δράση, προστατεύει το τραύμα, επιτρέπει την εύκολη αποστράγγιση του τραύματος. Γάζα με πλέξη, με αλληλοεπικάλυψη ύφανση που ελαχιστοποιεί το ξέφτισμα κατά την εφαρμογή. Εύκολη αποκόλληση και άσηπτη εφαρμογή.

Να διατίθεται σε σφραγισμένα σακουλάκια & αλουμινένια συσκευασία, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ, σε μέγεθος 10X10 εκ. και σε συσκευασία των 10 τμχ.

Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

**(α/α: 20) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 16030010445**

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Γάζα με οπή σε σχήμα Y για τραχειοστόματα

Διαστάσεις: 10cm X 10cm

Να έχει σχισμή στη μέση για να εισάγεται στο τραχειοστόμιο

Να επιτρέπει να περνά ο αέρας

Να αποτελεί φράγμα μικροβίων

Να είναι υδρόφιλη

Υψηλής απορροφητικότητας και απαλότητας

Να μην κολλά στην πληγή

Κάθε γάζα να είναι ατομικά συσκευασμένη σε αεροστεγή συσκευασία.  
Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%
1	16080010001	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ) ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 100%ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ 90ΕΚΑΤ. Χ 100ΜΕΤΡΑ	500	10,0000	5.000,0000	5.650,0000
2	16030010070	ΤΟΥΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ: 30*30	6.000	0,0620	372,0000	420,3600
3	16030010060	ΓΑΖΑΣ ΤΟΥΛΥΠΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ 8*8	30.000	0,0220	660,0000	745,8000
4	16030010115	ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100% (ΧΡΑΥ 6ply) ΔΙΑΣΤ. ΚΟΜΠΡΕΣΑΣ: 40*40	70.000	0,2420	16.940,0000	19.142,2000
5	16030010453	ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤ. ΚΟΜΠΡΕΣΑΣ 45*45 (4PLY)	12.000	0,2900	3.480,0000	3.932,4000
6	16030010165	ΚΟΜΠΡΕΣΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΓΑΖΑ ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ:40*40	90.000	0,2190	19.710,0000	22.272,3000
7	16030010125	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100%,(12PLY) ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ 10*20	120.000	0,0780	9.360,0000	10.576,8000
8	16030010135	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100%, ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ 10*10	12.000	0,0250	300,0000	339,0000

9	16030010155	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100% (12ply) ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ 10*10	443.300	0,0182	8.068,0500	9.116,9078
10	16030010145	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100% (12PLY) ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ 10*20	1.100.000	0,0347	38.170,0000	43.132,1000
11	16030010035	ΓΑΖΕΣ ΡΟΛΟ (15εκ*2μ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΑΣ – ΥΦΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ	3.000	5,6000	16.800,0000	18.984,0000
12	16030010040	ΓΑΖΕΣ (10*10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΑΣ – ΥΦΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ	7.300	0,1666	1.216,1800	1.374,2834
13	16030010025	ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10Χ20 ΑΡΑΙΑΣ ΥΦΑΝΣΗΣ	8.000	0,2544	2.035,2000	2.299,7760
14	16030010027	ΓΑΖΕΣ (10*30) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΑΙΑΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ	100	0,3500	35,0000	39,5500
15	16030010130	ΓΑΖΑ (5*5) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, 8-12 PLY	2000	0,0104	20,8000	23,5040
16	16070020110	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔΕΣ, ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ	400	8,0000	3.200,0000	3.616,0000
17	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 12ply , 10x10cm , 17 ΚΛΩΣΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2.100	3,9200	8.232,0000	9.302,1600
18	16070010719	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.	500	1,4200	710,0000	802,3000
19	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ ΜΕ ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 2% ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 10Χ10 εκ.	2000	2,8000	5.600,0000	6.328,0000
20	16030010445	ΓΑΖΑ ΜΕ ΟΠΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Υ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑΤΑ 10*10CM	1.500	0,0600	90,0000	101,7000
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>139.999,2400</b>	<b>158.199,1412</b>

## Για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης:

(α/α: 1) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 44-0528

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ) ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 90 X 100 μέτρων**

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ, ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ, ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΛΗΡΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ. ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

(α/α: 2) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 41-3203

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**ΓΑΖΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΑΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ (ΒΑΖΕΛΙΝΗ ή ΠΑΡΑΦΙΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10x20cm**

**ΓΑΖΑ 10 X 20 ΑΡΑΙΑΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ.**

ΓΑΖΑ ΑΡΑΙΑΣ ΠΛΕΞΗΣ ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ ( ΒΑΖΕΛΙΝΗ – ΠΑΡΑΦΙΝΗ)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΗ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10 X 20

ΚΑΘΕ ΓΑΖΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

(α/α: 3) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 41-3180

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10x15cm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ**

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ NON WOVEN ΓΑΖΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑ Ο ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΑΤΜΟΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΑ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

(α/α: 4) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 41-3178

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7x5cm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ**

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΝΟΝ WOVEN ΓΑΖΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑ Ο ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΑΤΜΟΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΑ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

(α/α: 5) ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 41-3179

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10x20cm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ**

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΝΟΝ WOVEN ΓΑΖΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑ Ο ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΑΤΜΟΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΦΙΔΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΑ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%
1	44-0528	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ(ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ) ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 100%ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΑΣΤ. ΓΑΖΑΣ 90ΕΚΑΤ. Χ 100ΜΕΤΡΑ	240	10,000	2.400,00	2.712,00
2	41-3203	ΓΑΖΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΑΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ (ΒΑΖΕΛΙΝΗ ή ΠΑΡΑΦΙΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10x20cm	1000	0,250	250,00	282,50
3	41-3180	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10x15cm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	8000	0,065	520,00	587,60

4	41-3178	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7Χ5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	8000	0,030	240,00	271,20
5	41-3179	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ20 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	4000	0,100	400,00	452,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.810,00</b>	<b>4.305,30</b>

