



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Εξοχή, 570 10 Θεσσαλονίκη

Τμήμα Προμηθειών

☎ 2313 307147-95, ☎ 2310 357217

Εξοχή, 26.02.2019

Αριθμ.Πρωτ. : 3473

Προς: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια
« Ρινολογικών Εργαλείων , 36/2019».**

Σχετ.: Το από 14-02-2019 αίτημα Συντονιστή Διευθυντή της Α΄ ΩΡΛ κλινικής, Dr. Νκολάου Άγγελου .

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς **βάσει της τιμής**, των αναγραφόμενων στο **Παράρτημα Α** της παρούσας πρόσκλησης ειδών.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως **01/03/2019** και ώρα **12:00μμ**. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Πρωτόκολλου του Νοσοκομείου μέσω **e-mail** στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr, με την ένδειξη **« Ρινολογικά εργαλεία , 36/2019»**.

Η τεχνική/οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από:

- i. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) όπου να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης
- ii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του της πρόσκλησης

Στη προσφορά να διευκρινίζεται **υποχρεωτικά** ο κωδικός του νοσοκομείου, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (**επί ποινή απόρριψης**). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός **πέντε (5) ημερών** μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότητρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

Ελάχιστη ισχύς των προσφορών : Ένα **(1)** Έτος. Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: **2313 307147** και fax: **2310 357217** τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

- Λαβίδα τύπου Kuhl Bolger, Giraffe με άκρο διπλού κυπελίου (double spoon) πλάτους 3mm , οριζόντιου ανοίγματος , για τον μετωπιαίο κόλπο, 55 μοιρών προς τα πάνω , κυρτό ,οβάλ σχήματος και μήκους εργασίας 13cm.
- Λαβίδα Kuhn Rhinoforce II , για τον μετωπιαίο κόλπο , κοπής που σέβεται τους ιστούς , με το τελικό άκρο Κυρτό προς τα πάνω κατά 90 μοίρες και πλάτους κεφαλής 1,5mm, μήκους εργασίας 12cm.
- Λαβίδα τύπου Blakesley-Castelnuovo Rhinoforce II με κλίση τελικού άκρου 25 μοιρών , κυρτή κεφαλή προς τα πάνω κλίσης 45 μοιρών και πλάτους 3mm προς τα πάνω , μήκος εργασίας 13cm.
- Λαβίδα τύπου Hosemman , μετωπιαίου κόλπου με κυρτό προς τα πάνω άκρο 70 μοιρών που έχει πλάτος 5,5mm , μη κόπτουσα , με σταθερό το πάνω σκέλος και κινητό το κάτω σκέλος . Η εξωτερική διάμετρος του σκέλους να είναι 3,5 mm , να διαθέτει Luer Lock και να έχει μήκος εργασίας 13cm.

Τα εργαλεία θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη , να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής , εργονομικά και να δίνουν καλή απτική ανατροφοδότηση κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Είναι απαραίτητο να κλιβανίζονται και να προορίζονται για χειρουργική χρήση.

Απαραίτητη παρουσίαση / δειγματισμός στην ΩΡΛ κλινική (Τηλ. 2313 307107 , Κοσ. Φύρμπας).