



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Εξοχή, 570 10 Θεσσαλονίκη
Τμήμα Προμηθειών
☎ 2313 307147-95, ☎ 2310 357217

Εξοχή 07.03.2019
Αριθμ.Πρωτ. 4196

Προς: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια
« Ωτολογικά εργαλεία , 46/2019».**

Σχετ.: Το από 02-08-2018 αίτημα με αριθμο 23489 του τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας .

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς **βάσει της τιμής**, των αναγραφόμενων στο **Παράρτημα Α** της παρούσας πρόσκλησης ειδών.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως **15/03/2019** και ώρα **12:00μμ**. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Πρωτόκολλου του Νοσοκομείου μέσω **e-mail** στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr, με την ένδειξη **« Ωτολογικά εργαλεία , 46/2019»**.

Η τεχνική/οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) όπου να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του της πρόσκλησης

Στη προσφορά να διευκρινίζεται **υποχρεωτικά** ο κωδικός του νοσοκομείου, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (**επί ποινή απόρριψης**). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός **πέντε (5) ημερών** μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότητρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

Ελάχιστη ισχύς των προσφορών : Ένα **(1)** Έτος. Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: **2313 307147** και fax: **2310 357217** τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

- * Άκαμπτο ενδοσκόπιο τύπου HOPKINS ευθύ, 0 μοιρών διαμέτρου 3 χιλιοστών και μήκους 14 εκατοστών που να κλιβανίζεται και να προορίζεται για χειρουργική χρήση,
- * Άκαμπτο ενδοσκόπιο τύπου HOPKINS® με κυρτή γωνία οπτικής 45 μοιρών, διαμέτρου 3 χιλιοστών και μήκους 14 εκατοστών που να κλιβανίζεται και να προορίζεται για χειρουργική χρήση,
- * Ωτικό άγκιστρο με κυρτότητα προς τα πίσω, μήκους εργασίας περίπου 5-6 εκατοστά
- * Διπλό ξέστρο τύπου HOUSE με διαστάσεις κυπελίου 1 x 2 mm και 2 x 3 mm, μήκους 15 εκατοστών
- * Διπλό ξέστρο με κυπέλια διαμέτρου 1 και 1.5 χιλιοστά, στραμμένα κατά 90 μοίρες μήκους 17 εκατοστών
- * Ωτολαβίδα, αποσπώμενη, με κυρτό άκρο προς τα πάνω κατά 45 μοίρες, ιδιαίτερα λεπτής κατασκευής που τελειώνει σε κυπελλοειδές άκρο περίπου 0.5 χιλιοστών. Μήκος εργασίας 10 εκατοστά
- * Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης κωνικού τύπου με κυρτό τελικό άκρο μήκους 3 χιλιοστών, ο οποίος έχει προσαρμογή τύπου LUER-Lock και συνολικό μήκος 8 εκατοστά
- * Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης κωνικού τύπου με κυρτό τελικό άκρο μήκους 6 χιλιοστών και διάμετρο 1 χιλιοστού, ο οποίος έχει προσαρμογή τύπου LUER-Lock και συνολικό μήκος 8 εκατοστά
- * Μεταλλικός σωλήνας αναρρόφησης κωνικού τύπου με κυρτό τελικό άκρο μήκους 6 χιλιοστών και διάμετρο 1 χιλιοστού, ο οποίος έχει προσαρμογή τύπου LUER-Lock και συνολικό μήκος 8 εκατοστά
- * Προσαρμογέας LUER, με αρσενική υποδοχή,
- * Λαβή αναρρόφησης ωτός τύπου FISCH που να ταιριάζει με τον παραπάνω προσαρμογέα και τους σωλήνες αναρρόφησης, ο οποίος να διαθέτει οπή διακοπής ροής τύπου LUER και μήκος 5,5 εκατοστά
- * Στρογγύλο μαχαιρίδιο 45 μοιρών με διάμετρο 1,5 χιλιοστό και μήκος 16 εκατοστά.
- * Αποκολλητήρα τύπου THOMASSIN διπλού άκρου και τελικού τμήματος που είναι κεκαμμένο κατά 90 μοίρες στα δεξιά και τα αριστερά. Μήκος εργασίας 18 εκατοστά

Τα παραπάνω εργαλεία θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνων, να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, εργονομικά και να δίνουν καλή οπτική ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.